



Nasz znak: ZOZ.V.010/DZP/88/19

Sucha Beskidzka, dnia 30.12.2019r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawę sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Położniczego wraz z Blokiem Porodowym (IV)

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postępowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchoj Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Dotyczy: Załącznik nr 1d do SIWZ - Łóżeczko noworodkowe - 21 szt.

1. Czy (w pkt. 1) Zamawiający dopuści konstrukcję wykonaną z anodowanego aluminium oraz wysokiej jakości monolitycznego, formowanego tworzywa, bezpiecznego dla dziecka (bez elementów łączenia oraz ostrych krawędzi) - wszystkie materiały odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?
Odp. Zamawiający dopuszcza
2. Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne łóżka: długość całkowitą 850 mm oraz szerokość całkowitą 545 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza
3. Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści regulację wysokości dokonywaną bezstopniowo za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 820 - 1035 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza
4. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści możliwość uzyskania pozycji wzdłużnych wianienki Trendelenburga i anty-Trendelenburga 12° - regulowanie manualnie?
5. **Odp. Zamawiający dopuszcza**
6. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów medycznych (będących wyrobów medycznych klasy I, zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC), które posiadają Deklarację Zgodności CE - dokument wydany przez producenta, i nie wymagają posiadania Certyfikatu CE? Prosimy, aby Zamawiający zwrócił uwagę na to, że Certyfikat CE jest dokumentem wydawanym przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów poświadczających przeprowadzenie procedur oceny zgodności i dotyczy wyrobów medycznych zakwalifikowanych do klas: I sterylnej, I z funkcją pomiarową, IIA, IIB, III oraz zgodnie z Dyrektywą unijną 98/79 wyrobu klasy Ai B. W związku z powyższym dla wyrobów medycznych klasy I nie ma obowiązku certyfikowania przez jednostkę notyfikowaną.
7. **Odp. Zamawiający dopuszcza**



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Z poważaniem:

SECRETARIA
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Dobrowski

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka

tel. 33 872 31 00
fax 33 872 31 01
sekretariat@zozsuchabekidzka.pl
www.zozsuchabeskidzka.pl

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek

