



Nasz znak: ZOZ.V.010/DZP/23/19

Sucha Beskidzka, dnia 10.05.2019r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:

**Dostawę sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno -
Położniczego wraz z Blokiem Porodowym (III)**

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postępowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1c – Pakiet nr 3 Lampa bezcieniowa mobilna

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o średnicy kopuły wynoszącej 32cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową wyposażoną w 20 źródeł światła LED rozmieszczonych w modułach?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową wyposażoną w 13 źródeł światła LED rozmieszczonych w modułach?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową z regulacją natężenia oraz włączaniem i wyłączaniem lampy przy pomocy panelu umieszczonego na czaszy?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o współczynniku odwzorowania barwy czerwonej na poziomie $R9 \geq 95$?

Odp. Na poziomie 95- TAK, poniżej-NIE.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o współczynniku odwzorowania barwy czerwonej na poziomie $R9 \geq 92$?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o współczynniku oddawania barw na poziomie $CRI \geq 95$?
Odp. Na poziomie 95- TAK, poniżej-NIE.
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o współczynniku oddawania barw na poziomie $CRI \geq 94$?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o zużyciu energii na poziomie max. 32W?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o średnicy plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy wynoszącej 195mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem:

Z-ca DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Buczewski