

BZP.38.382-25.11.23

Jastrzębie – Zdrój, 25.07.2023r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na **Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii (BZP.38.382-25.23)**.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ Z DNIA 25.07.2023r.**

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SWZ następujące zmiany:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 2 poz. 1:

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujników rozmiar <3 kg lub > 40 kg ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób: w Pakiecie nr 2 poz. 1 – **CZUJNIKI DO PULSOKSYMETRU KOMPATYBILNE Z NELLCOR N-395 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ zmienia zapis z:**

| Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość |
|----|---|------------------------|------|-----------|
| 1. | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny, dla noworodków i dorosłych w kształcie litery L (op. a24 szt.) - sensor w technologii OxiMax lub równoważnej, kalibrowany cyfrowo i analogowo. Lub Czujnik jednopacjentowy do pomiaru saturacji pracujący w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor. Lub czujników mikrobiologicznie czystych, z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 +/-2% w zakresie 70-100% | < 3kg lub > 30kg | szt. | 96 |


który otrzymuje brzmienie:

| Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość |
|----|---|---|------|-----------|
| 1. | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny, dla noworodków i dorosłych w kształcie litery L (op. a24 szt.) - sensor w technologii OxiMax lub równoważnej, kalibrowany cyfrowo i analogowo. Lub Czujnik jednopacjentowy do pomiaru saturacji pracujący w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor. Lub czujników mikrobiologicznie czystych, z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 +/-2% w zakresie 70-100% | < 3kg lub > 30kg lub <3kg lub >40 kg | szt. | 96 |

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 2 poz. 3:

Czy Zamawiający opisując czujnik w pozycji nr 3 (klips z opaski) ma na myśli czujnik typu klips na palec pediatryczny taki jak zdjęcie w załączniku ?

Pakiet 2 Pozycja nr 3 i 4 – 210-01X - Czujnik SpO2 Nellcor, klips na palec pediatryczny, dł. 1 m



Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób: w Pakiecie nr 2 poz. 3 – CZUJNIKI DO PULSOKSYMETRU KOMPATYBILNE Z NELLCOR N-395 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ **zmienia zapis z:**

| Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość |
|----|--|----------------|------|-------|
| 3. | Czujnik wielorazowy typu klips z opaskami, niesterylny, dla dzieci | < 3kg lub 40kg | szt. | 4 |

który otrzymuje brzmienie:

| Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość |
|----|--|----------------|------|-------|
| 3. | Czujnik wielorazowy typu klips z opaskami, niesterylny, dla dzieci lub 210-01X - Czujnik SpO2 Nellcor, klips na palec pediatryczny, dł. 1 m | < 3kg lub 40kg | szt. | 4 |

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 2 poz. 4:


Czy Zamawiający opisując czujnik w pozycji nr 4 (klips z opaski) ma na myśli czujnik typu klips na palec pediatryczny taki jak zdjęcie w załączniku ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób:
w Pakiecie nr 2 poz. 4 – CZUJNIKI DO PULSOKSYMETRU KOMPATYBILNE Z NELLCOR N-395
w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ **zmienia zapis z:**

| Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość |
|----|--|---------|------|-------|
| 4. | Czujnik wielorazowy typu klips z opaskami, niesterylny, dla dzieci | >40kg | szt. | 4 |

który otrzymuje brzmienie:

| Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość |
|----|--|---------|------|-------|
| 4. | <p>Czujnik wielorazowy typu klips z opaskami, niesterylny, dla dzieci lub 210-01X - Czujnik SpO2 Nellcor, klips na palec pediatryczny, dł. 1 m</p>  | > 40kg | szt. | 4 |

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 2 poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie kabla o dł. 45 cm, w przypadku spełniania pozostałych parametrów

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 2 poz. 3:

Prosimy o dopuszczenie czujników typu klips na palec dla dzieci o wadze 15-50 kg lub czujników silikonowych na palec dla niemowląt o wadze 4-15 kg lub czujników z opaską dla niemowląt o wadze 1-4kg - do wyboru przy realizacji zamówienia częściowego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 2 poz. 4:

Prosimy o dopuszczenie czujników typu klips na palec dla dorosłych o wadze powyżej 50 kg

Odpowiedź:


Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 2 poz.3 :


Czy chodzi o czujniki wpinane bezpośrednio do monitora czy do kabla przedłużającego?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób:
w Pakiecie nr 2 poz. 3 – CZUJNIKI DO PULSOKSYMETRU KOMPATYBILNE Z NELLCOR N-395
w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ **zmienia zapis z:**

| Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość |
|----|--|----------------|------|-------|
| 3. | <p>Czujnik wielorazowy typu klips z opaskami, niesterylny, dla dzieci lub 210-01X - Czujnik SpO2 Nellcor, klips na palec pediatryczny, dł. 1 m</p>  | < 3kg lub 40kg | szt. | 4 |

który otrzymuje brzmienie:


| Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość |
|----|--|----------------|------|-------|
| 3. | <p>Czujnik wielorazowy typu klips z opaskami, niesterylny, dla dzieci wpinany do kabla przedłużającego lub 210-01X - Czujnik SpO2 Nellcor, klips na palec pediatryczny, dł. 1 m wpinany do kabla przedłużającego</p>  | < 3kg lub 40kg | szt. | 4 |

Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 2 poz.4 :


Czy chodzi o czujniki wpinane bezpośrednio do monitora czy do kabla przedłużającego?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób: w Pakiecie nr 2 poz. 4 – CZUJNIKI DO PULSOKSYMETRU KOMPATYBILNE Z NELLCOR N-395 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ **zmienia zapis z:**

| Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość |
|----|--|---------|------|-------|
| 3. | <p>Czujnik wielorazowy typu klips z opaskami, niesterylny, dla dzieci lub 210-01X - Czujnik SpO2 Nellcor, klips na palec pediatryczny, dł. 1 m</p>  | >40kg | szt. | 4 |

który otrzymuje brzmienie:

| Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość |
|----|--|---------|------|-------|
| 3. | <p>Czujnik wielorazowy typu klips z opaskami, niesterylny, dla dzieci wpinany do kabla przedłużającego lub 210-01X - Czujnik SpO2 Nellcor, klips na palec pediatryczny, dł. 1 m wpinany do kabla przedłużającego</p>  | >40kg | szt. | 4 |

Załącznikiem do pisma jest:

- Załącznik nr 1 do SWZ Formularz asortymentowo – cenowy (**Pakiet nr 2 – CZUJNIKI DO PULSOKSYMETRU KOMPATYBILNE Z NELLCOR N-395**) po zmianach z dnia 25.07.2023r.;

Pozostała treść SWZ oraz załączników do SWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem