

**Do: Uczestników postępowania przetargowego**

**INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ  
CZĘŚCIOWYM UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - W RAMACH PAKIETU NR 23**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP 12/23 w przedmiocie „**Dostawa artykułów medycznych i niemedychnych jednorazowego użytku**”.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zwany dalej „**Zamawiającym**”, działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605.), [dalej: Pzp.], zawiadamia, iż w toczącym się postępowaniu nr ZP 12/23 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawa artykułów medycznych i niemedychnych jednorazowego użytku**” **odrzuca ofertę Wykonawcy ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k.** oraz na podstawie art. 255 pkt. 2) ustawy Pzp **unieważnia postępowanie w ramach pakietu 23 – cewniki, worki na mocz, tlenoterapia.**

**UZASADNIENIE**

Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 223 ust. 1 Pzp w dniu 17.01.2024 r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących asortymentu wskazanego w poz. 11 dla pakietu nr 23 - cewniki, worki na mocz, tlenoterapia. Zamawiający wymagał asortymentu w postaci: *Przedłużacz do podawania tlenu przez nos CH 18 x 2100mm, na opakowaniu napisy w języku polskim, nadrukowane nie naklejane, sterylne, opakowanie folia-papier.* W złożonej ofercie Wykonawca zaoferował asortyment firmy Galmed. Na potwierdzenie spełnienia wymaganych kryteriów wraz z ofertą złożone zostały przedmiotowe środki dowodowe w postaci katalogu producenta. W przedłożonym katalogu nie uwzględniony został cewnik o wymaganych parametrach (CH 18). Na oryginalnym katalogu umieszczona została dodatkowa informacja opatrzona symbolem „\*”, w której to zawarto wyjaśnienie, że wymagany rozmiar dostępny jest na zamówienie. Zamawiający w toku badania oferty oraz wobec wątpliwości co do prawdziwości zawartych w katalogu informacji, po kontakcie z firmą Galmed ustalił, że producent nie posiada w swojej ofercie cewników CH 18. Wobec ujawnionych nieścisłości Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca oświadczył, iż nastąpiła omyłka wynikająca z niekompletnej wiedzy w zakresie produktów na zamówienie firmy Galmed. Wykonawca oznajmił, iż producent faktycznie wykonuje cewniki do podawania tlenu przez nos na zamówienie, ale dostosowuje wyłącznie długość drenu do specyficznych potrzeb Klienta, a nie jego średnicę. Wobec powyższego firma Zarys nie będzie miała możliwości dostarczenia asortymentu spełniającego wymagania stawiane przez Zamawiającego, dlatego też jej oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) Pzp.



**SZPITAL OGÓLNY**  
im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Ponadto Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu nr 23 na podstawie art. 255 pkt. 2) Pzp.

Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych - dział IX "Środki ochrony prawnej" od art. 505 do art. 590.

Dyrektor  
Szpitala Ogólnego  
im. dr Witolda Gineła w Grajewie  
**Marta Romanowska**