



## WOJSKOWE CENTRUM

### KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78



Warszawa, dnia 06 listopada 2023 r.

### Wykonawcy postępowania nr 85/D/2023

WCKiK – SZP.2612.1.85/D/2023

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawa rejestratorów temperatury i wilgotności 4 kanałowych wraz z sondami zewnętrznymi”, Sprawa 85/D/2023*

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z pytaniami skierowanymi przez Wykonawców w związku z prowadzonym ww. postępowaniem oraz na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 6 zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia o czym informuje poniżej.

#### **Pytanie 1.**

##### **Dotyczy: Arkusz asortymentowo- cenowy pkt. 4**

Urządzenie z czterema kanałami ciągłego monitorowania wyposażone w sondy zewnętrzne.

##### **Pytanie:**

Uprzejmie prosimy o informacje uzupełniające odnośnie tego wymogu. Czy wymóg dotyczący "czterech kanałów monitorowania" oznacza, że do urządzenia rejestrującego można podłączyć 4 czujniki pomiarowe (temperatura/wilgotność)?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, dwa czujniki do pomiaru temperatury i dwa czujniki do pomiaru wilgotności.

#### **Pytanie 2.**

##### **Dotyczy: Arkusz asortymentowo- cenowy pkt. 6**

Umożliwia przekazywanie danych pomiarowych na PC poprzez kabel USB jak i przez (opcjonalnie dostępną) kartę SD.

##### **Pytanie:**

Uprzejmie zauważamy, że w oferowanym przez naszą Spółkę rozwiązaniu, wszelkie dane rejestrowane przez urządzenia (tj. Centralkę oraz Czujniki) przenoszone są do komputera za pomocą aplikacji Cloud, do której dane te przenoszone są drogą GPRS. Efekt biznesowy jest zgodny z oczekiwanym, czyli dane są przenoszone na komputer i tam prezentowane. Prosimy o potwierdzenie, że w takim wypadku nie będzie wymagane przenoszenie danych poprzez kabel USB/SD.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 3.**

**Dotyczy: Arkusz asortymentowo- cenowy pkt. 7**

Format przesyłu danych, o których mowa w pkt 6 musi zapewniać ich odczyt, zapis i archiwizację w oparciu o urządzenia powszechnie używane przez Zamawiającego, co najmniej obsługiwane w oparciu o system Windows.

**Pytanie:**

Uprzejmie prosimy o informacje uzupełniające doświadczenia "urządzeń powszechnie stosowanych przez Zamawiającego". Czy oznacza to, że w chwili obecnej Zamawiający dysponuje już analogicznym rozwiązaniem, a przedmiotem niniejszego postępowania jest rozszerzenie pierwotnej instalacji o dodatkowe Czujniki?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie posiada programu umożliwiającego zapis i archiwizowanie. Zatem Zamawiający potrzebuje oprogramowanie do obsługi.

**Pytanie 4.**

**Dotyczy: Arkusz asortymentowo- cenowy pkt. 8**

Posiada wyświetlacz zapewniający łatwy odczyt danych pomiarowych

**Pytanie:**

Uprzejmie zauważamy, że w oferowanym przez naszą Spółkę rozwiązaniu, zarejestrowane parametry (temperatura/wilgotność) prezentowane są w obrębie aplikacji, natomiast Czujniki nie pełnią funkcji informującej, a rejestrującej. Czy takie rozwiązanie jest akceptowalne przez Zamawiającego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający musi mieć możliwość odczytu w trakcie pomiaru na wyświetlaczu.

**Pytanie 5.**

**Dotyczy: Arkusz asortymentowo- cenowy pkt. 22**

Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na rejestratory i 12 miesięcy na sondy.

**Pytanie:**

Uprzejmie prosimy o precyzyjne wyspecyfikowanie ilości sprzętu który Zamawiający chce zakupić w ramach przedmiotowego postępowania. Prosimy również o doprecyzowanie określeń takich jak "Rejestrator", "Sonda", "1 kpl".

**Odpowiedź Zamawiającego:**

7 kompletnych urządzeń z sondami. Urządzenie musi być ukompletowane , czyli zawierać rejestrator oraz wymagane sondy pomiarowe wraz z koniecznym oprogramowaniem do odczytu danych.

**Pytanie 6.**

**Dotyczy: Projekt umowy §8 ust. 5**

Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin w dni robocze, rozumiany jako konieczność przyjazdu do Zamawiającego w przypadku braku możliwości rozwiązania awarii na odległość od momentu zgłoszenia.

**Pytanie:**

Uprzejmie prosimy o informację, czy jeśli zdalna diagnostyka na podstawie zgłoszenia pozwoli ustalić, że Centralka (Rejestrator) lub Czujnik wymagają naprawy, to czy termin na tę naprawę definiuje §8 ust. 7? Czy dopiero przekroczenie tego terminu wywołuje skutek w postaci konieczności dostarczenia urządzenia zastępczego, o czym mowa w §8 ust. 8?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak § 8 ust. 7 wyznacza maksymalny czas na naprawę od zdiagnozowania, natomiast brak możliwości wykonania naprawy w terminie wyznaczonym w ust. 7 powoduje konieczność dostarczenia urządzenia zastępczego (ust.8).

### **Pytanie 7.**

#### **Dotyczy: Projekt umowy § 8 ust. 11**

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Zamawiający zleci naprawę urządzenia podmiotowi trzeciemu.

#### **Pytanie:**

Prosimy o potwierdzenie, że taka okoliczność może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy Dostawca nie wywiąże się z roszczeń gwarancyjnych, po wcześniejszych wezwaniach Zamawiającego do usunięcia usterki.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie. Wykonawca zostanie zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji gdy Zamawiający zleci naprawę urządzeń podmiotowi trzeciemu nie korzystając z uprawnień wynikających z umowy (zleci niezgodnie z umową innemu podmiotowi niż dostawca). Przedmiotowe w pytaniu okoliczności mogą stanowić podstawę odstąpienia od umowy i naliczania kar umownych.

### **Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

### **Uwaga:**

Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert **ULEGA** zmianie.

#### **Zmiana treści SWZ z dnia 06.11.2023 r.**

1. W Rozdziale VIII Informacje o sposobie oraz terminie składania i otwarcia ofert, pkt III Termin związania ofertą ppkt 1 otrzymuje następującą treść:  
Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia **08.12.2023 r.**
2. W Rozdziale VIII Informacje o sposobie oraz terminie składania i otwarcia ofert, pkt I Sposób i termin składania ofert ppkt 13 otrzymuje następującą treść:  
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/wckik/proceedings> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 09.11.2023 r. do godziny 09:00**
3. W Rozdziale VIII Informacje o sposobie oraz terminie składania i otwarcia ofert, pkt II Sposób i termin otwarcia ofert ppkt 1 otrzymuje następującą treść:  
Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert w dniu upływu terminu składania ofert, tj. **09.11.2023 r. godzina 09:15**

**W imieniu kierownika Zamawiającego**