



Poznań, dnia 29.09.2023r.

Oznaczenie sprawy: PN-104/23

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę ultrasonografu w ramach projektu POIŚ**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr. 1 - dotyczy pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny z obrotem lewo/prawo +/-25° ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr. 2 - dotyczy pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny głowicą liniową, szerokopasmowa o wymaganym zakresie częstotliwości pracy (5 - 18 MHz) i zbudowanej z 192 elementów.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

.....
(podpis Zamawiającego)

