



Poznań, 9 czerwca 2020 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Andrzej Żarnecki

wg rozdzielnika

Nasz znak: AD-O.272.14.2020

Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia: -

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wzorców chemicznych, wzorców leków, hormonów i witamin, wzorców deuterowanych, wzorców pestycydów, odczynników do wykrywania i ilościowego oznaczenia GMO kompatybilnych z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem ABI 7500 Fast Real Time PCR System, zestawów trzech kalibrantów do wykrywania DNA specyficznego dla przeżuwaczy metodą Real - Time PCR, zestawów do izolacji DNA przeżuwaczy z materiałów paszowych i mieszanek paszowych metodą Real - Time PCR, odczynników do analizy aminokwasów i testów immunoenzymatycznych „BC”.

Dotyczy pakietu V, załącznik nr 6 do SIWZ

Pytanie nr 1: „Zamawiający zapisał następujący warunek: „Każda dostarczona seria odczynników do wykrywania i ilościowego oznaczania GMO musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym wraz z podanym terminem ważności oraz kartę charakterystyki zgodną z obowiązującymi przepisami.” Uprzejmie wnosimy o modyfikację ww. zapisu tak by brzmiał: „Każda dostarczona seria odczynników do wykrywania i ilościowego oznaczania GMO musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym wraz z podanym terminem ważności oraz kartę charakterystyki zgodną z obowiązującymi przepisami o ile wymóg ten dotyczy.”



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl

Pytanie nr 2: „Zamawiający zapisał następujący warunek: „Dostarczone odczynniki do wykrywania i ilościowego oznaczania GMO muszą mieć termin ważności dla poz. 1 min. 3 miesiące, dla poz. 2 - 5 min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.” Wnosimy o korektę ww. zapisu tak by brzmiał: „Dostarczone odczynniki do wykrywania i ilościowego oznaczania GMO muszą mieć termin ważności dla poz. 1 min. 3 miesiące, dla poz. 2 min. 7 miesięcy, dla poz. 3 min 6 miesięcy, dla poz. 4 i 5 min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.”

Odpowiedź nr 1 i 2: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 12 do SIWZ

Pytanie nr 3: „Zamawiający zapisał: „Dostarczonemuszą posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym Brak dostarczenia zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do odmowy przyjęcia dostawy.“ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie ww. ustępu o zapis: „Dostarczone muszą posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym o ile wymóg ten dotyczy. Brak dostarczenia zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do odmowy przyjęcia dostawy.“

Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sporządziła: D. Bartoszevska



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl