

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji

podinsp. Andrzej BORYCKI

Zatwierdzam

Załącznik nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są:

- końcówki do pipet ep T.I.P.S.5000 µl,
- końcówki do pipet ep T.I.P.S.Stand 2-200 µl,
- końcówki do pipet ep T.I.P.S.1000 µl.

Kończówki do pipet powinny spełniać poniższe warunki:

- końcówki dedykowane do pipet Reserch oraz Reference,
- jednorazowego użycia, chemicznie odporne,
- najwyższej jakości polipropylen bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów,
- końcówki powinny mieć silnie hydrofobową powierzchnię zapewniającą jak najmniejszą utratę próbki podczas dozowania.

TECHNIK
Sekcji V Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
POLAŃSKA
Ewelina POLAŃSKA

INSPEKTOR
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji

Daniel Bańkowski
Daniel BAŃKOWSKI