



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**  
**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI**  
✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251  
REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790  
✉ zam.publ@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

**ZP/164/2024**

**Łódź, dnia 15.11.2024 r.**

Zadanie realizowane w ramach: „**U M O W Y nr DOI/FM/SIS/9/305/388/2023 na udzielenie dotacji celowej na finansowanie/dofinansowanie realizacji programu inwestycyjnego pn. „Przebudowa i doposażenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej oraz Ponadregionalnego Ośrodka Onkologii Dziecięcej” w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251**”

**„Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego w ramach zdania pn.: „Przebudowa i doposażenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej oraz Ponadregionalnego Ośrodka Onkologii Dziecięcej” dla SP ZOZ CSK UM w Łodzi**

### **Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia Nr 1**

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

#### **Pyt. 1. dot. Pakiet nr 5: Fotel do pobierania krwi**

Prosimy o potwierdzenie, czy przedmiotem zamówienia jest fotel do pobierania krwi w ilości 1 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż planuje zakup czterech sztuk**

#### **Pyt. 2. dot. Pakiet nr 5: Fotel do pobierania krwi**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi o wysokości 110 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

#### **Pyt. 3. dot. Pakiet nr 5: Fotel do pobierania krwi**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi o szerokości 60 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

#### **Pyt. 4. dot. Pakiet nr 5: Fotel do pobierania krwi**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi o głębokości 85 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt. 5. dot. Pakiet nr 10: Stół zabiegowy elektryczny – 4 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół zabiegowy elektryczny z podstawą o długości 125 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt. 6. dot. Pakiet nr 10: Stół zabiegowy elektryczny – 4 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół zabiegowy elektryczny z podstawą o szerokości 62 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt. 7. dot. Pakiet nr 10: Stół zabiegowy elektryczny – 4 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół zabiegowy elektryczny z podstawą i kolumną wykonanymi i zabudowanymi osłonami wykonanymi ze stali malowanej proszkowo? Wykonanie konstrukcji i osłon jest bardzo solidne i estetyczne, kształt podstawy i kolumny zaokrąglony (wyoblony) bez ostrych krawędzi. Oferowane rozwiązanie jest trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt. 8. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny – 6 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zrealizowanie zamówienia w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający jest związany harmonogramem realizacji projektu**

**Pyt. 9. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny – 6 szt.**

Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka posiadającego szkielet, blat górny i szuflady wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością wysokoodpornego tworzywa polietylenu? Jest to rozwiązanie tożsame ze wymaganym przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt. 10. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny – 6 szt.**

Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wymiarów zewnętrznych wózka: wysokości 100 cm, głębokości 61 cm, szerokości (wraz z zintegrowanym uchwytem do prowadzenia) 91 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt. 11. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny – 6 szt.**

Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym czoła szuflad będą posiadały przeźroczyste samoprzylepne etykiety z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady? Jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt. 12. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny – 6 szt.**

Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego układ jezdny wysoce mobilny, wyposażony w 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą oraz 1 antystatyczne, o średnicy 125 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w odległościach zapewniających prawidłową zwrotność wózka? Jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt. 13. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny – 6 szt.**

Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym narożniki nad kołami posiadają odboje chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami? Jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt. 14. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny – 6 szt.**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego blat zabezpieczony z trzech stron przed zsuwaniem się przedmiotów? W oferowanym wózku blat posiada podniesione brzegi po bokach i z tyłu w celu zabezpieczenia przed zsuwaniem się przedmiotów, natomiast blat z przodu nie jest „podniesiony” w celu zapewnienia dostępności do blatu od frontu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt. 15. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny – 6 szt.**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka nie wyposażonego w otwieracz ampułek?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt. 16. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny – 6 szt.**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka nie wyposażonego w pojemnik na butelki?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt. 17. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny – 6 szt.**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka nie wyposażonego w „pótkę na żel”? Oferowany wózek będzie m.in. wyposażony w dwa przezroczyste odchylany pojemnik „kieszonki” - można przechowywać butelkę z żelem w pojemniku.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt. 18. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny – 6 szt.**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka nie wyposażonego w „zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie (z przezroczystą ścianką w blacie wózka) pozwalająca na ich identyfikację”? W oferowanym wózku dwie pierwsze szuflady będą w kolorze czerwonym przeznaczone na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt. 19. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny – 6 szt.**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym wyposażenie nieznacznie powoduje zwiększenie gabarytów wózka, jest zamocowane w taki sposób, aby nie było narażone na uszkodzenia?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt. 20. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny – 6 szt.**

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka nie wyposażonego w pótkę na defibrylator?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt. 21. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny – 6 szt.**

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w płytę do masażu serca, która nie będzie zamocowana w żaden sposób do wózka?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt. 22. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny – 6 szt.**

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w nadstawkę z 10 tworzywowych pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty, pojemniki w dwóch rzędach (2 rzędy po 5 pojemników)?



(Zdjęcia poglądowe oferowanych wózków)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt. 23. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny – 6 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisów w pkt. 13? Oferowane wózki będą dopiero wyprodukowane po wyborze oferty, ponieważ ze względu na różne konfiguracje, elementy wyposażenia itp. producent i dystrybutor nie są w stanie posiadać w ich magazynie i zaprezentować Zamawiającemu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt. 24. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny – 6 szt.**

Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wykonywania bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji ze względu na to, że w tego rodzaju wózkach nie ma konieczności wykonywania takich przeglądów.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt. 24. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny – 6 szt.**

Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu? Oferowane wózki są bardzo proste w obsłudze, będzie do nich dołączona instrukcja obsługi w j. polskim i nie ma konieczności przeprowadzania takiego szkolenia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt. 25. dot. Pakiet 4 - Centrala z kardiomonitoremami - 3+16 szt. Pakiet 2 - Aparat EKG - 2 szt.**

W związku dostawą aparatu EKG i centrali z kardiomonitoremami prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu HIS/RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje licencji RIS/PACS dla tego pakietu**

**Pyt. 26. dot. Pakiet 4 - Centrala z kardiomonitoremami - 3+16 szt. Pakiet 2 - Aparat EKG - 2 szt.**

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu EKG i centrali z kardiomonitoremami z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga gwarancji na komunikację z systemami RIS/PACS**

**Pyt. 27. dot. Pakiet 4 - Pakiet 3 - Aparat USG (mobilny) - 1 szt.**

W związku dostawą aparatu USG prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje licencji RIS/PACS dla tego pakietu**

**Pyt. 28. dot. Pakiet 4 - Pakiet 3 - Aparat USG (mobilny) - 1 szt.**

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadany systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje integracji RIS/PACS dla tego pakietu**

**Pyt. 29. dot. Pakiet 4 - Pakiet 3 - Aparat USG (mobilny) - 1 szt.**

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu USG z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga gwarancji na komunikację z systemami RIS/PACS**

**Pyt 30. dot. Pakietu 12, poz. 1 – Macerator do naczyń z pulpy, pkt. 3, 4, 5**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie obsługiwane bez użycia rąk - otwieranie i zamykanie pokrywy za pomocą przycisku nożnego, z autostartem, bez awaryjnych czujników podczerwieni?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 31. dot. Pakietu 12, poz. 1 – Macerator do naczyń z pulpy, pkt. 10, 11, 12**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy silnika/mocy całkowitej 0,6kW, pompy 125kW? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji naczyń z pulpy celulozowej.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 32. dot. Pakietu 12, poz. 1 – Macerator do naczyń z pulpy, pkt. 8**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie przeprowadzające macerację przy użyciu 4 modułów tnąco rozrywających = 6 noży niewymagających ostrzenia (dożywotnia gwarancja)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 33. dot. Pakietu 12, poz. 1 – Macerator do naczyń z pulpy, pkt. 9, 27**

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany macerator posiadał wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej (górnej) części komory z bezpośrednim dostępem do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia w przypadku maceracji nieodpowiednich materiałów (np. ścierki wielorazowe, lignina itp.)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 34. dot. Pakietu 12, poz. 1 – Macerator do naczyń z pulpy, pkt. 18, 19, 25**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bardziej kompaktowe o wymiarach: szer. 411 x gł. 524 x wys. 908mm (1218 otwarta pokrywa), posiadające konstrukcję ze stali nierdzewnej, przednią obudowę i górną pokrywę z tworzywa sztucznego z antybakteryjną ochroną?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 35. dot. Pakietu 12, poz. 1 – Macerator do naczyń z pulpy, pkt. 34**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wyświetlacz OLED oraz diodę LED?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 36. dot. Pakietu 12, poz. 1 – Macerator do naczyń z pulpy, pkt. 38, 40**

Czy Zamawiający odstąpi od parametru 38, 40?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 37. dot. Pakietu 12, poz. 1 – Macerator do naczyń z pulpy, 41, poz. 2 – Macerator do pieluch**

Doprecyzowując pkt. 41 czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało zbiornik wodny fabrycznie zabudowany w urządzeniu (z każdej strony obudowany stalą nierdzewną) odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu i rozszczelnieniu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadach równoważności**

**Pyt 38. dot. Pakietu 12, poz. 1 – Macerator do naczyń z pulpy,**

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało regulowane zużycie wody (17-23l), czas cyklu z panelu obsługi? Jest to parametr zwiększający ekonomiczność, umożliwiający dostosowanie zużycia wody/czasu (max, zużycie wody 23l) do ilości macerowanych naczyń.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 39. dot. Pakietu 12, poz. 1 – Macerator do naczyń z pulpy,**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało uszczelkę zamontowaną na pokrywie? Oferowane rozwiązanie zapewnia szczelności komory podczas pracy i przede wszystkim zapewnia jej czystość oraz wydłuża żywotność.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 40. dot. Pakietu 12, poz. 1 – Macerator do naczyń z pulpy,**

Czy Zamawiający wymaga, żeby urządzenie posiadało dodatkowe zabezpieczenie, które będzie informowało sygnałem świetlnym i dźwiękowym o próbie ręcznego zamknięcia pokrywy? Takie rozwiązanie zapobiega uszkodzeniu mechanizmu automatycznego podnoszenia pokrywy.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 41. dot. Pakietu 12, poz. 1 – Macerator do naczyń z pulpy,**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało silnik o mocy  $\leq 0,6\text{kW}$ ? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji naczyń z pulpy celulozowej.



**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 42. dot. Pakietu 12, poz. 1 – Macerator do naczyń z pulpy, pkt. 33**

Czy Zamawiający dopuści środek dezynfekcyjny w opakowaniu 2l?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 43. dot. Pakietu 12, poz. 1 – Macerator do naczyń z pulpy, poz. 2 – Macerator do pieluch**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym, posiadające deklarację zgodności CE? Urządzenia typu macerator nie są wyrobami medycznymi i nie posiadają wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 44. dot. Pakietu 12, poz. 2 – Macerator do pieluch, pkt. 2**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach nieznacznie różniących się od wymaganych: wys. 940 x gł. 620 x szer. 430mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 45. dot. Pakietu 12, poz. 2 – Macerator do pieluch, pkt. 4, 5, 6**

Czy Zamawiający dopuści macerator obsługiwany był zgodnie z zasadą „czystych rąk” - otwierany i zamykany za pomocą uchwytu łokciowego z autostartem po zamknięciu pokrywy? Takie rozwiązanie nie ogranicza w żaden sposób ruchów osoby obsługującej urządzenie, ponieważ otwarcie jak i zamknięcie komory odbywa się poprzez dotknięcie specjalnego uchwytu łokciem. Specjalny uchwyt tzw. łokciowy pełni jednocześnie funkcję zatrasku i gwarantuje idealną szczelność komory. Dodatkowo górna pokrywa wykonana jest z tworzywa z wbudowaną barierą antybakteryjną. Czujniki podczerwieni ulegają częstym awariom, co zwiększa koszty eksploatacji urządzenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 46. dot. Pakietu 12, poz. 2 – Macerator do pieluch, pkt. 7**

Czy Zamawiający odstąpi od wyświetlacza LCD dopuszczając urządzenie z diodami LED informującymi o stanie urządzenia i fazie cyklu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 47. dot. Pakietu 12, poz. 2 – Macerator do pieluch, pkt. 8**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające czas cyklu 125 sekund, moc całkowitą/silnik 1,3kW, pompę wody o mocy 125W? Większy pobór mocy nie jest wymagany do skutecznej maceracji, co jest aspektem ekonomicznym dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 48. dot. Pakietu 12, poz. 2 – Macerator do pieluch,**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało górną pokrywę ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę, a także umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni? Oferowane urządzenia umożliwiają bezawaryjne, ręczne zamykanie pokrywy, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 49. dot. Pakietu 12, poz. 2 – Macerator do pieluch,**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało silnik o mocy  $\leq 1,3\text{kW}$ ? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 50. dot. Pakietu 4**

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. „W sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania”, Zamawiający będzie wymagał, aby wymienione urządzenia medyczne były gotowe do eksportu danych i posiadały aktywne interfejsy lub porty ( LAN lub RS232 lub USB), licencje, umożliwiając eksport danych do systemów zewnętrznych w celu tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga by dostarczane urządzenia medyczne były gotowe do eksportu danych i posiadały aktywne interfejsy lub porty ( LAN lub RS232 lub USB), licencje, umożliwiając eksport danych do systemów zewnętrznych w celu tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej**

**Pyt 51. dot. § 1 ust. 4.7 lit. b) projektu umowy**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia karty gwarancyjnej? Warunki gwarancji udzielanej przez wykonawcę określa umowa, natomiast producent nie udziela gwarancji użytkownikom końcowym. Dokument gwarancji jest zatem zbędny.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 52. dot. § 1 ust. 5 projektu umowy**

Wnosimy o potwierdzenie, że wymóg, by urządzenie zostało przekazane w stanie umożliwiającym korzystanie „bez dodatkowych zakupów”, nie dotyczy zakupów zestawów jednorazowych i płynów, które są niezbędne do korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem, i są sprzedawane odrębnie.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 53. dot. Punkt III.6 w załączniku nr 2 do SWZ i § 2 projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by szkolenie personelu zostało przeprowadzone w późniejszym terminie niż dostawa i instalacja urządzenia, nie później jednak niż do 31 marca 2025 r.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 54. dot. § 4 ust. 5 projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by termin na usunięcie wad, usterek lub braków stwierdzonych przy odbiorze nie był krótszy niż 14 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 55. dot. § 6 ust. 1 i ust. 5 projektu umowy**

Czy Zamawiający przystąpi do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego niezwłocznie po dostarczeniu i zainstalowaniu urządzenia przez wykonawcę?

**Odpowiedź: Zamawiający przystąpi do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego po dostarczeniu, zainstalowaniu i sprawdzeniu zgodności opisanych parametrów z dostarczonym urządzeniem.**

**Pyt 56. dot. § 9 ust. 1. projektu umowy**

Wnosimy o potwierdzenie, że gwarancją są objęte wyłącznie wady tkwiące w urządzeniu lub czynnościach wykonawcy (instalacja, montaż, transport, naprawy, przeglądy)?

Gwarancja nie może obejmować awarii lub uszkodzeń, za które odpowiada Zamawiający, powstałych np. wskutek używania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem czy instrukcją obsługi lub uszkodzeń mechanicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pyt 57. dot. § 9 ust. 3 lit. c) i lit. d) projektu umowy**

Jaka jest wzajemna relacja „czasów reakcji” zdefiniowanych we wskazanych postanowieniach umowy? Czy czas reakcji rozumiany jako podjęcie naprawy (lit. c w § 9 ust. 3) dotyczy awarii i uszkodzeń urządzenia, a czas reakcji serwisu na zgłoszoną reklamację dotyczy innych wad urządzenia (lit. d w § 9 ust. 3)?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pyt 58. dot. Punkt XVIII.1.2) SWZ w związku z § 9 ust. 3 lit. c) i lit. d) projektu umowy**

Czy w kryterium oceny ofert Zamawiający ocenia czas reakcji serwisu na zgłoszoną reklamację, o którym mowa w § 9 ust. 3 lit. d) projektu umowy? Czy ten termin jest deklarowany w formularzu ofertowym?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż termin reakcji deklarowany jest w formularzu**

**Pyt 59. dot. punkt III. 2 w Załącznik nr 2 do SWZ oraz § 9 ust. 3 lit. c) i lit. d) projektu umowy**

Czy w punkcie III.2 w załączniku nr 2 do SWZ wykonawca deklaruje czas podjęcia naprawy przez serwis, o którym mowa w § 9 ust. 3 lit. c) projektu umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pyt 60. dot. § 9 ust. 3 lit. c) projektu umowy**

Czy Zamawiający dopuszcza zdalne podjęcie naprawy, bez konieczności przybycia serwisanta do siedziby Zamawiającego, jeżeli charakter naprawy na to pozwoli?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pyt 61. dot. § 9 ust. 3 lit. d) projektu umowy**

Czy Zamawiający dopuszcza zdalne podjęcie działań diagnostycznych, bez konieczności przybycia serwisanta do siedziby Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza o ile sytuacja na to pozwala**

**Pyt 62. dot. § 9 ust. 3 lit. c) i d) projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia o treści: „W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego w dzień roboczy po godz. 16:00, w dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, czasy reakcji zaczynają bieg o godz. 8:00 w najbliższy dzień roboczy”?

**Odpowiedź: Zamawiający opisał taką możliwość w §9 ust. 3 lit. c) i h)**

**Pyt 63. dot. § 9 ust. 3 lit. e) projektu umowy**

Czy termin na rozpatrzenie reklamacji (2 dni robocze) liczony jest od podjęcia działań diagnostycznych?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pyt 64. dot. § 9 ust. 3 lit. e) projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji do 14 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 65. dot. § 9 ust. 3 projektu umowy**

Czy Zamawiający dopuszcza zdalne usuwanie awarii, jeżeli charakter awarii na to pozwoli?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pyt 66. dot. § 9 ust. 3 projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy napraw urządzenia, liczone od podjęcia naprawy:

- 1) w przypadku awarii wymagających sprowadzenia części zamiennych spoza Polski – 14 dni roboczych,
- 2) w przypadku pozostałych awarii - 7 dni roboczych,

przy czym przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie określił maksymalnego czasu na naprawę, jedynie czas na reakcję serwisu.**

**Pyt 67. dot. § 9 ust. 3 projektu umowy**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia przez wykonawcę, według jego wyboru i na jego koszt, urządzenia zastępczego na czas usunięcia awarii, która będzie trwała dłużej niż wymagane przez Zamawiającego terminy jej usunięcia?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostarczenia sprzętu zastępczego na wezwanie na koszt Wykonawcy w przypadku wydłużającej się naprawy**

**Pyt 68. dot. § 9 ust. 3 lit. f) projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by termin gwarancji uległ przedłużeniu w przypadku przekroczenia wymaganych terminów usunięcia awarii o czas, w którym wskutek wad urządzenia objętych gwarancją Zamawiający nie będzie mógł korzystać z urządzenia lub urządzenia zastępczego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 69. dot. § 9 ust. 3 lit. j) projektu umowy w związku z poz. III.7 w załączniku nr 2 do SWZ dla Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by w opisanej tam sytuacji następowała wymiana wadliwego modułu (zamiast wymiany całego urządzenia), jeżeli będzie to możliwe i nie będzie miało negatywnego wpływu na pracę urządzenia?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 70. dot. § 9 ust. 3 projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia: „Wykonawca jest uprawniony, wedle swego wyboru, do wymiany, na swój koszt, urządzenia lub jego wadliwego podzespołu/elementu/modułu na urządzenie lub podzespół/element/moduł wolne od wad również w innych sytuacjach niż określone w ust. 3 lit. j), w szczególności jeżeli naprawa będzie technicznie niemożliwa lub wymagać będzie poniesienia ekonomicznie nieuzasadnionych kosztów. W takim wypadku termin gwarancji i rękojmi na urządzenie, w tym wymieniony element, biegnie dalej.”?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 71. dot. § 9 ust. 3 projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by termin wymiany wadliwego urządzenia wynosił 21 dni roboczych od stwierdzenia konieczności wymiany całego urządzenia, a termin wymiany wadliwego podzespołu/modułu – 14 dni roboczych od stwierdzenia konieczności jego wymiany?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zastrzeżeniu dostarczenia urządzenia zastępczego na wezwanie Zamawiającego**

**Pyt 72. dot. § 10 ust. 1.2 i ust. 1.3 projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie stawki kary za zwłokę w dostawie lub wymianie urządzenia z 2% do 1%?

Inni zamawiających znajdujący się w analogicznej sytuacji zastrzegają niższe kary za zwłokę w dostawie – zwykle stawka tej kary mieści się w przedziale do 1% wartości sprzętu. Również sam Zamawiający w

przetargu nieograniczonym o znaku ZP/135/2024 (gdzie w pakiecie nr 7 zakupione zostało urządzenie tego samego typu co urządzenie stanowiące przedmiot tego zamówienia w pakiecie nr 1), zastrzegł karę w wysokości 0,5%.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 73. dot. § 10 ust. 1.5 i ust. 1.6. projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie stawki kary umownej za zwłokę w reakcji serwisu z 1% do 0,02% za godzinę zwłoki?

Zamawiający w przetargu nieograniczonym o znaku ZP/135/2024 zastrzegł karę za zwłokę w reakcji serwisu w wysokości 0,5% wartości netto sprzętu za każdy dzień zwłoki. Natomiast w bieżącym postępowaniu Zamawiający za to samo naruszenie zastrzegł karę w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego netto za każdą godzinę zwłoki. Wskutek równoczesnego podwyższenia stawki kary i sposobu jej naliczania (za godzinę zamiast za dzień) kara wzrosła prawie pięćdziesięciokrotnie. Tak drastyczny wzrost wysokości kary umownej nie ma uzasadnienia w specyfice urządzenia – w przetargu o znaku ZP/135/2024 w pakiecie nr 7 Zamawiający kupił bowiem ten sam typ urządzenia, który chce nabyć również w tym postępowaniu w pakiecie nr 1.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 74. dot. § 11 ust. 1.16. projektu umowy**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu dostawy sprzętu, stosownie do przepisu art. 455 PZP w trybie aneksu do umowy, z powodu opóźnień w produkcji urządzeń (w szczególności spowodowanej zaburzeniami w łańcuchu dostaw lub brakami niezbędnych komponentów na rynku) lub trudności w transporcie towaru do Europy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający jest związany harmonogramem realizacji projektu**

**Pyt 75. dot. Poz. III.3 w załączniku nr 2 do SWZ dla Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie zagwarantowanego okresu dostępności części zamiennych z 10 do 8 lat?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pyt 76. dot. Punkt 5 w formularzu ofertowym**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego postanowienia?

Gwarancja i rękojmia za wady stanowią odrębne reżimy odpowiedzialności, charakteryzujące się w szczególności różnymi przesłankami odpowiedzialności sprzedawcy/gwaranta i różnymi uprawnieniami

kupującego. Termin rękojmi jest określony ustawowo. Nie ma zatem uzasadnienia, by wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące, ponosił odpowiedzialność z tytułu rękojmi dłużej niż przewiduje to Kodeks cywilny, obok odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w zakresie rękojmi. Okres rękojmi wynosi 24 miesiące.**

**Pyt 77. dot. Punkt. 3, II. Parametry techniczne urządzenia zał. nr 2**

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat jezdny, łatwy do transportu o wadze 99,8 kg bez bezpiecznego obciążenia roboczego (zestawów drenów i pojemników z płynami)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 78. dot. Punkt. 17, II. Parametry techniczne urządzenia zał. nr 2**

Czy Zamawiający zaakceptuje aby sprawność wykonania procedury wymiany osocza była nie mniejsza niż średnia 87%?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 79. dot. Pakiet 9 – ssak, pkt. 2**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z płynnym (za pomocą pokrętła), szerokim zakresem regulacji przepływu od 0 do 38 l/min z możliwością ustawienia wydajności na 19 l/min ? Jest to wartość parametru lepsza od wymaganej.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 80. dot. Pakiet 9 – ssak, pkt. 3**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z płynnym (za pomocą pokrętła), szerokim zakresem regulacji podciśnienia od 0 do 90 kPa ? Jest to wartość parametru lepsza od wymaganej.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 81. dot. Pakiet 9 – ssak, pkt. 6**

Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby ssak pracował cicho (ciszej od komputera) z głośnością poniżej 40 dB ? Tylko wartości poniżej 40 dB zapewniają komfort pracy personelowi medycznemu. Wartości głośności pracy powyżej 50 dB przy ciągłej pracy ssaka są bardzo uciążliwe dla obsługi.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**



**Pyt 82. dot. Pakiet 9 – ssak, pkt. 7**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny o wadze 12 kg a razem z wózkiem 21 kg ? Ssak jest cięższy od opisanego ale dzięki temu konstrukcyjnie jest bardzo trwałym i niezawodnym urządzeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 83. dot. Pakiet 9 – ssak, pkt. 8**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny o wymiarach 480 × 900 × 460 mm ? Różnica w wymiarach nie ma znaczenia w przypadku używania ssaka na wózku jezdny.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 84. dot. Pakiet 9 – ssak**

Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby ssak miał możliwość montażu dodatkowych zbiorników systemu Serres 1 litr ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zbiorniki systemu Serres o pojemności 2l**

**Pyt 85. dot. Pakiet 8 – pulsoksymetr, pkt. 3**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr z zasilaniem 100-240 VAC, 50/60 Hz i poborem mocy do 69 VA ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 86. dot. Pakiet 8 – pulsoksymetr, pkt. 4**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr o pojemności akumulatora wystarczającego na 8 godzin pracy przy użyciu nowego, w pełni naładowanego akumulatora, bez alarmów bez potrzeby wymiany na 10 godzinny ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 87. dot. Pakiet 8 – pulsoksymetr, pkt. 5**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr o wadze 2 kg ? Jest to waga nieznacznie większa od wymaganej.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 88. dot. Pakiet 8 – pulsoksymetr, pkt. 8**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr z nawigacją i sterowaniem za pomocą ekranu dotykowego i przycisków funkcyjnych ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 89. dot. Pakiet 8 – pulsoksymetr, pkt. 10**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr ze wskaźnikiem perfuzji 0,05-20% ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 90. dot. Pakiet 8 – pulsoksymetr, pkt. 32**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr z pamięcią rejestrowaną co [1 sekunda] lub [5 sekund], aby obserwować krótki trend z ostatniej godziny, co [10 sekund], aby obserwować średniokresowy trend z ostatnich 4 godzin, co [1 minuta], [5 minut], [10 minut], aby obserwować długi trend ze 160 godzin wszystkich monitorowanych parametrów pod postacią graficzną oraz [1 minuta], [5 minut], [10 minut], [30 minut], [60 minut], [120 minut], [180 minut], aby obserwować trend 160 godzinny dla trendów tabelarycznych ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 91. dot. Pakiet 8 – pulsoksymetr, pkt. 35**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr ze złączami 2 x USB ale bez złącza mini USB ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 92. dot. Pakiet 8 – pulsoksymetr, pkt. 37/38**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr z regulacją czasu opóźnienia reakcji alarmu na zmianę saturacji w zakresie 5, 10, 15 i 20 sek z możliwością wyłączenia czasu opóźnienia?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 93. dot. Pakiet 8 – pulsoksymetr, pkt. 48**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr z możliwością zawieszenia dźwięków alarmowych na 60, 120, 180, 300, 600 i 900 sek. z jednoczesnym generowaniem alarmów wizualnych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

#### **Pyt 94. dot. Pakiet 8 – pulsoksymetr**

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr renomowanej amerykańskiej firmy Masimo z technologią Masimo SET, stanowiącą tzw. „złoty standard” w pomiarach pulsoksymetrycznych:

Ad. 4. Pojemność akumulatora 24 godziny, z ładowarką sieciową, bez możliwości wymiany na akumulator.

Ad. 6. Bez zintegrowanego z obudową uchwytu do przenoszenia urządzenia.

Ad. 8. Nawigacja i sterowanie za pomocą elektronicznych przycisków.

Ad. 10. Zakres częstości pulsu: 25-240min.

Ad. 21. Bez wyświetlanej amplitudy tętna.

Ad. 25. Bez ikony aktywnego alarmu.

Ad. 28. Bez wskaźnika zakłóceń.

Ad. 29. Bez wskaźnika czujnik zdjęty.

Ad. 31. Bez wskaźnika komunikat czujnika.

Ad. 33. Bez interfejsu przywołania pielęgniarki.

Ad. 34. Bez złącza USB.

Ad. 35. Bez złącza mini USB.

Ad. 36. Bez funkcji przywołania pielęgniarki.

Ad. 37. Regulacja czasu opóźnienia reakcji alarmu na zmianę saturacji w zakresie: 0, 5, 10, 15 sekund.

Ad. 38. Regulacja czasu opóźnienia reakcji na zmianę saturacji wyższą niż 1% według algorytmu: (0s, 5s, 10s, 15s) / wartość zmiany saturacji = czas opóźnienia reakcji alarmu.

Ad. 39. Alarmy dźwiękowe o wysokim i średnim priorytecie.

Ad. 48. Możliwość zawieszenia dźwięków alarmowych na 1, 2, 3 minuty bez generowania alarmów wizualnych.

Oferowany przez nas pulsoksymetr posiada możliwość pomiaru częstości oddechów oraz nawodnienie pacjenta.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

### **Pyt 95. dot. wzoru umowy– dla pakietu 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §9 ust. 3j wzoru umowy, tj.:

„Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe wynosi \_\_\_\_ (max. 3 naprawy tego samego modułu).”

na następujący:

„Liczba napraw uprawniających do wymiany modułu na nowy wynosi \_\_\_\_ (max. 3 naprawy tego samego modułu).”?

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

### **Pyt 96. dot. wzoru umowy– dla pakietu 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisów §10 ust. 1 wzoru umowy na następujące:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy następujące kary umowne:

- 1.1. z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 5% niezrealizowanej wartości netto umowy,
- 1.2. za niedostarczenie towaru przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w §2, w wysokości 0,5% wartości netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki,
- 1.3. za zwłokę w wymianie towaru na wolny od wad Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5%, wartości netto nie wymienionego towaru, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na wymianę, o którym mowa w § 4 ust. 9,
- 1.4. w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5% niezrealizowanej wartości netto umowy,
- 1.5. za zwłokę w reakcji rozumianej jako podjęcie naprawy przez serwis, o której mowa w § 9 ust. 3 pkt. c), Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1%, wartości wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §8 ust. 1 odpowiednio pkt. 1.1.-....., za każdy dzień zwłoki,
- 1.6. za zwłokę w reakcji serwisu na zgłoszoną reklamację, o której mowa w § 9 ust. 3 pkt. d), Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1%, wartości wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §8 ust. 1 odpowiednio pkt. 1.1.-....., za każdy dzień zwłoki”?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 97. dot. Pakiet 7 – Łóżka z szafką**

Czy w przypadku łóżek elektrycznych z wagą (5 szt.) w pkt. 11 nie nastąpiła omyłka pisarska i zamiast zapisu: " Możliwość regulacji w pozycji pośredniej segmentu oparcia pleców w pozycji 150, 300, 450 za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów" nie powinno być: " Możliwość regulacji w pozycji pośredniej segmentu oparcia pleców w pozycji 15°, 30°, 45° za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów"?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską**

**Pyt 98. dot. PAKIET nr 13. Wózek reanimacyjny - 6 szt.**

Prosimy o dopuszczenie wózka reanimacyjnego wykonanego w całości ze stali malowanej proszkowo na wybrany kolor z palety RAL.

Ze względu na funkcję wózka zabiegowego, optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie powyższego rozwiązania, które charakteryzuje się zdecydowanie większą wytrzymałością oraz odpornością na uderzenia w stosunku do korpusu wykonanego z tworzywa. Wskazane rozwiązanie umożliwia zmianę akcesoriów lub rozbudowę wózka w przyszłości o dodatkowe wyposażenie bez konieczności ingerowania w jego konstrukcję.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 99. dot. PAKIET nr 13. Wózek reanimacyjny - 6 szt.**

Prosimy o dopuszczenie wózka zabiegowego, którego korpus (tył, boki oraz szuflady) wykonane są ze stali malowanej proszkowo na wybrany kolor z palety RAL z białym z odpornego tworzywa ABS.

Ze względu na funkcję wózka zabiegowego, optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie powyższego rozwiązania, które charakteryzuje się zdecydowanie większą wytrzymałością oraz odpornością na uderzenia w stosunku do korpusu wykonanego z tworzywa.

Wskazane rozwiązanie umożliwia zmianę akcesoriów lub rozbudowę wózka w przyszłości o dodatkowe wyposażenie bez konieczności ingerowania w jego konstrukcję.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 100. dot. PAKIET nr 13. Wózek reanimacyjny - 6 szt.**

Prosimy o dopuszczenie wózka zabiegowego wykonanego w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, fronty szuflad malowane na wybrany kolor z palety RAL.

Ze względu na funkcję wózka zabiegowego, optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie powyższego rozwiązania, które charakteryzuje się zdecydowanie większą wytrzymałością oraz odpornością na uderzenia w stosunku do korpusu wykonanego z tworzywa.

Wskazane rozwiązanie umożliwia zmianę akcesoriów lub rozbudowę wózka w przyszłości o dodatkowe wyposażenie bez konieczności ingerowania w jego konstrukcję.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 101. dot. PAKIET nr 13. Wózek reanimacyjny - 6 szt.**

Prosimy o dopuszczenie wózka zabiegowego o wysokości od podłoża do blatu 1000 mm

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 102. dot. PAKIET nr 13. Wózek reanimacyjny - 6 szt.**

Prosimy o dopuszczenie wózka zabiegowego o głębokości 550 mm

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 103. dot. PAKIET nr 13. Wózek reanimacyjny - 6 szt.**

Prosimy o dopuszczenie wózka zabiegowego o głębokości 570 mm

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 104. dot. PAKIET nr 13. Wózek reanimacyjny - 6 szt.**

Prosimy o dopuszczenie wózka zabiegowego o szerokości 750 mm

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 105. dot. PAKIET nr 13. Wózek reanimacyjny - 6 szt.**

Prosimy o dopuszczenie wózka zabiegowego o szerokości 770 mm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 106. dot. PAKIET nr 13. Wózek reanimacyjny - 6 szt.**

Prosimy o dopuszczenie wózka zabiegowego wyposażonego w 5 szuflad o wysokościach frontów:

2x szuflada 97mm,

1x szuflada 156mm,

2x szuflada 175mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 107. dot. PAKIET nr 13. Wózek reanimacyjny - 6 szt.**

Prosimy o dopuszczenie wózka zabiegowego wyposażonego w 4 szuflady o wysokościach frontów:

1x szuflada 234mm,

3x szuflada 156mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 108. dot. PAKIET nr 13. Wózek reanimacyjny - 6 szt.**

Prosimy o dopuszczenie wózka zabiegowego z szufladami wykonanymi z blachy stalowej, gięte w całości w celu uzyskania gładkiej powierzchni (nie spawane) w celu łatwego czyszczenia, dezynfekcji, gwarantujące łatwość utrzymania niezbędnego standardu higienicznego dla przechowywanych artykułów.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 109. dot. PAKIET nr 13. Wózek reanimacyjny - 6 szt.**

Prosimy o dopuszczenie wózka zabiegowego z podstawą stalową z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym lub szarym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym 3 z blokadą. Koła z elastycznym, nie brudzącym podłoża bieżnikiem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 110. dot. PAKIET nr 13. Wózek reanimacyjny - 6 szt.**

Prosimy o dopuszczenie wózka zabiegowego wyposażony w blat z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50mm, które stanowią zabezpieczenie przed zsuwaniem się przedmiotów z blatu roboczego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 111. dot. PAKIET nr 13. Wózek reanimacyjny - 6 szt.**

Prosimy o dopuszczenie wózka zabiegowego wyposażonego w blat z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40mm, które stanowią zabezpieczenie przed zsuwaniem się przedmiotów z blatu roboczego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 112. dot. PAKIET nr 13. Wózek reanimacyjny - 6 szt.**

Prosimy o dopuszczenie wózka zabiegowego wyposażonego w ażurowy kosz na cewniki wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, o wymiarach 115x115x500mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 113. dot. PAKIET nr 13. Wózek reanimacyjny - 6 szt.**

Prosimy o dopuszczenie wózka zabiegowego wyposażonego w uchwyt na butelki montowany na szynie instrumentalnej za pomocą uniwersalnego uchwyty szynowego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 114. dot. PAKIET nr 13. Wózek reanimacyjny - 6 szt.**

Prosimy o dopuszczenie wózka zabiegowego bez zintegrowanych szuflad bocznych, wysuwanych spod blatu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 115. dot. PAKIET nr 13. Wózek reanimacyjny - 6 szt.**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce wysuwanych szuflad bocznych 2 lub 3 uchylne transparentne pojemniki z plexi.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 116. dot. PAKIET nr 13. Wózek reanimacyjny - 6 szt.**

Prosimy o dopuszczenie półki pod defibrylator z regulacją wysokości i obrotu montowaną do korpusu wózka.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 117. dot. PAKIET nr 13. Wózek reanimacyjny - 6 szt.**

Prosimy o dopuszczenie wózka zabiegowego, którego wyposażenie montowane jest na szynach instrumentalnych wykonanych ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, zintegrowanych z korpusem wózka. Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek (oprócz kosza na odpady) w formie bryły o wymiarach ok. 54x40 mm [wysokość x szerokość], z pokrętkiem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z



możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm. Wskazane rozwiązanie umożliwia łatwe i szybkie zdejmowanie akcesoriów w celu zmniejszenia gabarytów wózka.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 118. dot. Pakiet 6 – lodówki**

Czy Zamawiający dopuści urządzenia nie będące wyrobami medycznymi i nie podlegające ustawie o wyrobach medycznych, ale posiadające deklarację CE ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 119. dot. Pakiet 6 – lodówki**

Urządzenia chłodnicze nie mają określonego parametru ochrony przed wilgocią. Czy Zamawiający dopuści urządzenia, w których ten parametr nie jest określony ? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 120. dot. Pakiet 6 – lodówki**

Czy Zamawiający dopuści również urządzenia z następującymi normami bezpieczeństwa elektrycznego EN 60335-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 121. dot. Pakiet 6 – lodówki**

W pakiecie nr 6 opisane są 3 różne urządzenia, natomiast jest tylko jedno miejsce na wpisanie nazwy i modelu dla jednego urządzenia. Czy Zamawiający zmieni formularz w celu opisanie modeli, producenta i nazwy urządzenia dla wszystkich 3 modeli?

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał aktualizacji dokumentów zamówienia**

**Pyt 122. dot. Pakiet 6 – lodówki**

Czy Zamawiający dopuszcza lodówko-zamrażarkę, w której w komorze mrożenia jest 5 półek w tym 4 z regulacją, a w komorze mrożenia są 3 szuflady?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 123. dot. Umowa**

Czy Zamawiający jest w stanie doprecyzować dokładną lokalizację / ustawienia i podłączenia sprzętów wraz z podaniem numeru piętra/pięter oraz wskazanie czy w budynku jest winda towarowa, bądź czy będzie zachodziła konieczność przemieszczenia urządzeń po schodach ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w budynku są windy oraz zabezpieczona droga transportu. Dokładną lokalizację (piętro, pokój) Zamawiający poda po podpisaniu umowy w momencie składania zamówienia.**

**Pyt 124. dot. Umowa**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyjęcie zasady, iż czas reakcji rozumiany jako podjęcie naprawy przez serwis w celu wyeliminowania/usunięcia awarii, usterki jest nie dłuższy niż 48 h (roboczych) w dni robocze ? Godziny robocze rozumiane jako godziny pracy serwisu tj. od 8-do 16 w dni robocze od poniedziałku do piątku ?

**Odpowiedź: Zamawiający opisał taką możliwość w §9 ust. 3 lit. c) i h)**

**Pyt 125. dot. Umowa**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kar za niedostarczenie towaru przedmiotu umowy w terminie do wysokości 0, 1 %?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 126. dot. Umowa**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kar za zwłokę w wymianie towaru na wolny od wad do wysokości 0, 1 %?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 127. dot. Umowa**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kar za zwłokę podjęcia naprawy przez serwis do wysokości 0,1%?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 128. dot. Umowa**

Opisany punkt 1.3. w §10 odwołuje się do punktu w §4 ust 9. Natomiast tego punktu nie ma w przesłanym wzorze umowy. Proszę o wyjaśnienie

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał aktualizacji dokumentów zamówienia.**

**Pyt 129. dot. Załącznik nr 2 do SWZ, pakiet nr 14, Waga osobowa kolumnowa ze wzrostomierzem, II. Parametry techniczne urządzenia, punkt 2. Obciążenie minimalne: 40g**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie obciążenia minimalnego wagi 100g. Wymaganie obciążenia minimalnego poniżej błędu pomiarowego (100g) dla wagi osobowej nie ma uzasadnienia funkcjonalnego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 130. dot. Załącznik nr 2 do SWZ, pakiet nr 14, pakiet nr 14, Waga osobowa kolumnowa ze wzrostomierzem, II. Parametry techniczne urządzenia, punkt 10. Wyświetlacz LCD (z podświetleniem).**

Prosimy o dopuszczenie wagi z jasnym, czytelnym wyświetlaczem LCD z dużymi cyframi. Brak dodatkowego podświetlenia nie wpływa na czytelność wyświetlanych informacji. Ponadto badań nie wykonuje się w ciemnościach, więc dodatkowe podświetlenie nie daje zauważalnych korzyści funkcjonalnych i nie wpływa na jakość czy czas pomiaru.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 131. dot. Załącznik nr 2 do SWZ, pakiet nr 14, Waga osobowa kolumnowa ze wzrostomierzem, II. Parametry techniczne urządzenia, punkt 12. Złącze RS 232.**

Prosimy o dopuszczenie złącza RS 232 zabudowanego w środku wagi, zawierającej również port USB, co jest wymaganym złączem komunikacyjnym w każdym nowoczesnym sprzęcie komputerowym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zastrzeżeniu, iż dostęp jest bezproblemowy i nie wymaga użycia narzędzi**

**Pyt 132. dot. Załącznik nr 2 do SWZ, pakiet nr 14, pakiet nr 14, Waga osobowa kolumnowa ze wzrostomierzem, II. Parametry techniczne urządzenia, punkt 13. Miernik PUE C315.**

Prosimy o usunięcie zapisu nazwy handlowej miernika wagowego firmy RADWAG.

**Odpowiedź: Zamawiający zaktualizował zapis w OPZ.**

**Pyt 133. dot. Załącznik nr 2 do SWZ, pakiet nr 14, Waga osobowa kolumnowa ze wzrostomierzem, II. Parametry techniczne urządzenia, punkt 14. Wilgotność względna powietrza: 10 ÷ 85%.**

Prosimy o dopuszczenie wilgotności względnej powietrza 15-85%. Zakres ten jedynie nieznacznie odbiega od wymaganego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 134. dot. Załącznik nr 2 do SWZ, pakiet nr 14, Waga osobowa kolumnowa ze wzrostomierzem, II. Parametry techniczne urządzenia, punkt 15. Temperatura pracy:  $-10 \div +40$  °C.**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie temperatury pracy  $5-35^{\circ}$ . Zakres ten jedynie nieznacznie odbiega od wymaganego. Ponadto waga ma być wykorzystywana w Centrum Pediatrii, a więc zakres tak ekstremalnych temperatur nie wydaje się być istotny.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 135. dot. Załącznik nr 2 do SWZ, pakiet nr 14, Waga osobowa kolumnowa ze wzrostomierzem, II. Parametry techniczne urządzenia, punkt 16. Czas pracy akumulatora do 8 godzin.**

Prosimy o dopuszczenie wagi z możliwości pracy na bateriach. Na komplecie badań można wykonać ok. 12 000 pomiarów.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 136. dot. Załącznik nr 2 do SWZ, pakiet nr 14, Waga osobowa kolumnowa ze wzrostomierzem, II. Parametry techniczne urządzenia, punkt 17. Zasilanie:  $00 \div 240$  V AC  $50 \div 60$  Hz /  $12$  V DC + akumulator**

Prosimy o dopuszczenie zasilania 12V oraz możliwości pracy na bateriach

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 137. dot. Załącznik nr 2 do SWZ, pakiet nr 14, Waga osobowa kolumnowa ze wzrostomierzem, II. Parametry techniczne urządzenia, punkt 23. Stopień ochrony konstrukcja: IP 65 i 24. Stopień ochrony miernik: IP 43.**

Prosimy o odstąpienie od powyższych wymogów. Wagi stosowane w placówkach medycznych (świadczących usługi zdrowotne) muszą spełniać szereg norm i być wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2020 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974). Ponadto muszą być odporne na wnikanie elementów stałych oraz nadawać się do mycia i dezynfekcji.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 138. dot. Załącznik nr 2 do SWZ, pakiet nr 14, Waga osobowa kolumnowa ze wzrostomierzem, III. Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu, punkt 5.**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu szkolenia w zakresie obsługi wagi.

Waga jest prostym urządzeniem a jej obsługa jest intuicyjna.

W przypadku nieodstąpienia od powyższego wymogu, prosimy o dopuszczenie możliwości przeprowadzenia zdalnego szkolenia w terminie dogodnym dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 139. dot. TERMIN PŁATNOŚCI**

Prosimy Zmawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami umownymi faktury VAT. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SWZ oraz projekcie umowy.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 140. dot. Umowa § 10 ust. 1 pkt 1.2**

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej za niedostarczenie towaru przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w §2, do wysokości 0,5% wartości netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 141. dot. Umowa § 10 ust. 1 pkt 1.3**

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w wymianie towaru na wolny od wad Wykonawca zapłaci karę do wysokości 0,5%, wartości netto nie wymienionego towaru, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na wymianę, o którym mowa w § 4 ust. 9.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 142. dot. Umowa § 10 ust. 1 pkt 1.5**

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w reakcji rozumianej jako podjęcie naprawy przez serwis, o której mowa w § 9 ust. 3 pkt. c), Wykonawca zapłaci karę do wysokości 0,2%, wartości wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §8 ust. 1 odpowiednio pkt. 1.1.-....., za każdą godzinę zwłoki.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 143. dot. Umowa § 10 ust. 1 pkt 1.6**

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w reakcji serwisu na zgłoszoną reklamację, o której mowa w § 9 ust. 3 pkt. d), Wykonawca zapłaci karę do wysokości 0,2%, wartości wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §8 ust. 1 odpowiednio pkt. 1.1.-....., za każdą godzinę zwłoki.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 144. dot. Umowa § 9**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu w którym Wykonawca rozpatrzy reklamację, o której mowa w pkt. d) do 5 dni roboczych.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 145. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny 6 szt.**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie wózków z pakietu 13, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów w czasie trwania gwarancji, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie producenta. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz projektu umowy

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 146. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny 6 szt. Pytania do pkt. II. Parametry techniczne urządzenia. Poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o szkieletcie z anodowanego aluminium, blacie górnym oraz szufladach (w tym czoła szuflad) z ABS; boki i tył wózka z profilowanego tworzywa sztucznego polistyrenu - wszystkie wymienione materiały charakteryzujące się wysoką wytrzymałością i trwałością.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 147. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny 6 szt. Pytania do pkt. II. Parametry techniczne urządzenia. Poz.2**

Czy Zamawiający dopuści, aby konstrukcja wózka wyposażona była w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad przy pomocy specjalnej blokady (łatwe i szybkie odblokowanie / zablokowanie jednym ruchem ręki) z dodatkowym zabezpieczeniem na plomby (na wyposażeniu wózka 100 szt. plomb) stanowiącym standardowe zamykanie dla oferowanego wózka reanimacyjnego? Oferowane rozwiązanie zapewnia łatwe i szybkie odblokowanie / zablokowanie zamknięcia jednym ruchem ręki oraz pozwala uniknąć sytuacji, gdy np. nie można otworzyć szuflad, gdy klucz zaginął.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 148. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny 6 szt. Pytania do pkt. II. Parametry techniczne urządzenia. Poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach zewnętrznych z wyposażeniem:

- wysokość: 1050 mm

- głębokość: 594 mm

- szerokość: 855 mm (ze zintegrowanym koszem na odpady 973 mm).

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 149. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny 6 szt. Pytania do pkt. II. Parametry techniczne urządzenia. Poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z wyposażonego w 5 szuflad:

- dwie szuflady o wysokości 76 mm

- dwie szuflady o wysokości 156 mm

- jedna szuflada o wysokości 236 mm.

Oferowana konfiguracja szuflad o danej wysokości wynika z konstrukcji wózka.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 150. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny 6 szt. Pytania do pkt. II. Parametry techniczne urządzenia. Poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czół szuflad z przezroczystymi okienkami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady, co jest rozwiązaniem tożsamym z wymaganym. Szuflady jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kulminacje brudu i ognisk infekcji, z możliwością wyjęcia (np. do uzupełnienia czy czyszczenia) bez użycia narzędzi.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 151. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny 6 szt. Pytania do pkt. II. Parametry techniczne urządzenia. Poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z 4 kołami jezdnyymi w tym 2 z blokadą i 2 antystatyczne, o średnicy 150 mm, z elastycznym, niebrudzącym podług bieżnikiem, rozmieszczonych w odległościach zapewniających doskonałą zwrotność wózka. Koła antystatyczne w przypadku wózka reanimacyjnego, zwłaszcza wyposażonego w listwę elektryczną, stanowią ważną ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 152. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny 6 szt. Pytania do pkt. II. Parametry techniczne urządzenia. Poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z odbojem zintegrowanym w podstawie wózka z ABS, z profilowanymi narożnikami, chroniący wózek i ściany przed uszkodzeniami. Funkcjonalność oferowanego rozwiązania pozostaje zachowana.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 153. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny 6 szt. Pytania do pkt. II. Parametry techniczne urządzenia. Poz. 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z następującym wyposażeniem:

- blat zabezpieczony z czterech stron przez zsuwaniem się przedmiotów
- uchwyty do przetaczania wózka wytłoczone w blacie wózka z trzech stron
- uchwyt na pojemnik do zużytych igieł z pasem zabezpieczającym
- otwieracz ampułek (dwa rozmiary)
- przestrzeń na umieszczenie cewników, z zabezpieczeniem, wyprofilowana w tylnej ścianie wózka
- kosz na odpadki z boku wózka
- dwie przezroczyste umożliwiające identyfikację tego, co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie” z boku wózka, w tym jedna z przeznaczeniem na butelki
- wysuwana spod blatu półka do pisania
- przestrzeń z pasem zabezpieczającym przeznaczona np. na żel, zintegrowana w tylnej ścianie wózka
- przestrzeń na butlę z tlenem wyprofilowana w tylnej ścianie wózka, z pasem mocującym
- przestrzeń np. na pudełko z rękawiczkami wbudowana w korpus wózka, z tyłu
- jedna z pięciu szuflad wózka o wys. 76 mm z organizerm na leki (ułatwiający identyfikację leków natychmiastowego użycia)

Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia podanych gabarytów wózka - zintegrowane w budowie wózka lub nie narażające na ich uszkodzenie.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 154. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny 6 szt. Pytania do pkt. II. Parametry techniczne urządzenia. Poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści wózek bez otwieracza ampułek (dwa rozmiary)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**



**Pyt 155. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny 6 szt. Pytania do pkt. II. Parametry techniczne urządzenia. Poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści wózek z uniwersalnym otwieraczem ampułek, używanym do powszechnie stosowanych rozmiarów ampułek?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 156. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny 6 szt. Pytania do pkt. II. Parametry techniczne urządzenia. Poz. 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uchwytu kroplówki z 2 haczykami mocowanego do wysięgnika nadstawki, zamiast wieszaka kroplówki z regulacją wysokości. Funkcjonalność oferowanego rozwiązania pozostaje zachowana.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 157. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny 6 szt. Pytania do pkt. II. Parametry techniczne urządzenia. Poz. 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tworzywowej nadstawki z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty – osobne pojemniki w dwóch rzędach: w dojnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych (wieszane na dwóch szynach na akcesoria z możliwością regulacji wysokości). Funkcjonalność oferowanego rozwiązania pozostaje zachowana.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pyt 158. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny 6 szt. Pytania do pkt. II. Parametry techniczne urządzenia. Poz. 10**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z możliwością wyboru kolorystyki oznaczeń uchwytów szuflad – 11 kolorów nakładek na uchwyty szuflad do wyboru.

(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka)



**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pyt 159. dot. Pakiet nr 13 - Wózek reanimacyjny 6 szt. zał. nr 2, poz.II, pkt. 13, zał.nr 2**

*W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania.*

W związku z tym, iż oferowane wózki są produkowane na zamówienie z indywidualnie dopasowanym wyposażeniem do potrzeb Zamawiającego, prosimy o rezygnację z prezentacji produktu w celu jego weryfikacji

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Udzielone wyjaśnienia i odpowiedzi należy czytać łącznie z dokumentami zamówienia

Kinga Miśkiewicz