



Nasz znak: ZOZ.V.010/DZP/14/19

Sucha Beskidzka, dnia 20.03.2019r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Położniczego wraz z Blokiem Porodowym (II)

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postępowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchoj Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Dotyczy: Pakiet nr 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia sukcesywnie w terminie do 6 tygodni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, w terminie maksymalnym do stycznia 2020 roku?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę (dotyczy dostawy łóżek) z zastrzeżeniem odpowiedzi udzielonej na poniższe pytanie nr 2.

2. Czy Zamawiający może sprecyzować na ile sukcesywnych zamówień przewiduje rozłożyć dostawę łóżek i szafek z pakietu 1?

Odp. I część – 2 łóżka do 4 tygodni po podpisaniu umowy, pozostała ilość łóżek w II częściach.

3. Prosimy w zapisach umowy (zał. nr 3 do SIWZ) w §3, pkt. 1 o wyrażenie zgody na płatność za dostarczony, oferowany sprzęt (określony w §1) realizowaną przelewem bankowym w terminie do 30 lub 60 dni od daty wystawienia faktury i protokołu odbioru sprzętu po realizacji każdego, sukcesywnego zamówienia.

Odp. Termin płatności do 60 dni po realizacji każdej części zamówienia.

4. Prosimy o wyrażenie zgody na posiadanie przez Wykonawcę dokumentu poświadczającego dopuszczenie do obrotu oferowanego wyrobu tj.:

- deklaracji zgodności CE,
- powiadomienia dot. wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do użytkowania (ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz.679)

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet nr 1 – Łóżka szpitalne – 23 szt.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże o szerokości 860 mm? Oferowany wymiar różni się tylko o 10 mm od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z tworzywa HPL, odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu, sterowanie regulacji wysokości leża, kąta nachylenia segmentu pleców oraz uda, bez funkcji autokontur? W oferowanym łóżku regulacja funkcji autokontur jest możliwa za pomocą przewodowego panelu sterowania dla personelu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel z możliwością zawieszenia na szczytce od strony nóg oraz podwieszenia pod półką na pościel? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną regulację wysokości w zakresie od 420 mm do 840 mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. Czy Zamawiający przyzna 10 pkt. za rozwiązanie równoważne do opisanego w pkt. 10 tj. „sygnalizacja wizualna informująca o najniższej pozycji leża”?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Parametr oceniany.

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki tworzywowe, zabezpieczające na całej długości leża, opuszczane wzdłuż ramy leża, ruchem nie kulistym, zgodne z normą medyczną ICE 60601-2-52?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w wysuwaną półkę do odkładania pościeli z miejscem do podwieszenia pod nią panelu centralnego?


Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające podstawę jezdnią wyposażoną w pojedyncze 4 koła o średnicy 150 mm z centralną blokadą oraz blokadą kierunkową?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac dopasowany do rozmiarów leża o wysokości 12 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

15. Czy Zamawiający dopuści szafkę, w której górna szuflada nie jest wyposażona w tworzywowy wkład z podziałkami?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

16. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 870 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet nr 1 – Łóżka szpitalne – 26 szt.

17. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające konstrukcję nośną w postaci ramion wznoszących/zbliżoną do pantografu, cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka w celu zagwarantowania najwyższej stabilności?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

18. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże wypełnione płytami HPL, odpornymi na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV, płyty odejmowane bez użycia narzędzi? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

19. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną regulację kąta przechyłu Trendelenburga 13°?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

20. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 420 mm do 840 mm, gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegającą „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

21. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające funkcję Trendelenburga dostępną na pilocie przewodowym, ale z możliwością jej zablokowania w celach bezpieczeństwa dla pacjenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

22. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR), dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem pomarańczowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

23. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty z blokadą, bez graficznej, kolorystycznej informacji: zablokowane/odblokowane?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

24. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki wykonane z 4 profili stalowych okrągłych?


Odp. Zamawiający dopuszcza.

25. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające podstawę jezdnią wyposażoną w 4 koła, z których jedno jest antystatyczne, o średnicy 150 mm z centralną blokadą oraz blokadą kierunkową?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

26. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac dopasowany do rozmiarów leża o wysokości 12 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

27. Czy Zamawiający dopuści szafkę, w której górna szuflada nie jest wyposażona w tworzywową wkład z podziałkami?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

28. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 870 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem:

Zca...
Zespołu...
w...
mgr Jan...owski

K...
Działu Zamówień Publicznych
Sabina Siczek