

**ZZ-2380-128/23**

**informacja na Platformę zakupową**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „uPzp” na **Zakup, dostawa i instalacja sprzętu badawczego z przeznaczeniem dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie i komórki Regionalnej DVI (Disaster Victim Identification)**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 uPzp Zamawiający przekazuje treść pytań z dn. 03.11.2023 r. wraz z odpowiedzią i zmianami na podstawie art. 286 ust. 1, 3 i 7 uPzp:

**Pytanie**

Dotyczy wzoru umowy, §5, ustęp 6.

Zamawiający zapisał:

„W przypadku istotnych napraw sprzętu w okresie gwarancji, termin gwarancji naprawionych elementów biegnie na nowo od chwili dostarczenia wolnych od wad lub zwrócenia elementów naprawionych. Zapisy dotyczące warunków gwarancji obejmują wszystkie części i podzespoły urządzenia zawarte w załączniku nr 2 do umowy.” Wnosimy o usunięcie w/w zapisu. Prośbę naszą motywujemy tym, iż ewentualna wymiana sprzętu dokonywana jest w ramach raz udzielonej gwarancji. Dostarczenie sprzętu w ramach jednej gwarancji nie oznacza nabycia prawa następnej gwarancji. Obecny zapis kreuje ryzyko powstania „gwarancji wiecznej” oraz nabywania dodatkowych usług nie wliczonych w cenę oferty, co rodzi także skutki podatkowo-skarbowe.

**Odpowiedź**

Zapis w umowie w §5, ustęp 6 nie jest precyzyjny co powoduje możliwość interpretacji.

W oparciu o przepisy kodeksu cywilnego (art. 581 § 1 i 2) oraz wieloletnie doświadczenie związane z eksploatacją urządzeń laboratoryjnych dokonano zmiany w brzmieniu tego fragmentu umowy.

„Zamawiający ma prawo do żądania wymiany wadliwego sprzętu na nowy, o tych samych parametrach, jeżeli w okresie gwarancji Wykonawca dokonał trzykrotnej, bezskutecznej naprawy urządzenia. Wymiana wadliwego sprzętu nastąpi w ciągu 60 dni roboczych od złożenia przez zamawiającego czwartej reklamacji. W takiej sytuacji termin gwarancji nowego urządzenia biegnie od nowa od chwili jego instalacji w siedzibie Zamawiającego. W przypadku istotnych napraw sprzętu w okresie gwarancji, termin gwarancji zostaje przedłużony o czas konieczny na dostarczenie i naprawę uszkodzonych elementów.

Jeśli gwarant dokonał naprawy rzeczy objętej gwarancją polegającej na wymianie jej elementu termin gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu do części wymienionej.

Zapisy dotyczące warunków gwarancji obejmują wszystkie części i podzespoły urządzenia zawarte w załączniku nr 2 do umowy.”

**Pytanie**

1. Dotyczy wzoru umowy, §5.

W treści umowy ani w pozostałych dokumentach postępowania, nie znajdujemy określonych warunków

dotyczących napraw w ramach gwarancji. Toteż wnosimy o uzupełnienie paragrafu 5 wzoru umowy o zapis:

„ W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się do naprawy w ciągu 21 dni licząc od dnia zgłoszenia awarii“

Wprawdzie w ustępie 7 znajdujemy zapis o 14 dniach ale dotyczy on sytuacji gdy sprzęt lub dany moduł będzie wymieniany a nie naprawiany. Prośbę o douściśleniu terminu napraw motywujemy tym, iż producent którego reprezentujemy, w cenie sprzętu gwarantuje naprawy w ciągu 21 dni.

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu do umowy w §5 „W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się do naprawy w ciągu 21 dni licząc od dnia zgłoszenia awarii.

W związku z odpowiedzią Zamawiający w załączeniu przekazuje zmodyfikowany załącznik nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. 08.11.2023 r.

wyk. w 1 egz.

wyk. M.L.