

Otwock, 30.12.2024 r.

EZP.270.73.2024

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania: Dostawa elementów komór próżniowych akceleratorów elektronów dla linii THz i UED (Próżnia 3) w podziale na 6 części

- I. Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień na złożone pytania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wydłuży termin składania ofert do 14.01.2024?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wydłuży termin składania ofert do 14.01.2025 r..

Pytanie 2:

Czy w punkcie 1-5 Zamawiający ma na myśli parametr „kołnierz DN100CF obrotowy”?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 3:

Czy w punkcie 1-13 Zamawiający dopuści wymiar B= 88.392mm zamiast 84,4 mm±2.5 mm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 4:

Czy w pozycji 1-26 Zamawiający dopuści mieszek spawany krawędziowo o długości 77.2mm (skompresowany) do 101mm (rozciągnięty) zamiast „80 mm ± ...2.5 mm , z możliwością rozciągnięcia lub ściśnięcia o co najmniej 7 mm”?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 5:

Czy dla pozycji 1-34 Zamawiający dopuści długość mieszka w zakresie 64mm-75.4mm (ściśnięty/rozciągnięty), zamiast „62 ± ...2.5 mm , możliwość rozciągnięcia lub ściśnięcia o conajmniej 7 mm”

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 6:

Czy w punkcie 1-58 Zamawiający dopuści mieszek o długości 254mm kompresowany o 15%, ściągany o 10%, zamiast 240 mm \pm 2.5 mm, możliwość rozciągnięcia i ściągnięcia o 10%

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 7:

Otwory przelotowe?

Odpowiedź:

Tak, otwory przelotowe w kołnierzach (niegwintowane)

Pytanie 8:

Czy w punkcie 1-71 Zamawiający dopuści długość mieszka w zakresie 35.6-47mm (ściśnięty/rozciągnięty), zamiast 40 \pm 2.5 mm, z możliwością rozciągnięcia lub ściśnięcia o co najmniej 7 mm

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści, aby sterowniki z punktu 5b-5 nie miał możliwości połączenia szeregowego i stworzenia małej sieci sterowników silników krokowych z pozostałymi sterownikami? Ta pozycja naszej oferty jest produkowana przez innego producenta.

Odpowiedź:

Przed odpowiedzią na to pytanie prosimy o opis możliwego połączenia sterownika z serwerem sterującym (komputerem)

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuści, aby sterowniki z punktu 5b-5 nie miał możliwości podłączenia hamulca?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuści, aby sterowniki z punktu 5b-1, 5b-2, 5b-3, 5b-4, 5b-7 miały możliwości połączenia szeregowego i stworzenia małej sieci sterowników silników krokowych z pozostałymi sterownikami do 30 szt., pozostałe kontrolery sterujące poszczególnymi osiami muszą być podłączone w kolejną grupę.

Odpowiedź:

Czy w powyższym pytaniu miało być: „Czy Zamawiający dopuści, aby sterowniki z punktu 5b-1, 5b-2, 5b-3, 5b-4, 5b-7 nie miały możliwości połączenia szeregowego”

Przed odpowiedzią na to pytanie prosimy o opis możliwego połączenia sterownika z serwerem sterującym (komputerem)

Pytanie 12:

Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie wszystkich oferowanych okien z jakością wykonania Scratch-Dig na poziomie 20/10 zamiast 10/20?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 13:

Czy Zamawiający dopuści wytrzymałość pokrycia na naświetlanie na poziomie 1 J/cm² zamiast 10J/cm² dla okien z punktów 1-74-2-okno LKRF, 1-74-2- okno bez pokrycia, 1-74-2-okno MgF₂, 1-74-okno 4, 1-75-okno 1, 1-75-okno 3.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 14:

Okna „bez pokrycia” oraz MgF₂ w punkcie 1-74-2 są oknami bez pokrycia, stąd uznajemy wymagania dotyczące powłok w tym punkcie za niebyłe.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 15:

Czy Zamawiający dopuści zmianę współczynnika transmisji/współczynnika odbicia dla podanej długości fali:

- Dla punktu 1-74-1 z 0.998 na 0.995 -**Tak**
- Dla punktu 1-74-3 z 0.995 na 0.99 -**Tak**
- Dla punktu 1-75-1 z 0.995 na 0.99 oraz wsp. odbicia R z 0.0025 na 0.005 - **Tak**
- Dla punktu 1-75-3 z 0.995 na 0.9925 - **Tak**
- Dla punktu 1-79 wsp. odbicia R z 0.0025 na 0.005 – **Tak**

II. Na podstawie art. 137 ust. 1 i ust. 2 oraz w oparciu o art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

1. TOM I SWZ:

a) Rozdział 1, pkt 19 „SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT” - pkt. 19.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy w terminie **do dnia 14.01.2025 r. do godz. 10:00.**”

b) Rozdział 1, pkt 19 „SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT” - pkt. 19.4 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 14.01.2025 r., o godz. 11:00** za pośrednictwem Platformy.

c) Rozdział 1. pkt. 20 „Termin związania ofertą” - pkt. 20.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert **do dnia 13.04.2025 r.**”

2. Zamawiający w celu ujednoczenia zmian zamieszcza zaktualizowany Tom I SWZ pn. „Tom I SWZ – aktualizacja 30.12.2024 r.” oraz zaktualizowany Tom III SWZ pn. „Tom III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia_aktualizacja 30.12.2024 r.”
3. Powyższe zmiany powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz stanowią integralną część dokumentacji postępowania (SWZ) i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)