



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4
W BYTOMIU**

ALEJA LEGIONÓW 10 41-902 BYTOM

TEL.: 32 281-02-71-7 FAX: 32 281-02-70 NIP: 626-25-10-567
KONTO BANKOWE ING Bank Śl. O/Bytom 26 1050 1230 1000 0022 1313 7165



Bytom, dnia 11.06.2021 r.

DZP – 8/2021

**Wyjaśnienia treści SWZ
do wszystkich zainteresowanych**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę sprzętu i implantów do zabiegów neurochirurgicznych**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

Pytanie nr 1 – dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość startowania na pozycje w pakiecie?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 2 – dot. pakietu nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zastawkę z odpływem liniowym zamiast Pudenz?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 3 – dot. pakietu nr 7, poz. 4

Czy z uwagi na dostępność worków z odpływem dla drenażu komorowego / lędźwiowego Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostawy dodatkowych worków? Worek z odpływem umożliwi upuszczenie nadmiaru pł m-rdz – jeśli zajdzie taka potrzeba.

Odp.: Nie.

Pytanie nr 4 – dot. pakietu nr 7, poz. 4

Czy z uwagi na dostępność worków z odpływem dla drenażu komorowego / lędźwiowego Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostawy dodatkowych worków a ich ilość zamieni na dodatkowe sztuki drenaży komorowych / lędźwiowych, wg potrzeb?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 5 – dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści możliwość startowania na pozycje w pakiecie?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 6 – dot. pakietu nr 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

Czy w części nr 9: Substytut opony twardej. Materiał zapobiegający zrostom i bliznowaceniowi rozmiar:

Substytut opony twardej. Materiał zapobiegający zrostom i bliznowaceniowi. Rozmiar 5,0 cm x 5,0 cm.

Substytut opony twardej. Materiał zapobiegający zrostom i bliznowaceniowi. Rozmiar 2,5 cm x 7,5 cm.

Substytut opony twardej. Materiał zapobiegający zrostom i bliznowaceniowi. Rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm.

Substytut opony twardej. Materiał zapobiegający zrostom i bliznowaceniowi. Rozmiar 10,0 cm x 12,5cm.

Substytut opony twardej. Materiał zapobiegający zrostom i bliznowaceniowi. Rozmiar 12,5 cm x 17,5cm.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, odpowiednio następujących rozmiarów:

Rozmiar 5,0 cm x 5,0 cm – 11 szt.

Rozmiar 2,0 cm x 10,0 cm – 5 szt

Rozmiar 6,0 cm x 8,0 cm – 11 szt.

Rozmiar 8,0 cm x 11,0 cm – 1 szt.

Rozmiar 12,0 cm x 16,0 cm – 1 szt.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 7 – dot. pakietu nr 7, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie drenu wg opisu impregnowanego barem z 3 markerami długości – co 5 cm od końca proksymalnego?

Odp.: Tak.

Z poważaniem

**Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu**

Dr hab. Jacek Miliński