



WOJSKOWE CENTRUM
KRWIODAWSTWA i KRWIOLECZNICTWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78

#SZCZEPIMYSIE

Warszawa, dnia 28.06.2021r.

Uczestnicy postępowania publicznego Nr 35/D/2021

WCKiK – SZP.2612.1.35/D/2021

Dotyczy: *pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu publicznym Sprawa Nr 35/D/2021.*

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn.zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest dostawa jednorazowych końcówek do aparatu archiwizacyjnego, mikropłytek archiwizacyjnych strzykawek, venflonów, rurek nosowo-gardłowych, przyrządu do podłączenia kroplówki, prześcieradła, serwety jałowej, plastra z opatrunkiem, gazy opatrunkowej (Sprawa nr 35/D/2021).

Pytanie nr 1:

Pakiet 2, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 0,7 x 19 mm?

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Tak. Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 0,7 x 19 mm.

Pakiet 2, pozycja 12

Czy Zamawiający ma na myśli przyrząd do przetaczania płynów w terapii infuzyjnej? Czy nastąpiła omyłka pisarska w punkcie z filtrem krwi o wielkości oczek 200 µm? Przyrządy do infuzji nie posiadają filtrów krwi, takie filtry posiadają przyrządy do transfuzji.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Tak. Zamawiający ma na myśli przyrząd do przetaczania płynów w terapii infuzyjnej.

W imieniu Zamawiającego