

Dziekan

Gdańsk, 25.05.2023 r.

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):  
ZP 11/WILiŚ/2023, CRZP 99/002/D/23

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa aparatury i sprzętu do badań korozji kompozytów cementowych na potrzeby projektu pn. „Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej”.

### ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

#### Pytanie nr 1

##### Część G – Komora do badania mrozoodporności

Czy Zamawiający zaakceptuje ofertę na komorę z zakresem temperatur przy zamrażaniu od -25°C do +85°C?

#### Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zaakceptuje komorę z zakresem temperatur przy zamrażaniu od -25°C do +85°C.

#### Pytanie nr 2

##### Część K – Aparatura do badań chemicznych betonu cz. II

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zmiany zapisów kryterium określonego w pkt 4 lit. b SWZ: czas usuwania awarii w okresie gwarancji, dotyczącego Części K – Aparatura do badań chemicznych betonu cz. II. W wyżej wspomnianym punkcie wskazujecie Państwo konieczność zaoferowania czasu usuwania awarii w okresie gwarancji w wymiarze nie dłuższym niż 14 dni, liczonych w dni robocze od następnego dnia roboczego następującego po zgłoszeniu awarii. Chcielibyśmy zaoferować Państwu oprócz możliwości usunięcia awarii we wskazanym okresie alternatywne rozwiązanie tj. dostarczenie urządzenia zastępczego, także w terminie nie dłuższym niż 14 dni, liczonych w dni robocze od następnego dnia roboczego następującego po zgłoszeniu awarii.



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryterium oceny ofert pn. Czas usuwania awarii w okresie gwarancji dla Części K – Aparatura do badań chemicznych betonu cz. II.

Niemniej, wychodząc naprzeciw Państwa propozycji dotyczącej zaoferowania urządzenia zastępczego Zamawiający wprowadzi zmiany w § 4 ust. 8 pkt 3 i 4 projektowanych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ, uwzględniające możliwość zaoferowania urządzenia zastępczego na wypadek niedotrzymania terminu naprawy gwarancyjnej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SWZ (załącznik nr 3 i 4), która zostanie udostępniona na stronie prowadzonego postępowania po opublikowaniu zmiany ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

W imieniu Zamawiającego

Dziekan  
  
dr hab./inż. Joanna Żukowska, prof. PG  
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA  
(11)

