

Grodzisk Wielkopolski, dnia 10.01.2024 r.

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Grodzisku Wielkopolskim  
ul. Mossego 17

**Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim” nr postępowania SPZOZ.DLA.2301.04.2023**

## WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ), informuje iż w ww. postępowaniu zostały złożone zapytania. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SWZ:

1. Pakiet 16 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga aby pieluchomajtki dla noworodków rozmiar 2-5 kg posiadały wycięcie na kikut pępowiny co znacząco wpływa na komfort noszenia pieluszki przez dziecko ?

**Odpowiedź:**

**Tak. Zamawiający wymaga aby pieluchomajtki dla noworodków rozmiar 2-5 kg posiadały wycięcie na kikut pępowiny.**

2. Pakiet 16 poz. 1 : Czy Zamawiający wymaga aby oferowane pieluchomajtki dla noworodków posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty ?

**Odpowiedź:**

**Tak. Zamawiający wymaga aby oferowane pieluchomajtki dla noworodków posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci. Zamawiający wymaga przedmiotowych środków dowodowych opisanych w pkt. 12.2 SWZ.**

3. Pakiet 16 poz. 2, 4, 5 : Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek wykonanych z oddychającego materiału –elastycznego laminatu w części centralnej i włókniny w obszarze bioder pieluchomajtki zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych? Pieluchomajtki te posiadają : dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne które wchłaniają i rozprowadzają mocz (jako systemu wchłaniania moczu), absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach (superabsorbent); falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; podwójne przyklepcorzępy wielokrotnego użytku, oraz wskaźnik wilgotności w postaci tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy i 2 klejowe żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy.

**Odpowiedź:**

**Tak. Zamawiający wymaga pieluchomajtek wykonanych z oddychającego materiału – elastycznego laminatu w części centralnej i włókniny w obszarze bioder pieluchomajtki zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych. Zamawiający wymaga pieluchomajtek, które posiadają: dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne które wchłaniają i rozprowadzają mocz (jako systemu wchłaniania moczu), absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach (superabsorbent); falbanki oraz bariereki wewnętrzne (skierowane na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; podwójne przylepcorzepy wielokrotnego użytku, oraz wskaźnik wilgotności w postaci tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy i 2 klejowe żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy.**

4. Pakiet 16 poz. 2 : Czy Zamawiający wymaga by do pozycji 2 zaoferować pieluchomajtki w rozmiarze M i L do wyboru dla Zamawiającego ?

**Odpowiedź:**

**Tak. Zamawiający wymaga by do pozycji 2 zaoferować pieluchomajtki w rozmiarze M i L do wyboru dla Zamawiającego.**

5. Pakiet 16 poz. 3 : Czy Zamawiający wymaga majtek chłonnych z indykatoem chłonności w formie nadruku tuszowego rozmywającego się pod wpływem kontaktu z cieczą ?

**Odpowiedź:**

**Tak. Zamawiający wymaga majtek chłonnych z indykatoem chłonności w formie nadruku tuszowego rozmywającego się pod wpływem kontaktu z cieczą.**

6. Pakiet 16 poz. 4 : Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek w rozmiarze XL dziennych o minimalnej chłonności 2500 g. według ISO 11948-1 ?

**Odpowiedź:**

**Tak. Zamawiający wymaga wymaga pieluchomajtek w rozmiarze L, XL dziennych o minimalnej chłonności 2500 g. według ISO 11948-1.**

7. Pakiet 16 poz. 5 : Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek w rozmiarze XL nocnych o minimalnej chłonności 3100g. według ISO 11948-1 ?

**Odpowiedź:**

**Tak. Zamawiający wymaga pieluchomajtek w rozmiarze XL nocnych o minimalnej chłonności 3100g. według ISO 11948-1**

Dot. umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 8 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

2. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 8 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**