

Wołów, 20.11.2023 r.

19/PCM/2023/ZP/A

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania nr 19/PCM/2023/ZP/A **Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i przeszkoleniem personelu**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytania dotyczą pakietu nr 2 – ENDOSKOPIA

Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 6b, Procesor wizyjny ze zintegrowanym źródłem światła, pkt. 2
Czy Zamawiający dopuści wejście cyfrowe DVI?

ODPOWIEDŹ: Tak, wyłącznie jako dodatkowe gniazdo.

Pytanie nr 2

Dotyczy załącznika nr 6b, Procesor wizyjny ze zintegrowanym źródłem światła, pkt. 7
Czy Zamawiający dopuści tryby przesłony Automatyczny (Average/Peak) Manualny?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dotyczy załącznika nr 6b, Procesor wizyjny ze zintegrowanym źródłem światła, pkt. 8
Czy Zamawiający dopuści możliwość pięciostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dotyczy załącznika nr 6b, Procesor wizyjny ze zintegrowanym źródłem światła, pkt. 13
Czy Zamawiający dopuści Regulacja jasności w 11 stopniach w zakresie +/- 5 ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy załącznika nr 6b, Procesor wizyjny ze zintegrowanym źródłem światła, pkt. 14
Czy Zamawiający dopuści Możliwość regulacji koloru 11 stopniach w zakresie +/- 5

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Dotyczy załącznika nr 6b, Procesor wizyjny ze zintegrowanym źródłem światła, pkt. 15
Czy Zamawiający dopuści Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny lub cyfrowy

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy załącznika nr 6b, Procesor wizyjny ze zintegrowanym źródłem światła, pkt. 16
Czy Zamawiający dopuści Funkcję wspomagającą lokalizację zmian dzięki podkreśleniu drobnych struktur poprzez wyostrenie miejscowego kontrastu jasno-ciemno?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy załącznika nr 6b, Procesor wizyjny ze zintegrowanym źródłem światła, pkt. 17
Czy Zamawiający dopuści Funkcję uwydatnienia różnicy koloru błon śluzowych i naczyń krwionośnych w celu poprawy widoczności naczyń krwionośnych?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dotyczy załącznika nr 6b, Procesor wizyjny ze zintegrowanym źródłem światła, pkt. 18
Czy Zamawiający dopuści zapis: Identyfikacja podłączonego endoskopu z podaniem jego modelu i numeru seryjnego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy załącznika nr 6b, Wózek endoskopowy, pkt. 1
Czy Zamawiający dopuści zapis podstawa jezdna z blokadą min. 2 kół wózka.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dotyczy załącznika nr 6b, Wózek endoskopowy, pkt. 3
Czy Zamawiający dopuści listwę zasilającą z uziemieniem i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym z możliwością podłączenia zasilania 8 urządzeń

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Dotyczy załącznika nr 6b, Wózek endoskopowy, pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści wysięgnik na monitor LCD umożliwiający przechył w tył/przód i obrót prawo/lewo?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy załącznika nr 6b, Szafa endoskopowa, pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści System zarządzania danych o endoskopie z czytnikiem RIFID oraz danych o procesie z wydrukiem raportu?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 Dotyczy załącznika nr 6b, Pompa WATERJET, pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści Sterowanie za pomocą sterownika nożnego oraz przycisku pompie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy załącznika nr 6b, Pompa Wterjet, pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wodę 1 l

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy załącznika nr 6b, Gastroskop HDTV, pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści Średnica wziernika sondy endoskopowej – 9,8 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17

Dotyczy załącznika nr 6b, Gastroskop HDTV, pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści Kanał roboczy – 3,2 mm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

Dotyczy załącznika nr 6b, Gastroskop HDTV, pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści zapis Głębina ostrości min 3- 100 mm

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19

Dotyczy załącznika nr 6b, Gastroskop HDTV, pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny lub cyfrowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20

Dotyczy załącznika nr 6b, Gastroskop HDTV, pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści Oznaczenie endoskopu zawierające model i średnicę kanału roboczego umieszczone na endoskopie w wyraźny sposób?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21

Dotyczy załącznika nr 6b, Kolonoskop HDTV, pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści Średnica sondy endoskopowej – 13,2 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22

Dotyczy załącznika nr 6b, Kolonoskop HDTV, pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści zapis Głębia ostrości min 3- 100 mm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23

Dotyczy załącznika nr 6b, Kolonoskop HDTV, pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny lub cyfrowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24

Dotyczy załącznika nr 6b, Kolonoskop HDTV, pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści Długość sondy roboczej 1500 - 1700mm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25

Dotyczy załącznika nr 6b, Kolonoskop HDTV, pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści sztywność sondy stopniowaną na stałe w 3 odcinkach?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26

Dotyczy załącznika nr 6b, Kolonoskop HDTV, pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści Oznaczenie endoskopu zawierające model i średnicę kanału roboczego umieszczone na endoskopie w wyraźny sposób.?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27

Dotyczy załącznika nr 6b, Ssak endoskopowy, pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści wytwarzana próżnia e nominalna, w zakresie 0-90 [kPa] ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28

Dotyczy załącznika nr 6b, Ssak endoskopowy, pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści płynną pełną regulację mocy ssania za pomocą pokrętła?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29

Dotyczy załącznika nr 6b, Ssak endoskopowy, pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość stosowania pojemników o pojemności od 0,5 L do 4 L

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30

Dotyczy załącznika nr 6b, Ssak endoskopowy, pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści jednorazowa rurka do endoskopu o długości, 2 m. lub dren 1,5 m?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31 - Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(...) o ile ta trwała powyżej 10 dni roboczych.” ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę oraz modyfikuje SWZ w ww zakresie.

Pytanie 32 - Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 9 oraz Zał. 6b Inne pkt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 33 - Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,2% ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 34 - Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 40% do 20% ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 35 - Dotyczy zapisów umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 8 ustępu o poniższej treści:

„Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar umownych.” ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę oraz modyfikuje SWZ w ww zakresie (par. 8 ust. 1 ppkt a) i b).

„1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:


a) w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto **niezrealizowanej części** umowy w przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu zamówienia lub jego montażu i uruchomienia lub przeszkolenia personelu, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 za każdy dzień zwłoki;

b) w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto umowy **niezrealizowanej części** w przypadku zwłoki w usunięciu wad, usterek lub awarii przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji lub rękojmi, o którym mowa w § 4 ust. 4 za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego do ich usunięcia. **W przypadku gdy Wykonawca na czas naprawy dostarczy sprzęt zastępczy, który zapewni ciągłość pracy pracowni, Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych”.**

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem



PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
Piotr Burdach

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
W WOŁOWIE SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI
ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
NIP 988 02 67 118, REGON 020749596
Tel. 71/380 58 01

Sporządziła: Anna Chechelska, Tel: 71/ 38 05 807, e-mail: annachechelska@pcm-wołow.pl