



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1  
W BEŁŻYCACH**

24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44

**NIP:** 713-28-46-648, **Regon:** 432710721, **Numer KRS:** 0000208113  
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, Filia w Bełżycach 96 8733 0009 0015 3113 2000 0010

Bełżyce, dn. 30.01.2024r.

Numer postępowania: ZP/SMJ/04/2024

Tryb: Podstawowy art. 275 pkt. 1

Dotyczy postępowania pn.: **„Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, staplerów liniowych oraz szczoteczek do czyszczenia endoskopów”.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zmianami), przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 8: Zestawy do kaniulacji dużych naczyń 2-kanalowy, typ 7F/20.

Zestaw zawiera: kateter, igłę, rozszerzacz, korek luer lock, motylek z zaciskiem, skalpel, przewodnik, strzykawkę.

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie2**

Czy Zamawiający dopuści cewnik bez serwety 50x50cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**

**Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, w przypadku braku możliwości sprzedania produktu przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zakupić go u podmiotu trzeciego, a różnicą wynikającą z wyższej ceny Zamawiający może obciążyć Wykonawcę, który zobowiązuje się do jej uiszczenia, bądź przyjąć produkt zastępczy o tych samych parametrach”?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 4**

**Dotyczy warunków umowy § 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki

w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze, bądź będzie je realizował w formie: przedpłata”?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 5**

##### **Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- 1) braków ilościowych w ciągu 72 godzin licząc od momentu otrzymania reklamacji,
- 2) wad jakościowych w ciągu 14 dni roboczych licząc od momentu otrzymania reklamacji”?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 6**

##### **Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 8 % wartości brutto pakietu określonego w § 1 ust. 1 w zakresie, którego nastąpiło odstąpienie

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 7**

##### **Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1 pkt. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn określonych w § 8 ust. 5, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 8 % wartości brutto pakietu określonego w § 1 ust. 1 w zakresie, którego nastąpiło odstąpienie”?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 8**

##### **Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1 pkt. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„za wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego pakietu określonego w § 1 ust. 1 w zakresie, którego nastąpiło wypowiedzenie”?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ**

#### **Pytanie 9**

##### **Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następujących przypadkach:

- 1) Wykonawca przerwie dostawy,
- 2) Wykonawca w trakcie realizacji umowy nie wykona z własnej winy części umowy,
- 3) Wykonawca w trakcie realizacji umowy trzykrotnie dostarczy produkty niezgodne z treścią SWZ lub ofertą”?

**Z Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ**

**Pytanie 10****Zadanie 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,7mm x30mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 11**

**Zadanie 3, pozycja 8** – Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynkowych typ PENCIL-POINT z igłą prowadzącą od rozmiaru 25G do rozmiaru 27G?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 12**

**Zadanie 3, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści igły z widoczną datą ważności oraz sterylizacji na opakowaniu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 13**

**Zadanie 3, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści igłę do penów w rozmiarach 29G, 30G, 31G?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 14**

**Zadanie 4, pozycja 5** - Czy Zamawiający ma na myśli cewnik Thorax do drenażu jamy opłucnej?

**Odpowiedź: Tak, do drenażu jamy opłucnej**

**Pytanie 15**

**Zadanie 4, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Thorax o wymiarach CH16, CH20, CH24, CH26, CH32, CH36, długości 50cm, opakowanie papier/folia?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 16**

**Zadanie 4, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Thorax długości 45cm, opakowanie wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 17**

**Zadanie 4, pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści cewnik do embolektomii wykonany z poliamidu, balon lateksowy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 18**

**Zadanie 4, pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z kolorystycznym oznaczeniem na łączniku i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu spełniający pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 19**

**Zadanie 4, pozycja 17** - Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 4260mm, zamiast 3000mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 20**

**Zadanie 4, pozycja 18** - Czy Zamawiający dopuści cewnik pępowinowy w rozmiarach CH 4, 5, 6 i 8?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 21**

**Zadanie 4, pozycja 21-22** - Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne typu Foley 'a w rozm. CH20, 22, 24 z balonem o pojemności 5-10ml lub pojemności 30-50ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 22**

**Zadanie 4, pozycja 21-22** - Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne typu Foley 'a z gumową zastawką w rozm. CH20, 22, 24 z balonem o pojemności 5-15ml lub pojemności 30ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 23**

**Zadanie 4, pozycja 21-22** - Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne typu Foley' a z lateksu pokrytym silikonem?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 24**

**Zadanie 4, pozycja 23** - Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne typu bez przewodnicy oraz dla rozmiaru CH8 balon 3-5ml, dla rozmiarów CH12-24 balon 5-10ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 25**

**Zadanie 4, pozycja 30** - Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu w pojedynczym opakowaniu papier/folia?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 26**

**Zadanie 4, pozycja 32** - Czy Zamawiający dopuści worki na mocz osobno dla chłopców i dla dziewczynek?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 27**

**Zadanie 4, pozycja 33** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do niskociśnieniowego drenażu dran do drenów typu Redon CH8 do CH12?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 28**

**Zadanie 4, pozycja 34** - Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania z konektorem stożkowym z jednej strony CH 24 o długości 210cm o średnicy wewnętrznej 5,6mm, z zakończeniem lejek-universalny męski stożek, pakowany podwójnie folia/folia-papier i bez opaski foliowej zabezpieczającej dren?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 29**

**Zadanie 4, pozycja 34** - Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania z konektorem stożkowym z jednej strony CH 24 o długości 210cm o średnicy wewnętrznej 5,6mm, z zakończeniem lejek-uniwersalny męski stożek, pakowany podwójnie folia/folia-papier?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 30**

**Zadanie 4, pozycja 35** - Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania z konektorem stożkowym z jednej strony CH 24 o długości 210cm o średnicy wewnętrznej 5,6mm, z zakończeniem lejek-kapkon?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 31**

**Zadanie 4, pozycja 35** - Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania z konektorem stożkowym z jednej strony CH 24 o długości 210cm o średnicy wewnętrznej 5,6mm, z zakończeniem lejek-lejek?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 32**

**Zadanie 4, pozycja 37** - Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania bez zabezpieczenia opaską foliową?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 33**

**Zadanie 4, pozycja 38** - Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania z konektorem stożkowym z jednej strony CH 24 o długości 210cm o średnicy wewnętrznej 5,6mm, z zakończeniem lejek-kapkon bez foliowej opaski?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 34**

**Zadanie 7, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy w opakowaniu a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 35**

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych o długości min. 88 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 36**

**Zadanie nr 3 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści igłę prowadzącą dla rozmiaru 25G – 27G?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 37**

**Zadanie nr 4 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści numeryczne oznaczenie tylko na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 38****Zadanie nr 4 poz. 35**

Czy Zamawiający wymaga, aby konektor służący do kontroli ssania był zabezpieczony dodatkową zatyczką chroniącą?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga**

**Pytanie 39****Zadanie nr 5 poz. 35**

Czy Zamawiający dopuści min. 6 ustawień stężeń?

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.