



PODDEBICKIE  
CENTRUM ZDROWIA®  
SP. Z O.O.

„...Twoje zdrowie jest dla nas ważne...”

Poddebice, dn. 06.10.2023 r.

Wszyscy zainteresowani  
postępowaniem

PCZ/ZP/513/2023

Dotyczy: „Dostawy aparatu EKG wraz z oprogramowaniem i stolikiem dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. w Poddebicach”.

PCZ/ZP/3331/10/2023

### Odpowiedzi na pytania oraz informacja o modyfikacji postanowień ogłoszenia i SWZ

Zgodnie z art. 135 ust. 3 oraz art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) „Poddebickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania oraz informuje o modyfikacji postanowień dotyczących ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. „Dostawa aparatu EKG wraz z oprogramowaniem i stolikiem dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddebicach”:

- Pytanie 1.** Czy zamawiający dopuści Aparat EKG z kolorowym ekranem graficzno-dotykowym LCD o wymiarze: 5” (270 x 190 x 60) o rozdzielczości 800 x400?  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.
- Pytanie 2.** Czy zamawiający dopuści Aparat EKG z kolorowym ekranem graficzno-dotykowym LCD o wymiarze: 7” (396 x 290 x 80) o rozdzielczości 800 x400?  
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.
- Pytanie 3.** Czy zamawiający dopuści Aparat EKG wyposażony w papier – rolka o wymiarach 100 mm?  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.
- Pytanie 4.** Czy zamawiający dopuści Aparat EKG wyposażony w papier – składany A4 o wymiarach 210 mm?  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.
- Pytanie 5.** Czy zamawiający dopuści Aparat EKG z oprogramowaniem tożsamym jak w ogłoszeniu lecz o nazwie: ECGEasyApp Cardioline, zapewnia pełną interpretację EKG?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 6.** Czy zamawiający dopuści Aparat EKG z pamięcią zapisu danych 100 zapisów, lecz z możliwością rozbudowy do 1 000 zapisów?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 7.** Opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty i tym samym ogranicza konkurencję. Zawracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG opisany poniżej w tabeli?  
**Aparat do EKG 1 szt.**  
**Nazwa urządzenia /model:**  
**Producent:**

99-200 Poddebice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55

www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000384815

REGON 101075971; NIP 8281409238; Kapitał założycielski 2 258 200,00 PLN

RACHUNEK BANKOWY: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK

nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Lp	Wymagane parametry techniczne	Parametry wymagane	Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany)
1.	Zapis 12 odprowadzeń EKG	TAK	
2.	Odrzucanie sygnałów powszechnych <135 dB	TAK	
3.	System oparty o szybki procesor 32 bitowy ARM9	TAK	
4.	Możliwość pracy w trybie Auto, Manual lub Arytmia (z definiowanym czasem pomiaru)	TAK	
5.	Rozpoczęcie akwizycji sygnału poprzez jeden przycisk	TAK	
6.	Detekcja stymulatora serca z możliwością włączenia / wyłączenia tej opcji	TAK	
7.	Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej, cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych	TAK	
8.	Pomiar akcji serca w zakresie minimum 30 – 300/min	TAK	
9.	Moduł automatycznych pomiarów w obrębie QRS: PR, QRS czas trwania, PD, PA, QA, RD, SD, ST J, STM, STE, TA, PA.	TAK	
10.	Możliwość uaktualniania oprogramowania w razie konieczności, za pośrednictwem nośników danych	TAK	
11.	Analiza i interpretacja wyników EKG	TAK	
12.	Obwody wejściowe odporne na impuls defibrylujący	TAK	
13.	Próbkowanie stymulatora serca minimum 75 000 Hz	TAK	
14.	Próbkowanie sygnału EKG min. 16 000 HZ	TAK	
15.	Analiza RR	TAK	
16.	Filtry dolnoprzepustowe 20/40/100/150 HZ	TAK	
17.	Korekcja QT wedle Bazett, Framingham, Fridericia	TAK	
18.	Możliwość włączenia drukowania diagnoz prawidłowych w automatycznym opisie badania	TAK	
19.	Możliwość ustawienia standardu odprowadzenia: Standard, Cabrera, NEHB, SEQ4	TAK	
20.	Możliwość ustawienia drukowania automatycznych kopii raportu do 5 sztuk	TAK	
<b>Drukarka</b>			
21.	Prędkość zapisu 5, 12,5, 25, 50 mm/s		
22.	Możliwość przeglądu zapisu EKG przed wydrukiem w celu wizualnej inspekcji jakości zapisu	TAK	
23.	Wydruk na wbudowanej drukarce na papierze termicznym A4 (do 12 krzywych) z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania	TAK	
24.	Możliwość trwałego odłączenia w systemie opcji wydruku i automatycznego zapisu badań tylko w pamięci aparatu	TAK	
<b>Ekran</b>			
25.	Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów EKG	TAK	
26.	Ekran o przekątnej minimum 7 cali, rozdzielczość minimum 800x480	TAK	
27.	Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczne dane demograficzne pacjenta: nazwisko, numer identyfikacyjny	TAK	
28.	Informacja na ekranie o stanie naładowania akumulatora oraz o podłączeniu do sieci	TAK	
29.	Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych sygnałów na ekranie	TAK	
30.	Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczna wartość częstości serca (w uderzeniach na minutę)	TAK	
31.	Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczny komunikat tekstowy o awarii odprowadzenia	TAK	
<b>Klawiatura</b>			
32.	Pełna klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych demograficznych	TAK	

	badanych pacjentów z możliwością wpisywania wielkich liter, wyposażona w definiowalne klawisze funkcyjne do bezpośredniego dostępu do: zmiana trybu pracy systemu, zapis EKG, stop zapisu EKG, zmiana krzywych EKG na ekranie, manualne ustawienia zapisu EKG, etc.		
33	Klawiatura odporna na mycie wodą i detergentami bez konieczności użycia specjalnych przyrządów, podejmowania dodatkowych czynności (demontaż)	TAK	
<b>Wyposażenie techniczne</b>			
34	Ergonomiczna konstrukcja przewodów pacjenta składających się z dwóch części: multi – link i 10 odprowadzeń, sposób konstrukcji umożliwiający wymianę tylko pojedynczych uszkodzonych przewodów	TAK	
35	Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Zasilanie akumulatorowe, pozwalające na wykonanie minimum 140 badań EKG lub 6 godzin ciągłego monitorowania pacjenta.	TAK	
36	Łatwy dostęp do akumulatora.	TAK	
37	Możliwość podłączenia kabla pacjenta z wymiennymi przewodami elektrod na wypadek uszkodzenia jednego przewodu.	TAK	
38	Masa urządzenia gotowego do pracy (bez papieru) max. 5,5 kg	TAK	
39	System operacyjny urządzenia oparty na Windows.	TAK	
40	Urządzenie wyposażone w minimum 1 port USB do bezpośredniego podłączenia zewnętrznej klawiatury lub opcjonalnego czytnika kodów kreskowych.	TAK	
41	Urządzenie wyposażone w wbudowany czytnik kart SD.	TAK	
42	Interfejs komunikacyjny: RS 232 i LAN	TAK	
43	Możliwość rozbudowy o opcję wysiłkową oraz sterowanie bieżnią i ergometrem rowerowym.	TAK	
44	Komunikacja z aparatem w języku polskim.	TAK	
45	Aparat wyposażony w dedykowany wózek z wysięgnikiem na przewody pacjenta, koszykiem na akcesoria	TAK	
46	W zestawie: - dwuczęściowy kabel pacjenta umożliwiający wymianę pojedynczych odprowadzeń - komplet elektrod wielorazowego użytku (6 elektrod przyssawkowych, 4 elektrody kończynowe) - papier do drukarki - instrukcja obsługi w języku polskim - dedykowany wózek pod aparat	TAK	

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 8.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni?

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 9.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę stawki VAT na stół pod aparat EKG oferowany w poz. 1 z 23 na 8% przez Wykonawcę?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10.** Dotyczy SWZ / przedmiotowe środki dowodowe. Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Zapisy rozdziału VII ust. 1 pkt. 1.1 SWZ otrzymują następujące brzmienie:

- 1.1 Informacje (np. opisy, katalogi, prospekty, ulotki informacyjne, fotografie, instrukcje użytkowania) dotyczące oferowanego sprzętu potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry określone w Formularzu cenowym oraz parametrach technicznych sprzętu medycznego – Załącznik nr 2 do SWZ – **dotyczy parametrów technicznych określonych w poz. 23 - 83**. Jeżeli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż polski, Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski. Na poszczególnych dokumentach należy wskazać, których pozycji dotyczy.

**Jeżeli w/w informacje nie będą potwierdzały wszystkich wymaganych parametrów, Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające, że oferowany towar spełnia wymagane parametry techniczne.**

- 1.1.1. Zgodnie z art. 107 ust. 2 jeżeli Wykonawca nie złoży w/w przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie – dotyczy przedmiotowego środka dowodowego określonego w rozdziale VII ust. 1 pkt. 1.1 SWZ.

**Pytanie 11.** **Pytania do wzoru umowy:** §2 ust. 1 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów powszechnych i SN (por. wyroki SN II CKN 28/97, II CSK 476/12), podstawą odmowy odbioru przedmiotu umowy mogą być tylko wady uniemożliwiające korzystanie zgodnie z przeznaczeniem z przedmiotu umowy (wady istotne). Usterki powinny być usuwane przez wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji lub rękojmi ustawowej. W związku z powyższym zwracamy się o zmianę postanowienia poprzez wykreślenie słowa: „bezusterkowego”.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 12.** **Pytania do wzoru umowy:** §2 ust. 2 Biorąc pod uwagę, że z góry ustalony termin na usunięcie zastrzeżeń może w określonych okolicznościach być niemożliwy do dotrzymania (np. z powodu przerw w łańcuchach dostaw niezbędnych elementów, zamówień części realizowanych z zagranicy etc.), zwracamy się do Zamawiającego o zmodyfikowanie postanowienia zgodnie z poniższym: „(...) w terminie 7 dni od daty stwierdzenia wad/uszkodzeń dni **lub w innym terminie ustalonym przez Strony na piśmie.**”

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 13.** **Pytania do wzoru umowy:** §3 ust. 1 Podobnie jak w §2 ust. 1 zwracamy się o zmianę postanowienia poprzez wykreślenie słowa: „bezusterkowego”.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 14.** **Pytania do wzoru umowy:** §3 ust. 8 Dostawcy sprzętu medycznego nie świadczą standardowo, w ramach bieżącej działalności, usług wypożyczenia sprzętu medycznego (utrzymywania go na stanie w celu oddania do korzystania Zamawiającym). W związku z powyższym tego rodzaju zobowiązanie, jak wynikające z ust. 8 może okazać się dla Wykonawców trudne do realizacji lub wiązać się z nadmiernymi, nieproporcjonalnymi kosztami, które będą musiały zostać w kalkulowane do ceny ofert (poniesione przez Zamawiającego). Prosimy zatem o wykreślenie postanowienia, względnie jego zmianę poprzez wskazanie, że Wykonawca będzie zobligowany do zapewnienia sprzętu zastępczego „o ile takim dysponuje w ramach prowadzonej działalności”.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 15.** **Pytania do wzoru umowy:** §3 ust. 10 Zamawiający zastrzegł w postanowienia obowiązek wymiany sprzętu po więcej niż 3- krotnej naprawie. Nie każda stwierdzona wada/usterka (zwłaszcza drobna, mało istotna) w urządzeniu wiąże się z potrzebą całkowitej wymiany urządzenia. Standardowo, w celu usunięcia usterki, wystarczająca pozostaje naprawa lub wymiana danej części lub elementu. W ocenie Wykonawcy sposób usuwania wad nie powinien być zależny od wyłącznej, jednostronnej decyzji Zamawiającego, a dobór odpowiedniej metody powinien należeć co do zasady do Wykonawcy, jako profesjonalisty. W celu przywrócenia równowagi kontraktowej stron i wyeliminowania ryzyka po stronie Wykonawcy ponoszenia nadmiarowych, nieuzasadnionych okolicznościami kosztów serwisu gwarancyjnego prosimy o poniższą zmianę: „W przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii tego samego elementu lub części sprzętu, uszkodzony element lub część podlega wymianie na nowy egzemplarz wolny od wad w terminie 14 dni liczonych od dnia zgłoszenia Wykonawcy trzeciej kolejnej awarii, a w przypadku braku możliwości naprawy poprzez wymianę części lub elementu na nowy poprzez wymianę sprzętu. Wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca. Powyższe ma zastosowanie niezależnie od tego, czy ujawniona wada była usuwana na podstawie rękojmi bądź udzielonej gwarancji. Na dostarczony element lub część lub na sprzęt medyczny Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż opisanej w § 3 ust. 1 powyżej.”

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 16.** **Pytania do wzoru umowy:** §7 ust. 1 lit. a) i e) Czy mając na względzie, że ryzyka finansowe, podlegają wkalkulowaniu w cenę ofertową, stąd ich nadmierne kumulowanie może mieć niekorzystny efekt dla Zamawiającego, Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie współczynnika kary z tytułu odstąpienia na „10%”?

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 17.** **Pytania do wzoru umowy:** §7 ust. 1 lit. b) Zaproponowana wartość kar z tytułu nieterminowej realizacji jest w ocenie Wykonawcy wygórowana w dacie jej zastrzegania, co zaburza równowagę kontraktową pomiędzy stronami. Zgodnie z poglądami sądów powszechnych kara umowna naliczana za zwłokę powinna być naliczana w wartości ułamkowej, zaczynającej się od 0,1% (np. SO Wrocław, XII C 698/19). Prosimy zatem o modyfikację postanowienia w zakresie zastosowanego współczynnika zgodnie z propozycją: „w wysokości **0,5 %** wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy (...)”.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 18.** **Pytania do wzoru umowy:** §7 ust. 1 lit. c) Wykonawca wyjaśnia, iż nie praktykuje się w branży naliczania kar umownych „za godzinę zwłoki”, zwłaszcza, że Wykonawca jest w stanie realizować czynności związane z naprawą w zwykłych godzinach roboczych pracy Zamawiającego, co czyni karę naliczaną w ten sposób co najmniej częściowo bezzasadną (za zwłokę w godzinach wieczornych czy nocnych). Jednocześnie wysokość kary za każdą godzinę generuje po stronie Wykonawcy nadmierne ryzyka finansowe, co zostało zasygnalizowane wcześniej. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o modyfikację postanowienia poprzez ustalenie, że kara będzie naliczana za „każdy dzień zwłoki”.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 19.** **Pytania do wzoru umowy:** §7 ust. 1 lit. f) i g) Czy stosownie do wcześniejszych uwag Wykonawcy, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę współczynnika kary na „0,5%? Ponadto, w przypadku usunięcia zapisu §3 ust. 8 – wnosimy o konsekwentne usunięcie kary, o której mowa pod lit. g).

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 20.** **Pytania do wzoru umowy:** §7 ust. 2 Wykonawca zwraca się o obniżenie limitu kar umownych do „20%”.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 21.** **Pytania do wzoru umowy:** §8 ust. 1 Zerwanie umowy jest najdalej idącym w skutkach uprawnieniem Zamawiającego i powinno być stosowane z ostrożnością. Nawet, jeśli następuje z winy Wykonawcy, poprzedzenie go wezwaniem do należytego wykonania może zapobiec potrzebie anulowania kontraktu. Z uwagi na powyższe proponujemy następującą modyfikację postanowienia:

„W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Zamawiający przed rozwiązaniem umowy wezwie Wykonawcę do usunięcia uchybień stanowiących podstawę odstąpienia i wyznaczy mu odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni robocze.”.

Ponadto, zwracamy się o doprecyzowanie lit. b), aby dopiero naliczenie kary umownej w wysokości co najmniej „10% wartości umowy” uprawniało Zamawiającego do podjęcia działań regulowanych postanowieniem.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 22.** **Pytania do wzoru umowy:** §9 ust. 2 W związku z tym, że celem licencjonowania oprogramowania jest zapewnienie możliwości korzystania ze sprzętu medycznego – udzielanie świadczeń przez Zamawiającego, zwracamy się o modyfikację postanowienia:

„Intencją stron jest udzielenie licencji na rzecz Zleceniodawcy zakresie umożliwiającym pełne korzystanie ze sprzętu medycznego zgodnie z przeznaczeniem, co powinno być uwzględniane przy interpretacji umowy.”

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 23.** **Pytania do wzoru umowy:** §9 ust. 3 Wykonawca udziela licencji na podstawie licencji producenta. W związku z powyższym np. przy sprzecznym z zasadami licencji korzystaniu z oprogramowania przez Zamawiającego nie można wykluczyć sytuacji, w której licencja na warunkach określonych przez producenta ulega wygaśnięciu (np. z powodu rażącego naruszenia praw własności intelektualnej przez Zamawiającego). Nadto, kara umowna ustalona zgodnie z tym zapisem jest sprzeczna z brzmieniem art. 433 pkt 2) ustawy Pzp (zakazane postanowienia umowne). Kara nie dotyczy zasadniczego przedmiotu świadczenia Wykonawcy, a podstawa jej naliczania nie wynika z innych regulacji szczególnych.

Zwracamy się zatem o zmianę postanowienia:

„Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań mających na celu wygaśnięcie umowy o udzielenie licencji zawartej w ramach niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem sytuacji wynikających z naruszenia zasad licencji przez Zamawiającego.”

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Na podstawie art. 137 ust. 1 i art. 137 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający modyfikuje postanowienia ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia przedłużając termin:

- składania ofert: 17.10.2023 r. godz. 10:00;

- otwarcia ofert: 17.10.2023 r. godz. 10:30;

- termin związania ofertą: 14.01.2024 r.

Zamawiający zwraca się z prośbą aby w przypadku dopuszczenia parametrów/postanowień innych niż opisane w SWZ, Wykonawca zaznaczył, iż parametry/postanowienia zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ z powołaniem się na datę oraz numer udzielonych odpowiedzi.

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Załączniki:

- Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

WERSJA ELEKTRONICZNA DOKUMENTU.

DOKUMENT W ORYGINALE PODPISANY PRZEZ Wiceprezes Zarządu Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – lek. med. Urszulę Marjańską.