

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/40/20

Sucha Beskidzka, dnia 20.07.2020r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu medycznego (łóżka szpitalne, aparat do elektrokoagulacji, pompy infuzyjne, aparat EKG)", znak sprawy: ZOZ.V.010 /DZP/40/20

Załącznik nr 1a Pakiet nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe z deklaracją zgodności i powiadomieniem/zgłoszeniem do RWMiPB, ale bez certyfikatu ze znakiem CE? Deklaracja zgodności oraz powiadomienie/zgłoszenie do RWMiPB, są dokumentami właściwymi pod względem prawnym dla wyrobów medycznych klasa I. Znak CE znajdują się zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpośrednio na produkcie.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający dopuści łóżka z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 875 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

4. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez półki pod szufladami na obuwiu?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

5. Czy Zamawiający dopuści 9 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

6. Czy Zamawiający dopuści Certyfikat ISO 13485: 2016, co jest zgodne z obowiązującymi (aktualnymi) normami?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

z poważaniem:

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
*mgr Janusz Baczewski*

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
*mgr Sabina Steczek*