



Jaworzyna Śląska 23.06.2023 r.

IGK.271.7.2023

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Dostawa wyposażenia do Centrum Rehabilitacji w Jaworzynie Śląskiej w ramach zadania „Rozbudowa budynku Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej na potrzeby Centrum Rehabilitacji””, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, wanna do kąpeli wirowej kończyn dolnych (stopy i podudzia) o pojemności 57 litrów ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie do kąpeli wirowej kończyn wykonaną z wytrzymałego tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie do kąpeli wirowej kończyn dolnych z elektronicznym dotykowym panelem sterowania ? (włączanie /wylączenie urządzenia, czas zabiegu, automatyczne wylączenie urządzenia po skończeniu czasu zabiegu)

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie do kąpielni wirowej kończyn dolnych z wyposażeniem 6 dysz z regulacją kierunku wypływu, - krzesło dla pacjenta, - system napełniania z elektronicznym termometrem- prysznic ręczny. ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych o parametrach?

Wanna wykonana jest z tworzywa sztucznego typu GFK wzmocnionego włóknem szklanym

Wyposażenie:

- min. 10 dysz o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody*
- system biernej kąpielni perełkowej z regulacją intensywności masażu*
- prysznic ręczny*
- półautomatyczny spust wody*
- krzesło z regulacją wysokości*
- termomieszalnik do szybkiej regulacji temperatury wody nalewanej*
- zasysanie sitkiem filtrującym*

Bezwyłewkowy system napełniania ciepłą/zimną wodą

Elektroniczny, dotykowy panel sterujący o przekątnej min. 3.5" umożliwiający:

- włączenie urządzenia*
- napełnianie wody do żądanego poziomu*
- ustawienie czasu zabiegu*
- zabezpieczenie przed pracą na sucho*
- automatyczne wyłączenie urządzenia po skończeniu czasu zabiegu*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza stół rehabilitacyjny równoważny, o poniższych parametrach :

<i>Stół dwuczęściowy (leżysko górne, zagłówek z otworem na twarz)</i>
<i>Stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali, malowana proszkowo – odporna na działanie środków dezynfekujących</i>
<i>Elektryczna regulacja wysokości</i>
<i>Pilot ręczny</i>
<i>Regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej [o]: -85 / +35 (+/- 5%)</i>
<i>Wyrób medyczny</i>
<i>Centralny system jezdny</i>
<i>Uchwyt na papier</i>
<i>System regulacji wysokości za pomocą ramy</i>
<i>Podłokietniki</i>
<i>Zaślepka na twarz</i>
<i>Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 1900 x 660 (+/- 5%)</i>
<i>Regulacja wysokości [mm]: 440 - 1010 (+/- 5%)</i>
<i>Dopuszczalne obciążenie [kg]: 150 (+/-5%)</i>

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza aparat do krioterapii o parametrach nie niższych niż:

Duży dotykowy ciekłokrystaliczny kolorowy wyświetlacz

Specjalna „tuba” do odkładania grzałki podczas wymiany butli lub uzupełniania azotu.

Zbiornik o pojemności 30 litrów (+/- 5%)

Gotowe programy terapeutyczne

Czynnik roboczy – ciekły azot

Temperatura strumienia gazu : -160 stopni

Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu: 5



Zużycie ciekłego azotu : maksymalnie od 3 do 10kg/h (praca ciągła) - w zależności o intensywności nadmuchu

Liczba zabiegów przy użyciu jednego zbiornika ciekłego azotu (ok. 45 dla średniego czasu zabiegu = 3min)

Podstawa jezdna umożliwiająca przemieszczanie aparatu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie diatermia krótkofalowa o parametrach :?

Czytelny panel sterujący, 2 aplikatory kondensatorowe, okrągły aplikator indukcyjny

Tryb pracy ciągły moc 0-100 W, impulsowy 0-200 W

Emicja pulsacyjna o cyklach pracy 10-400 Hz,

Czas trwania impulsu :65 – 400 μ s

Ramię łamane w 4 miejscach

W zestawie 2 gumowe aplikatory, podkłady filcowe dla aplikatorów gumowych, bawełniane osłony, taśmy elastyczne do mocowania elektrod, przewód do aplikatora, aplikator indukcyjny

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza stół rehabilitacyjny

Zmiany ustawień środkowej i nożnej części leżyska za pomocą sprężyn gazowych
Regulacja do pozycji Pivota, Trendelenburga
Centralny system jezdny
Podłokietniki
Elektryczna regulacja wysokości 49-105 cm
Wymiary leżyska 190x66cm (+/- 5%)
Dopuszczalne obciążenie max. 150kg (+/- 5%)
Regulacja zagłówek [°]: -85/+35 (+/- 5%)



Regulacja części głównej do pozycji Pivota [°]: 45 (+/- 5%)
Regulacja części pod nogi do pozycji siedzącej [°]: 70 (+/- 5%)

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza tor do nauki chodu chodzenia o poniższych parametrach:

Tor do nauki chodu z przeszkodami
Długość toru 3000mm
Szerokość toru 750mm
Wysokość przeszkód regulowana w 5 poziomach: poziom 1: 85 mm, poziom 2: 125 mm poziom 3: 165 mm, poziom 4: 205 mm poziom 5: 245 mm
Długość poręczy 3000mm
Regulacja wysokości poręczy od 710 do 1040mm
Regulacja rozstawu poręczy od 350 do 880mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza stół rehabilitacyjny drewniany o parametrach :

Odpowiedź:

leżanka dwuczęściowa (leżysko główne, zagłówek z otworem na twarz)
rama wykonana z drewna bukowego wysokiej jakości
tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących
regulowany kąt zagłówka (trzy ustawienia w zakresie 0 - 35°)
tapicerka w wybranym kolorze z palety



Dane techniczne:

- Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 1870 x 660
- Wysokość [mm]: 700
- Regulacja zagłówka [°]: 0 / +35 (w 3 pozycjach)

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie:

Czy zamawiający wymaga drugiego urządzenia typu fala uderzeniowa ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza aparat do terapii falą uderzeniową o parametrach:

Urządzenie do terapii falą uderzeniową pracujące z aplikatorami o średnicy w przedziale minimalnym od 12mm do 36mm

Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 12.1''

Wbudowane programy terapeutyczne ; 51

Wyposażenie aparatu :

- Aplikator
- Przewód zasilający
- 2 naboji regenerujących
- 1 komplet dodatkowych bezpieczników
- 1 przekaźnik o rozmiarze S – metalowy
- 1 przekaźnik o rozmiarze M – metalowy
- 1 przekaźnik o rozmiarze Mlong – metalowy
- 1 przekaźnik o rozmiarze XL – plastikowy

Maksymalne ciśnienie zabiegowe 6,6 bar

Aparat wyposażony w kompresor powietrzny o mocy min. 7,4 bar

Częstotliwość uderzeń od 1 do 22 Hz (opcjonalnie do 35 Hz)



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza komorę hiperbaryczną o parametrach:

Dane techniczne kabiny Wymiary: 85x225 (cm)

Materiał: TPU (Termoplastyczny Elastomer Poliuretanowy)

Ciśnienie: 1.3 ATA / 4PSI,

Medium pod ciśnieniem: powietrze

Stężenie tlenu w kabinie: 90%

Zasilanie: 220V 50Hz / 110V 60Hz / 220 60Hz

Stężenie jonów ujemnych: >400 000

koncentrator tlenu: 42x34x67 (cm)

koncentrator tlenu z certyfikatem medycznym

Szybkie natężenie przepływu ładowania: 70 l/min

Regularne natężenie przepływu ładowania: 20 l/min

Szybkie ciśnienie ładowania: 200 kPa

Regularne ciśnienie doładowania: 150 kPa

Moc: 220 W

Hałas: 50dB(A)

Wyposażenie:

- zestaw materacy pokrytych materiałem septycznym bardzo łatwym w dezynfekcji
- podest ułatwiający proces wejścia i wyjścia
- zestaw krótkofalówek
- 30 sztuk maseczek

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza aparat do terapii skojarzonej z modułem ultradźwiękowym i głowicą 4cm² oraz sondą IR 400mW/808 nm ?



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza aparat do terapii skojarzonej z możliwością współpracy z aplikatorem skanującym do laseroterapii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.


Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza aparat do terapii skojarzonej współpracujący z głowicą 1cm² do ultradźwięków ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Justyna Chrebela