



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-26/24

Tarnów, 2024-04-03

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2** Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z drenem bąbelkowym sterującym zastawką o średnicy 4-8 mm i drenem bąbelkowym ciśnieniowym o średnicy 4-8mm?Pragniemy zaznaczyć, iż proponowany obwód Zamawiający zna i z powodzeniem używał.
2. **Dotyczy pkt 23.13 a) SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,25% wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru, za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 2** obwodu oddechowego opisanego w pytaniu, pod warunkiem, że jest kompatybilny ze wskazanym w SWZ respiratorem oraz spełnia pozostałe wymagania SWZ.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów punktu 23.13a) SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

JK

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nosek

