



Zam. 51/2022/TP/IRS

Olsztyn, dnia 06.10.2023 r.

**Do wiadomości
wszystkich uczestników
postępowania**

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym wariant I pt. *Dostawa wag analitycznych oraz agregatu prądotwórczego do jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowego Instytutu Badawczego.*

ODPOWIEŹ NA PYTANIA NR 1

Zamawiający, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy, działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 1605), niniejszym wyjaśnia treść SWZ, odpowiada na pytania zadane w toku postępowania:

Pytania dot. jonizatora

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza jonizator o masie 1,3 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje parametry uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia i nie dopuszcza jonizatora o masie 1,3 kg.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza źródło jonów: stal szlachetna?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza źródła jonów: stal szlachetna.

Pytania dot. wagi z dokładnością do 0,1 mg

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza szalkę o średnicy 90 mm?

Odpowiedź:


Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza szalki o średnicy 90 mm.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza wagę o wielkości: szer 249 mm x gł 564
x wys 304 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wagi o wielkości 249mm x 564mm x 304mm.

DYREKTOR INSTYTUTU

inż. Grzegorz Dietrich
(podpis osoby upoważnionej)

Sporządziła: Magdalena Zbrzeźna-Surowińska

Magdalena Zbrzeźna-Surowińska