

Wołów, 29.11.2022 r.

19/PCM/2022/ZP/A

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 2

**Dotyczy:** postępowania nr 19/PCM/2022/ZP/A **Dostawa aparatu RTG wraz z detektorami i oprogramowaniem, adaptacją pomieszczeń i przeszkoleniem personelu II.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

**Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Pytanie nr 1 - Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia detektorów w pracowni szpital, pracownia Wołów, pracownia Brzeg Dolny.**

Wielu wiodących producentów detektorów oferuje obecnie oprogramowanie do automatycznego łączenia 4 zdjęć kości długich tzw. Auto Stitching. Opcja oprogramowania zwiększa konkurencyjność oferty zamawiającego oraz poprawia dostępność procedur medycznych w regionie.

Czy Zamawiający wprowadzi nowy, punkt prezentowany poniżej, który zwiększy konkurencyjność ofert oraz poprawi dostęp do procedur medycznych w regionie:

Automatyczne łącznie minimum 4 zdjęć kości długich.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Załącznika nr 6 do SWZ.**

**Pytanie nr 2**

Wiodący producenci detektorów i aparatów RTG oferują również oprogramowanie w postaci Sztucznej inteligencji, która służy do automatycznego wykrywania zmian chorobowych w płucach m.in. po Covid19, takich jak: zwłóknienia, choroby śródmiąższowe płuc, guzki płucne, odma płucna, wysięk w jamie opłucnej.

Czy Zamawiający wprowadzi do opisu detektorów nowy punkt prezentowany poniżej, który zwiększy konkurencyjność ofert oraz poprawi dostęp do procedur medycznych w regionie:

Oprogramowanie sztucznej inteligencji do automatycznego wykrywania zmian chorobowych w płucach m.in. po Covid19, takich jak: zwłóknienia, choroby śródmiąższowe płuc, guzki płucne, odma płucna, wysięk w jamie opłucnej.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Załącznika nr 6 do SWZ.**



**Pytanie nr 3 - Pracownia szpital.**

Pkt 5 Najniższa odległość wiązki poziomej równoległej do podłogi  $\leq 35$  cm

Czy Zamawiający dopuści minimum parametru, najniższą odległość wiązki poziomej równoległej do podłogi 48,5 cm?

Pragniemy zwrócić uwagę zamawiającemu, że tak mała różnica, nie wpłynie negatywnie na płynność i wygodę pracy a umożliwi nam złożenie ważnej oferty.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 4**

Pkt 4 Zakres ruchu lampy RTG w pionie  $\geq 155$ cm

Czy Zamawiający dopuści zakres ruchu lampy w pionie 148,5 cm


Pragniemy zwrócić uwagę zamawiającemu, że tak mała różnica, nie wpłynie negatywnie na płynność i wygodę pracy a umożliwi nam złożenie ważnej oferty.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.**

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem



PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI  
Piotr Burdach

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE  
w WOŁOWIE sp. z o.o  
56-100 Wołów ul. Inwalidów Wojennych 26  
tel 71/380 58 01  
WOJ DOLNOŚLĄSKIE  
NIP 988-02-67-118 REGON:020749596  
(2)