

SPECYFIKACJA TECHNICZNA*(modyfikacja z 10.10.2023 r.)*Wanna porodowa – 1 szt.**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I. INFORMACJE OGÓLNE:			
1.	Wanna porodowa	TAK	
2.	Fabrycznie nowa, rok produkcji – 2023.	TAK	
3.	Producent.	podać	
4.	Typ/model.	podać	
5.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
6.	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności.	TAK	
II. PARAMETRY TECHNICZNE:			
1.	Urządzenie wolnostojące, nie wymagające fundamentowania oraz obudowy	TAK	
2.	Konstrukcja wanny odporna na korozję	TAK	
3.	Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz	TAK	
4.	Anatomicznie wyprofilowane wnętrze wanny, siedzisko i oparcie pod stopy dostosowane do porodów	TAK	
5.	Dostęp personelu do pacjentki z 4 stron	TAK podać	
6.	Pojemność max. niecki w zakresie 370 – 500 l	TAK podać	
7.	Automatyczne napełnianie wodą do dwóch poziomów: - standardowego - awaryjnego	TAK	
8.	Długość zewnętrzna wanny w zakresie 1 900 – 2 300 mm	TAK podać	
9.	Długość niecki wanny min. 1 600 mm	TAK podać	
10.	Szerokość wanny w zakresie 1 000 – 1 600 mm	TAK podać	
11.	Pomiar temperatury wody nalewanej oraz znajdującej się w wannie prezentowany na wyświetlaczu cyfrowym	TAK	
12.	Oświetlenie pola rodzenia	TAK	
13.	Bateria mieszalna wody, słuchawka prysznicowa	TAK	
14.	Uchwyty ułatwiające wejście i wyjście z wanny	TAK	
15.	Stabilny podest lub schodki do wchodzenia i wychodzenia - antypoślizgowe	TAK	
16.	Wanna wykonana z materiału łatwego w utrzymaniu czystości, odpornego na ogólnodostępne środki czyszczące oraz dezynfekujące	TAK	
17.	Montaż, uruchomienie i szkolenie personelu w cenie urządzenia oraz wszystkie podłączenia do wykonania przez Wykonawcę	TAK	
III. WARUNKI PRZYŁĄCZENIOWE I TECHNICZNE			
1.	Montaż na Sali Porodowej Traktu Porodowego w miejscu wskazanym przez zamawiającego: - zasilanie elektryczne 5x2,5mm ² - zasilanie wody 16x2,0 mm - odpływ kanalizacji DN50	TAK	

III. DOKUMENTACJA:			
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz w języku angielskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	
2.	Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w języku polskim.	TAK	
3.	Harmonogram i częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej wraz ze szczegółowym wykazem prac i części zamiennych, których producent wymaga podczas wykonywania przez serwis okresowych przeglądów technicznych.	TAK	
4.	Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.