



PODDEBICKIE
CENTRUM ZDROWIA®
SP. Z O.O.

„...Twoje zdrowie jest dla nas ważne...”

Poddebice, dn. 26.05.2023 r.

Wszyscy zainteresowani
postępowaniem

PCZ/ZP/245/2023

Dotyczy: „Dostawy aparatów do znieczulania ogólnego dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddebicach”.

PCZ/ZP/3331/3/2023

**Odpowiedzi na pytania
oraz informacja o modyfikacji postanowień ogłoszenia i SWZ**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 oraz art. 135. ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) „Poddebickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania oraz informuje o modyfikacji postanowień dotyczących ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. „Dostawa aparatów do znieczulania ogólnego dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddebicach”:

Pytanie 1. Pkt 31 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania wyposażony w trzy gniazda zasilające ? Taka ilość gniazd jest wystarczająca aby podłączyć do aparatu znieczulającego wszystkie wymagane urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapisy Formularza cenowego oraz parametrów technicznych sprzętu medycznego – Załącznik nr 2 do SWZ w pkt. 31 otrzymują następujące brzmienie:

31.	Aparat wyposażony w gniazda zasilające min. 3	Tak, podać	
-----	---	------------	--

Pytanie 2. Pkt 32 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z precyzyjnymi elektronicznymi przepływomierzami dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapisy Formularza cenowego oraz parametrów technicznych sprzętu medycznego – Załącznik nr 2 do SWZ w pkt. 32 otrzymują następujące brzmienie:

32.	Precyzyjne rotametryczne lub elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza	Tak, podać	
-----	---	------------	--

Pytanie 3. Pkt 101 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z kardiomonitorem na wysięgniku który jest zamontowany na specjalnej szynie ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapisy Formularza cenowego oraz parametrów technicznych sprzętu medycznego – Załącznik nr 2 do SWZ w pkt. 101 otrzymują następujące brzmienie:

101.	Montaż kardiomonitora wyłącznie na wysięgniku w stacji ładowania lub na specjalnej szynie	Tak, podać	
------	---	------------	--

99-200 Poddebice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55

www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000384815

REGON 101075971; NIP 8281409238; Kapitał założycielski 2 258 200,00 PLN

RACHUNEK BANKOWY: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK

nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Pytanie 4. Pkt 104 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania wyposażony w 2 pojemne szuflady na akcesoria i blat do pisania ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapisy Formularza cenowego oraz parametrów technicznych sprzętu medycznego – Załącznik nr 2 do SWZ w pkt. 104 otrzymują następujące brzmienie:

104.	Aparat wyposażony w min. 2 szuflady na akcesoria oraz blat roboczy do pisania.	Tak	
------	--	-----	--

Pytanie 5. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy drugiego aparatu do znieczulania do 60 dni od dnia podpisania umowy ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6. Pkt 37 - Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia parownika w komplecie z aparatem do znieczulania ? Wykorzystanie posiadanych przez Zamawiającego parowników pozwoli znacząco obniżyć koszt aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający w Formularzu cenowym oraz parametrach technicznych sprzętu medycznego – Załącznik nr 2 do SWZ w pkt. 37 wykreśla „Parownik do Sevofluoranu typ QF” i zostawia puste miejsce.

Pytanie 7. Pkt 67/68 – Czy Zamawiający ma świadomość że aparat do znieczulania bez modułu AG/CO2 jest urządzeniem niekompletnym ? Czy w związku z tym Zamawiający będzie chciał wykorzystać posiadane monitory AG/CO2 ? Jeśli tak to prosimy o informację czy te monitory anestetyczne są odrębnymi jednostkami pomiarowymi i czy mogą być zamontowane na każdym aparacie do znieczulania ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dysponuje monitorami AG/CO2 typu VAMOS oraz Datex Ohmeda Ultima i żąda aby oferowane aparaty były z nimi kompatybilne.

Na podstawie art. 137 ust. 1 i art. 137 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający modyfikuje postanowienia ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia przedłużając termin:

- składania ofert: **07.06.2023 r. godz. 10:00;**

- otwarcia ofert: **07.06.2023 r. godz. 10:30;**

- termin związania ofertą: **04.09.2023 r.**

Zamawiający zwraca się z prośbą aby w przypadku dopuszczenia parametrów/postanowień innych niż opisane w SWZ, Wykonawca zaznaczył, iż parametry/postanowienia zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ z powołaniem się na datę oraz numer udzielonych odpowiedzi.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

WERSJA ELEKTRONICZNA DOKUMENTU.

DOKUMENT W ORYGINALE PODPISANY PRZEZ WICEPREZES Zarządu

PODDĘBICKIEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. – LEK. MED. URSZULĘ MARJAŃSKĄ