

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Słupsk, dnia 26.09.2023

znak sprawy SA.272.4.2023

WYKONAWCY

dot. postępowania: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku**

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.1605 z zm.), informuje, że dnia 18 i 19 sierpnia 2023 roku wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które wraz z odpowiedzią zamieszczono poniżej:

Dot. części III postępowania

Pytanie 1

„Czy Zamawiający dopuszcza klasę dokładności II”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie 2

„Czy Zamawiający zgodzi się na przeprowadzenie legalizacji pierwotnej poza siedzibą Zamawiającego?”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

Pytanie 3

„Prosimy o dopuszczenie wagi precyzyjnej o klasie dokładności OIML II.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ,

Pytanie 4

„ Prosimy o dopuszczenie wagi precyzyjnej o parametrze lepszym od wymaganego, tj. Liniowości +/- 0,002 g.”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Dot. części II postępowania

Pytanie 5

„***Prosimy o dopuszczenie szafy termostatycznej z wnętrzem z aluminium***”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pytanie 6

Dot. części II

„Prosimy o dopuszczenie szafy termostatycznej z szerszym zakresem temperatury, tj. od $+3^{\circ}\text{C}$ do $+60^{\circ}\text{C}$.”

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie

Pytanie 7

Dot. części II

Prosimy o dopuszczenie szafy termostatycznej z jednorodnością oraz stabilności temperatury wynoszącymi $0,7^{\circ}\text{C}$.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ,

Pytanie 8

Dot. części 2

„Prosimy o dopuszczenie szafy termostatycznej z graficznym wyświetlaczem LCD”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie,

Pytanie 9

Dot. części II

„ Prosimy o dopuszczenie szafy termostatycznej o głębokości zewnętrznej 860 mm oraz wysokości zewnętrznej 2020 mm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów. Wymiary oferowanego urządzenia są max. o 2 cm większe od wymagań.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

Parametry podane w tabelach w załącznikach nr 3 i 4 do SWZ stanowią **minimalne** wymagania graniczne.

W związku z powyższym termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie .