



ADM-ZP.272.2.187.2023

Lublin, dn. 19.04.2023

Uczestnicy postępowania

Pytania i odpowiedzi nr 1

Zamawiający, w związku z zapytaniem dotyczącym zaproszenia do składania ofert pn. „**Dostawa szkła, drobnego sprzętu laboratoryjnego i akcesoriów do chromatografii**” przekazuje poniżej treść pytań i wyjaśnienia Zamawiającego.

Treść pytań dotyczą oraz odpowiedzi są następujące:

1. Pakiet 7 – szkło laboratoryjne, pozycja 6: kolby miarowe 25ml mają szlif 10/19 (również wg podanego nr katalogowego) czy można taki zaproponować?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia na szlif 10/19.

Dotyczy Formularza cenowego Grupa III pakiet XXII wymagania pod pakietem-

2. Pakiet 7 – szkło laboratoryjne pozycja 7 - czy można zaproponować lejek fi 38mm (Glassco 01-238.202.38)?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w pozycji 7 i dopuszcza zaoferowanie lejka fi 38mm

3. Pakiet 7 – szkło laboratoryjne pozycja 11 - czy chodzi o rozdzielacz jak Lab-Szkło 8.01.08 500 tylko z korkiem szklanym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 11. Wymagane jest zaoferowanie wyłącznie korka szklanego.

4. Pakiet 7 – szkło laboratoryjne pozycja 21 - czy można zaproponować wysokość naczynia 18cm?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w pozycji 21 i dopuszcza zaoferowanie naczynia o wysokości 18 cm.

5. Pakiet 7 – szkło laboratoryjne pozycja 28 - czy można zaproponować fi lejka 75mm?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w pozycji 28 i dopuszcza zgodę na fi lejka 75 mm.

6. Pakiet 7 – szkło laboratoryjne pozycja 51 - proszę o podanie nr katalogowego.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w poz. 51. Zamawiający nie posiada karty katalogowej dla ww. pozycji

7. Pakiet 7 – szkło laboratoryjne pozycja 53 - czy należy wycenić sam ekstraktor (bez kolby i chłodnicy)?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny samego ekstraktora, bez kolby i chłodnicy.

Równocześnie zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu otwarcia ofert.

.....