

ORZECZENIE TECHNICZNE

1. Nazwa i adres użytkownika:
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im.T.Marciniaka, ul.Fieldorfa 2, 50-117 Wrocław
2. Nazwa urządzenia, numer seryjny, rok produkcji:
YSIO, numer seryjny 23445, rok produkcji 2014

3. Opis stanu technicznego:

Oceny stanu aparatu dokonano w dniu 18.06.2024. Aparat RTG YSIO nr seryjny 23445 jest eksploatowany w Pracowni RTG Szpitala od grudnia 2014 roku. Zestaw rentgenowski z zawieszeniem sufitowym lampy RTG jest wyposażony w generator wysokiego napięcia typ Polydoros R80 z 2 ogniskową lampą RTG typu OPTITOP 150/40/80HC-100 i dwa cyfrowe detektory obrazu: wbudowany w statywie o wymiarach 43x43cm oraz przenośny bezprzewodowy 35x43,2cm, używany również do zdjęć w stole. Aparat posiada oprogramowanie aplikacyjne w wersji VC10S. Posiada też licencje umożliwiające wysyłanie danych do stacji opisowych i archiwum PACS oraz może być podłączony do RIS. Ostatni przegląd techniczny przeszedł w dniu 06.03.2024r. Na jego podstawie potwierdzono sprawność aparatu – system nie posiada usterek a test jakości obrazu wykazał brak odchyień od wymaganych wartości referencyjnych. Aparat jest bardzo silnie obciążony badaniami. Jest sprawny technicznie i pozostaje pod stałą opieką autoryzowanego serwisu producenta. Stopień zużycia aparatu jest adekwatny do jego wieku oraz ilości wykonanych na nim badań. Aktualny stan licznika lampy RTG: 64706 TLU. Aparat w okresie użytkowania wykonał około 571000 ekspozycji. Należy liczyć się ze wzrostem awaryjności, a więc częstszymi przestojami w pracy. Producent przewiduje 10 letni okres eksploatacji tego aparatu w typowych warunkach klinicznych.

Gwarantowana dostępność części zamiennych zakończy się 31.12.2025r.

4. Uwagi:

Aparat sprawny technicznie zgodnie z przeglądem wykonanym 06.03.2024 jednak po dacie 31.12.2025r. jego ewentualna naprawa może okazać się niemożliwa ze względu na brak gwarantowanej dostępności części zamiennych.

Szymczak
Roman

Cyfrowo podpisane przez
Szymczak Roman
Powód: Orzeczenie techniczne
Lokalizacja: Wrocław
Data: 2024.06.19 10:01:44
+02'00'

.....
Nazwisko i imię, stanowisko i podpis orzekającego

Cichocki
Hubert

Cyfrowo podpisane przez Cichocki
Hubert
DN: cn=Cichocki Hubert, c=DE, o=
Siemens, email=hubert.cichocki@
siemens-healthineers.com
Data: 2024.06.19 12:11:30 +02'00'

.....
Zaakceptował