

Kielce, dn. 28 czerwca 2024 r.

IZP.2411.134.2024.AJ

## WSZYSCY WYKONAWCY

### WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*Dot. postępowania na pogwarancyjną obsługę serwisową wraz z naprawami urządzeń i systemów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach*

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami:

#### **Pytanie 1**

Dotyczy Wzoru umowy (załącznik 8a i 8b do SWZ) § 1 pkt 3

W tym punkcie Zamawiający wymaga użycia nowych części zamiennych. Panele dozymetryczne Ivie w i XVI są najdroższymi częściami zamiennymi do akceleratora. Z uwagi na cenę są odnawiane fabrycznie przez producenta. Odnawione panele spełniają takie same testy jakości obrazowania jak panele nowe. W przypadku umowy serwisowej wymóg użycia paneli nowych podraża umowę. Czy Zamawiający zgodzi się na użycie oryginalnych, pełnowartościowych paneli odnawianych fabrycznie?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

#### **Pytanie 2**

Dotyczy Wzoru umowy (załącznik 8a i 8b do SWZ) § 3 pkt 4

Harmonogramy przeglądów okresowych uzgadniamy z Użytkownikami na koniec roku kalendarzowego na kolejny rok. Ze względu na odległość terminów i potrzebę rozplanowania z innymi Użytkownikami wnosimy o zmianę zapisu z: „Harmonogram zostanie przygotowany w ciągu 14 dni roboczych od podpisania umowy.”, na: „Harmonogram zostanie przygotowany w ciągu 14 dni roboczych od podpisania umowy na 1-szy rok kalendarzowy trwania umowy”. Harmonogramy na kolejne lata dostarczymy przed rozpoczęciem roku kalendarzowego na który przeglądy są planowane.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje zapisy projektów umów, stanowiących Załączniki nr 8a i 8b do SWZ, w tym zakresie.

#### **Pytanie 3**

Dotyczy Wzoru umowy (załącznik 8a do SWZ) § 3 pkt 11.

Wykonawca do serwisu akceleratorów posiada własne oprogramowanie Intellimax, poprzez szyfrowane połączenie, o zabezpieczeniach tożsamy z wymaganiami Zamawiającego. Intellimax monitoruje parametry akceleratora, umożliwiając wykrycie/usunięcie usterek zanim będą miały wpływ na pracę kliniczną. Intellimax jest również używany do diagnostyki i napraw zdalnych. Brak takiego połączenia powodowałby wydłużenie czasu naprawy i zwiększone koszty umowy. Wnioskujemy o dopuszczenie takiego rozwiązania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w § 3 pkt 11 wzoru umowy i nie zezwala na monitorowanie parametrów sprzętu poprzez zewnętrzne oprogramowanie zainstalowane poza infrastrukturą ŚCO.

**Pytanie 4**

Dotyczy Wzoru umowy (załącznik 8a i 8b do SWZ) § 3 pkt 15

Zamawiający w tym punkcie wymaga 6 miesięcznej gwarancji na części zamienne i wykonane usługi. Standardowa gwarancja Wykonawcy wynosi 90 dni. Ze względu na fakt iż w ramach umowy serwisowej, Zamawiający ma prawo do nieograniczonej liczby zgłoszeń i długość gwarancji nie ma istotnego znaczenia, wnioskujemy o zmianę gwarancji na 90 dni, dla której to wartości sporządzane są kalkulacje wartości umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje zapisy projektów umów, stanowiących Załączniki nr 8a i 8b do SWZ, w tym zakresie.

**Pytanie 5**

Dotyczy Wzoru umowy § 5 pkt 6

W tym punkcie Zamawiający określa że okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. W przypadku podpisania umowy w środku miesiąca, powoduje to faktury częściowe na początku i końcu umowy serwisowej. Dla uproszczenia rozliczeń prosimy o rozważenie rozliczeń po miesiącu trwania umowy, a nie na koniec miesiąca kalendarzowego i zmianę tego punktu na: „Strony ustalają, miesięczny okres rozliczeniowy liczony od daty obowiązywania umowy.”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje zapisy projektów umów, stanowiących Załączniki nr 8a i 8b do SWZ, w tym zakresie. W załączeniu aktualne wzory umów.

**Pytanie 6**

Dotyczy Wzoru umowy (załącznik 8a i 8b do SWZ) § 5 Wynagrodzenie

Ze względu na symetryczność zobowiązań wykonana praca – zapłata, wnosimy o dopisanie kolejnego punktu do paragrafu § 5 o treści: „ W przypadku opóźnienia w realizacji płatności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy o kolejne 14 dni ponad termin określony w § 5 pkt 5, Dostawca ma prawo zawiesić świadczenie Usług Serwisowych do dnia uiszczenia całości należności, za uprzednim zawiadomieniem Zamawiającego w formie pisemnej o planowanym zawieszeniu świadczenia Usług Serwisowych. Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości za okres zawieszenia świadczenia Usług Serwisowych z przyczyny, o której mowa powyżej. W przypadku zawieszenia świadczenia Usług Serwisowych na podstawie niniejszego punktu, czasu zawieszenia nie wlicza się do czasu użytkowania, zaś Dostawcy nie obciążają żadne negatywne skutki, określone w § 4 Umowy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Z poważaniem

*Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
Mariusz Klimczak*