

PAKIET 6

LP.	WYMAGANE PARAMETRY
I.	Łaźnia wodna histopatologiczna
1.	Prostokątna
2.	Pojemność co najmniej 2,1 l
3.	Głębokość wody dostosowana do szkiełek typu SuperMega
4.	Temperatura pracy nastawna w zakresie co najmniej 20 – 80°C
5.	Dokładność nastawy temperatury nie gorsza niż $\pm 1^{\circ}\text{C}$
6.	Powierzchnie grzewcze do suszenia co najmniej 18 szkiełek
7.	Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem
8.	Wyświetlacz z panelem sterowania prezentujący temperaturę wody
9.	Podświetlenie komory łaźni
10.	Waga urządzenia nie większa niż 3 kg
11.	Okres gwarancji urządzenia co najmniej 24 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego