

Znak: **EZP.270.61.2024**

Otwock, dnia 05.12.2024r.

Zamawiający**Narodowe Centrum Badań Jądrowych**
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7**Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa wyposażenia/urządzeń laboratoryjnych do Laboratorium Badań Przedklinicznych”

Na podstawie art. 135 ust. 2 oraz w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień na złożone pytania:

Pytanie 1:

„W zadaniu 5 w pkt 9 OPZ.

Zamawiający wymaga:

Wymiary licznika: max: 240 mm (szer.) x 150 mm (gł.) x 250 mm (wys.), Waga: max 4,

Czy zamawiający dopuszcza urządzenia o wymiarach:

Wymiary: 212 mm(W)* 264 mm(H)* 165 mm (D)

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że różnica w oferowanych wymiarach nie wpływa w szczególności na zajmowaną powierzchnię blatu roboczego”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzeń o wymiarach większych niż max: 240 mm (szer.) x 150 mm (gł.) x 250 mm (wys.).

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)