

WszSL/DZ/072-²⁹⁶...../19

Legnica 29.04.2019

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

Postępowania przetargowego: „PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY RÓŻNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH, W TYM UŻYWANYCH NA SALACH OPERACYJNYCH „

znak sprawy: WSzSL/DZ-23/19

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018. 1986 ze zm), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Dotyczy części 12 – kasetki histopatologiczne

Czy Zamawiający w zadaniu nr 12 dopuści do zaoferowania kasetki histopatologiczne do zatapiania w parafinie z pokrywą plastikową bez zawiasu przełamania, kwadratowe otwory do przepływu parafiny o wymiarach otworów 1x1 cm. Kasetka posiada z przodu skośną powierzchnię do opisu. Kasetki odporne na działanie odczynników laboratoryjnych (formalina, ksylene) nie ulega odkształceniu po użyciu parafiny o temperaturze do 70 °C (kolorowe oprócz białych)

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów, ponieważ ich ilość jest uzależniona od ilości pacjentów.

Pytanie nr 3

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 4

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. Netto”? Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

W związku z obecnie obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz planowanym w sierpniu br. upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych), zwracamy się z prośbą o wskazanie w umowie adresu e-mail, na który Wykonawca może przysyłać fakturę w formie elektronicznej.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż na podstawie Ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym z dnia 9 listopada 2018 (Dz.U. z 2018r. Poz. 2191) nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i umów zawartych w wyniku takich postępowań.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, czy nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli kasetki z łamanym wieczkiem i z 64 prostokątnymi otworami o wym. 1x5 mm. Pozostałe parametry jak w opisie przedmiotu zamówienia.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający potwierdza iż, w opisie przedmiotu zamówienia w części 12 nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający wymaga kasetek histopatologicznych z zawiasem do przelamania, 63 prostokątne otwory do przepływu parafiny o wymiarach 2mm x 2 mm.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu cenowym tylko tych pakietów na które będzie składana oferta?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę.

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem

Złota 10 TORÓŁ
Urząd Miejski w Torolu
ul. Mickiewicza 10, 85-100 Toruń
DN 2018. 01. 11. 11. 10

