

Lubań, dnia 19 czerwca 2024 r.

## Wszyscy Wykonawcy

### PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 1

#### do treści SWZ na „Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych (odczynników) oraz dzierżawą analizatorów hematologicznych dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr postępowania ZP/08/2024

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

#### **Pytanie 1: Dotyczy SWZ, Rozdział III – Termin i Miejsce Wykonania Zamówienia pkt 2 lit. b) oraz Załącznika Nr 4 do SWZ – Projekt umowy §3 ust. 1**

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie oraz instalację analizatora dla Pakietu Nr 2 w terminie 14 dni roboczych od podpisania umowy przez obie Strony? Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz globalne wydłużenie łańcucha dostaw uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z SWZ i umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin dostawy i instalacji analizatora dla Pakietu nr 2 do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.**

#### **Pytanie 2: Dotyczy Załącznika Nr 4 do SWZ – Projekt umowy §2 ust. 13**

Czy Zamawiający dopuści kontakt e-mailowy w sprawach merytorycznych (informowanie o potencjalnych zagrożeniach) i w sprawach dotyczących działań logistycznych, na wskazany w §2 ust. 13 w celu przyspieszenia przepływu informacji między Wykonawcą a Użytkownikiem w trakcie realizacji Umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 3: Dotyczy Załącznika Nr 4 do SWZ – Projekt umowy §3 ust. 2:**

Czy Zamawiający dopuści podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem dzierżawy? Uprzejmie prosimy również o zgodę na usunięcie wyrażenia „W protokole zdawczo-odbiorczym zawarta zostanie również informacja o wartości rynkowej dzierżawionego urządzenia.”, w sytuacji, gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis: „Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wydzierżawiającego (Wykonawcy).”

**Odpowiedź: Zamawiający:**

- 1. dopuszcza podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem dzierżawy,**
- 2. podtrzymuje zapis §3. ust. 2 Projektu Umowy, aby protokół zawierał informację o wartości rynkowej dzierżawionego urządzenia. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że**

**obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wykonawcy.**

**Pytanie 4: Dotyczy Załącznika Nr 4 do SWZ – Projekt umowy §3 ust. 11 lit. d i e**

Czy Zamawiający dopuści przesłanie wskazanych w **§3 ust. 11 lit. d i e** dokumentów w ślad za podpisaną umową z biura Wykonawcy? Wykonawca motywuje swoją prośbę względami organizacyjnymi.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5: Dotyczy Załącznika Nr 4 do SWZ – Projekt umowy §3a ust. 2**

Czy Zamawiający dopuszcza krew kontrolną o terminie ważności, krótszym niż 3 miesięcy? Jeżeli tak prosimy o zastąpienie wyrażenia „zaś termin ważności krwi kontrolnej minimum 3 miesiące licząc od daty dostarczenia” zapisem w brzmieniu: „z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie [www.....pl](http://www.....pl)”.

Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew, skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 3a ust. 2 Projektu umowy (Załącznik nr 4 do SWZ), który otrzymuje brzmienie:**

„Terminy ważności:

- a. **w zakresie Pakietu nr 1:** termin ważności odczynników nie krótszy niż **6 miesięcy** licząc od daty dostarczenia, zaś termin ważności krwi kontrolnej minimum **3 miesiące** licząc od daty dostarczenia,
- b. **w zakresie Pakietu nr 2:** termin ważności odczynników nie krótszy niż **6 miesięcy** licząc od daty dostarczenia, zaś termin ważności krwi kontrolnej do **2 miesięcy**, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie internetowej Wykonawcy: \_\_\_\_\_”

**Pytanie 6: Dotyczy Załącznika Nr 4 do SWZ – Projekt umowy §3a ust. 6:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczany przedmiot zamówienia zamiast dostarczanych z asortymentem ulotek w języku polskim zawierających wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje, w tym instrukcje dot. magazynowania i przechowywania, zawierał ww. informacje na opakowaniach wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 7: Dotyczy Załącznika Nr 4 do SWZ – Projekt umowy §4 ust. 4:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość dosyłania faktury tylko w formie papierowej po dostawie towaru lub tylko w formie elektronicznej na e-mail w formacie pliku pdf? Z przyczyn technicznych Wykonawca nie ma możliwości dostarczania faktury w formie papierowej jednocześnie z zamówionym i dostarczonym towarem oraz przesłania obok faktury w formie papierowej także faktury elektronicznej na adres e-mail. Dopuszczenie takiej możliwości jest również korzystne dla Zamawiającego, gdyż wystawienie i wysłanie faktury po dostawie, wydłuża w praktyce termin płatności. Jednocześnie zwiększa konkurencyjność i umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego większej liczby ofert, nie blokując rezygnacji Wykonawcy z udziału w postępowaniu z powodu technicznej formy faktury.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zdanie pierwsze § 4 ust. 4 Projekt umowy (Załącznik nr 4 do SWZ), które otrzymuje brzmienie:**

*"Wraz z każdą dostawą zrealizowaną w ramach otrzymanego od Zamawiającego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w postaci papierowej dokument, obejmujący towary dostarczone do siedziby Zamawiającego w ramach takiej dostawy (np. faktura, dokument WZ). Zamawiający wymaga także, aby faktury były przesyłane w formie elektronicznej na adres: [faktury@lcm-luban.pl](mailto:faktury@lcm-luban.pl) - w formacie .pdf."*

**Pytanie 8: Dotyczy Załącznika Nr 4 do SWZ – Projekt umowy §4 ust. 4:**

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza fakturę VAT bez wskazania postaci oraz kodu EAN. Wykonawca nie posiada możliwości wprowadzania na fakturze kodów EAN oraz wskazania postaci towaru dostarczonego do siedziby Zamawiającego. Dostarczona Zamawiającemu faktura będzie posiadać wszystkie wymagane informacje zgodnie z ustawą o podatku VAT. Uprzejmie prosimy też o dopuszczenie możliwości umieszczenia numeru umowy w nagłówku faktury.

**Odpowiedź: Zamawiający:**

- 1. dopuszcza, aby na fakturze VAT nie były ujęte dane dot. postaci oraz kodu EAN,**
- 2. dopuszcza umieszczenie numeru umowy w nagłówku faktury.**

**Pytanie 9: Dotyczy Załącznika Nr 4 do SWZ – Projekt umowy §5 ust. 2:**

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie poprzez dodanie po zwrocie „Zgłoszenie przez Zamawiającego” wyrażenia „uzasadnione”.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 10: Dot. Załącznika nr 5b do SWZ Pakiet nr 2 Odczynniki i analizator CBC+5DIFF pkt 6**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, że pod pojęciem niedojrzałe granulocyty ma na myśli młode formy w skład których wchodzi promielocyty, mielocyty i metamielocyty, a wyniki wyrażone są w # i %.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem niedojrzałe granulocyty ma na myśli młode formy w skład których wchodzi promielocyty, mielocyty i metamielocyty, a wyniki wyrażone są w # i %.**

**Pytanie 11: Dot. Załącznika nr 5b do SWZ Pakiet nr 2 Odczynniki i analizator CBC+5DIFF pkt 16**

Prosimy Zamawiającego o uznanie parametru za spełniony, przy zaoferowaniu analizatora o wydajności do 60 oznaczeń na godzinę, zarówno w trybie CBC, jak CBC+DIFF.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 5b do SWZ Pakiet nr 2 Odczynniki i analizator CBC+5DIFF w zakresie pkt 16, który otrzymuje następujące brzmienie: *Minimalna wydajność analizatora: 50 oznaczeń na godzinę.***

**Pytanie 12: Dot. Załącznika nr 5b do SWZ Pakiet nr 2 Odczynniki i analizator CBC+5DIFF pkt 20**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora, w którym moduł kontroli jakości zawiera dane liczbowe i graficzne oraz wykresy Levy-Jeningsa i X-barM, wraz ze statystyczną oceną wyników kontroli jakości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 13: Dot. Załącznika nr 5b do SWZ Pakiet nr 2 Odczynniki i analizator CBC+5DIFF pkt 21**

Czy wymagając udziału w zewnętrznej kontroli jakości on-line opartej o materiał do kontroli codziennej producenta, z możliwością uzyskiwania raportów comiesięcznych, potwierdzanych certyfikatem uczestnictwa Zamawiający wymaga, aby program ten umożliwiał otrzymywanie miesięcznych raportów oceny jakości i posiadał akredytację organizatorów badań biegłości ISO 17043?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**PREZES ZARZĄDU**

**KRZYSZTOF KONOPKA**