

Lidzbark Warmiński, dnia 15.02.2024 r.

Nr postępowania: 12/260/ZP/24

Wykonawcy w postępowaniu

### Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę odczynników do równowagi kwasowo- zasadowej wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do badań serologicznych wraz z dzierżawą systemu do oznaczeń metodą mikrokolumnową oraz testów kasetkowych

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania:

**1. Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ, pkt 4 i 5**

Oznaczenia antygenów metodą manualną wykonywane jest dwukrotnie za pomocą dwóch różnych zestawów odczynników diagnostycznych z monoklonalnymi przeciwciałami anty-A i anty-B, anty-D(VI-), anty-D(VI+) w drugim zestawie przeciwciała powinny pochodzić z innych klonów lub innej serii tego samego klonu niż w zestawie pierwszym. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mikrokart żelowych wypełnionych odczynnikami innej serii tego samego klonu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**2. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ formularze asortymentowo – cenowe „część 2 – Serologia.**

Uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wszystkich oferowanych mikrokart, które są pakowane po maksymalnie 50 sztuk, odczynników oraz materiałów zużywalnych z terminem ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy oraz zestawu do codziennej wewnętrznej kontroli jakości z terminem ważności 4-5 tygodni od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.02.2024 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10:05, tym samym termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni tj. do dnia 20.03.2024 r.

**Z poważaniem**

**Grzegorz Bełłowski**