

wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 11.07.2024
EZ/350/61/2024/...514.....

Wg rozdzielnika

Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne
Dotyczy: 61/2024 Zakup i dostawa leków, cytostatyków, opatrunków

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605.), udziela odpowiedzi na pytania:

PYTANIE

Pakiet 25 -pozycja 3 "Czy Zamawiający WYMAGA, aby zaoferowany produkt gąbka kolagenowa pokryta w formie suchej i stałej ludzkim fibrynogenem I ludzką trombiną ; 4,8x4,8x 0,5 pozycja 3 prosi o opakowanie 1 sztuka -60 opakowań czy Zamawiający chce zakupić 60 op. po 2 sztuki (120 sztuk), czy 30 op. po 2 sztuki (60 sztuk). Gąbka ta jest pakowana po 2 sztuki; 1 opakowanie = 2 sztuki

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający gąbki kolagenowej pokrytej w formie suchej i stałej ludzkim fibrynogenem I ludzką trombiną. W pozycji 3, Zamawiający chce kupić 60 op. a 2 szt. (1 op. = 2 szt.)

PYTANIE

Pakiet 28

Czy Zamawiający dopuści w pak. 28 poz. 2 proszek hemostatyczny o gramaturze 5g i zdolności absorpcyjnej 1g proszku na poziomie co najmniej 60ml ? Pozostałe parametry zgodnie z OPZ.

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga proszku hemostatycznego z jednoczesnym działaniem przeciwrzostowym (potwierdzonym certyfikatem CE), a nie proszku hemostatycznego. Dodatkowo wymaga w poz. 2 opakowania 9g co znacznie różni się od op. 5g .

PYTANIE

pakiet 23, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści op.a'10szt.z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider

PYTANIE

pakiet 20, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opaskę uniwersalną z zapinką opakowanie a 10 szt z odpowiednim przeliczeniem.

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

PYTANIE

pakiet 22, poz. 1


Czy Zamawiający dopuści opatrunek maściowy pakowany po 10 szt w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem.

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Z poważaniem,

KIEROWNIK APTEKI


dr hab. n. farm. Katarzyna Regulska

Sporządził: Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia - Sylwia Krzywiak tel. 61/88 50 643, ...644.

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider