



REGON: 910858394

NIP: 8921296985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/TP - 6/2/2023

Nasza data: 12.09.2023 r.

Numer ogłoszenia : BZP nr 2023/ 00384200/01 z dnia 06.09.2023

Termin składania ofert: 14.09.2023 r. godzina 10.00

Wykonawcy - Dostawcy

postępowania przetargowego

ZP/TP- 6/2023

SPROSTOWANIE do pytań i odpowiedzi Nr 2 i 3

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje, że w dniu 08 września.2023 r. wpłynęły zapytania dotyczące postępowania przetargowego pn. „Dzierżawa analizatorów z odczynnikami laboratoryjnymi z podziałem na 2 pakiety „

1. Czy Zamawiający wymaga, aby w przypadku braku odczynników lub ich wycofania oferent gwarantował wykonanie badań w innym laboratorium i dostarczył wyniki do 24 godzin od wysyłki. Odbiór i transport próbek i dostarczenie wyników po stronie Oferenta. Oferent poda dane placówki, z którą ma podpisaną umowę i do której będą wysyłane próbki (oświadczenie od jednostki z którą jest podpisana umowa załączy wraz z ofertą) .
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody
2. Czy Zamawiający wymaga, aby oferent dostarczył certyfikat od producenta potwierdzający wiedzę i doświadczenie osoby aplikacyjnej (doświadczenie min. 3 lata z aplikacją na oferowanym aparacie)
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
3. Czy Zamawiający wymaga, aby oferent dostarczył certyfikat od producenta potwierdzający wiedzę i doświadczenie serwisanta (doświadczenie min. 3 lata z serwisowaniem oferowanego aparatu).
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
4. Dot. pkt. 19 pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści jeden odczynnik do ASO bez autoryzowanej przez producenta aplikacji na oferowany analizator?
ODPOWIEDŹ: TAK
5. Czy Zamawiający wymaga aby elektrody (sód potas, chlorki, referencyjna) będące na wyposażeniu analizatora były nowe i wcześniej nieużywane?
ODPOWIEDŹ: TAK
6. Dot. pkt. 26 Czy Zamawiający wymaga aby przeglądy w tym kit konserwacyjny były dostarczone nieodpłatnie?
ODPOWIEDŹ: TAK
7. Dot. Załącznik Nr 2 do SWZ/ZP/TP -6/2023 Umowa czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 2 pkt. 2 w umowie zgodnie z załącznikiem nr 3a „Wydzierżawiający zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia na własny koszt do siedziby Dzierżawcy oraz do jego bezpłatnego zainstalowania i uruchomienia w konkretnym miejscu przez niego wskazanym, najpóźniej w terminie 3 dni od daty podpisania umowy” -

na „Wydierżawiający zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia na własny koszt do siedziby Dzierżawcy oraz do jego bezpłatnego zainstalowania i uruchomienia w konkretnym miejscu przez niego wskazanym, najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy”

ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę

8. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jaki LIS jest w laboratorium.

ODPOWIEDŹ :INFOMEDICA – ASSECO

9. Prosimy o wyjaśnienie dot. Opisu przedmiotu zamówienia – parametry techniczne, zał. Nr 3A do SWZ, pakiet nr 2

Dotyczy pkt 3 OPZ;

Czy Zamawiający dopuści analizator bez automatycznego zmieniaacza kuwet ?

ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający dopuści

10. Dotyczy pkt 13 OPZ – czy Zamawiający dopuści analizator o wydajności 200 t/godz ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści

11. Zadanie 2

Prosimy o potwierdzenie, iż ze względu na specyfikę oznaczanych parametrów Zamawiający wymaga, aby oferent udokumentował min. 10 instalacji tożsamych urządzeń w placówkach szpitalnych.

ODPOWIEDŹ: Nie wymagamy

Z poważaniem

p.o. Dyrektora SP ZOZ w Rypinie
(-) Monika Tryniszewska - Skarżyńska