

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**Przedmiot zamówienia: GENERATOR z oprogramowaniem do zabiegów wieńcowych i obwodowych**

Wymagane parametry i funkcje			
L.p.	Wymagany parametr /	Warunek graniczny	Punktacja
I.	WYMAGANIA OGÓLNE		
1.	Data produkcji nie później niż 2023 rok	TAK	Brak punktów.
2.	Generator do zabiegów wieńcowych i obwodowych	TAK	Brak punktów.
3.	Kabel łączący balon z generatorem	TAK	Brak punktów.
4.	Generator do wytwarzania fal sonicznych w naczyniach	TAK	Brak punktów.
5.	Mechanizm włączania oznakowany POWER	TAK	Brak punktów.
6.	Mechanizm aktywowania oznakowany THERAPY	TAK	Brak punktów.
7.	Zasilacz do ładowania generatora w zestawie	TAK	Brak punktów.
8.	Wyświetlacz impulsów	TAK	Brak punktów.
9.	Wielkość generatora : - wymiary nie większe niż 28 cm/16 cm/ 30 cm	TAK	Brak punktów.
10.	Waga nie większa niż 3 kg	TAK	Brak punktów.
11.	Instrukcja w języku polskim	TAK	Brak punktów.
12.	Szkolenie personelu wykonana przez przedstawiciela firmy w dniu wstawienia sprzętu	TAK	Brak punktów.