

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dotyczy:**

**Postępowania przetargowego na „Na dostawę łóżek, szafek oraz urządzeń medycznych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala w Legnicy”.**

**znak sprawy: WSzSL/DZ-74/18**

**W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2017. 1579 ze zm), wyjaśniam co następuje:**

**Dotyczy: Pakiet 1 – Łóżko sterowane elektrycznie – 18 szt.**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o wymiarach leża 198 cm x 86 cm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i dopuszcza propozycję Wykonawcy modyfikując jednocześnie SIWZ.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające podstawę o długości ok. 180 cm i szerokości ok. 60 cm dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu? Oferowane parametry wynikają z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta i nie mają negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i dopuszcza propozycję Wykonawcy modyfikując jednocześnie SIWZ.**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 450 mm do 820 mm gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegającą „zeskakiwaniu z łóżka”, nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym pilot będzie posiadał możliwość zablokowania wszystkich funkcji elektrycznych przez personel medyczny, blokada mechaniczna za pomocą kluczyka?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż proponowany parametr mieści się w granicach SIWZ.**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże 4-sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome, leże wypełnione płytami tworzywowymi HPL, 4 płyty na całe leże, płyty gładkie, łatwo demontowalne, lekkie, nadające się do dezynfekcji, płyty zabezpieczone przed przesuwaniami i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające funkcję zaawansowanej „podwójnej autoregresji” (jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda), system teleskopowego odsuwania się

segmentu pleców oraz uda do tyłu podczas podnoszenia segmentów w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga.**

**Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### **Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające koła tworzywowe o średnicy 150 mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół uruchamianą za pomocą jednej dźwigni zlokalizowanej bezpośrednio przy kołach od strony nóg (dźwignia dostępna od strony nóg pacjenta na całej szerokości podstawy, gwarantująca łatwy dostęp z trzech stron np. w windzie)?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i dopuszcza propozycję Wykonawcy modyfikując jednocześnie SIWZ.**

#### **Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac jednostronny?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**


#### **Pytanie nr 9**

Czy zamiast „tworzywowego tabletu nakładanego na barierki” Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w półkę (stolik) mocowaną do szczytu od strony nóg pacjenta, która służy do spożywania posiłków przy łóżku lub karmienia pacjenta, półka (stolik) może być też wykorzystana jako półka na dokumentację medyczną lub podręczne rzeczy pacjenta? Takie rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

#### **Pytanie nr 10**

Czy dla 13 kpl. łóżek Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne metalowe lakierowane, składane wzdłuż ramy leża, nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, barierki boczne składające się z czterech poprzeczek, w celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w dwóch ruchach tj. w sposób świadomy (oburącz) poprzez „odciągnięcie” przycisku zabezpieczającego, a następnie złożenie barierki?



*(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka z barierkami metalowymi)*


**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowany system składania barierek. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Proponowany parametr dotyczący czterech poprzeczek mieści się w granicach SIWZ.**

#### **Pytanie nr 11**

Czy dla 5 kpl. łóżek Zamawiający dopuści łóżko wyposażone standardowo w barierki boczne dzielone, wykonane z wysokiej jakości tworzywa, powodujące zabezpieczenie pacjenta na całej długości leża (bez konieczności stosowania „dodatkowej barierki”) – jak na zdjęciu poniżej?

OH



*(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka z barierkami tworzywowymi na całej długości leża)*

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.**

**Pakiet nr 1 - Łóżko sterowane elektrycznie – 18 szt.**

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża pozwalających na zastosowanie materaca 87 cm x 197 cm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i dopuszcza propozycję Wykonawcy modyfikując jednocześnie SIWZ.**

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 85 x 195 cm, z możliwością przedłużania leża o 200 mm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.**

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o rozstawie kół/wymiarach podwozia 160 x 63 cm?

Zaproponowane parametry nie tylko gwarantują odpowiednią stabilność leża w każdym położeniu, ale też wygodę prowadzenia łóżka i wszelkich prac związanych z opieką nad pacjentem, gdyż personel nie zahacza stopami o koła lub blokadę centralną.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i dopuszcza propozycję Wykonawcy modyfikując jednocześnie SIWZ.**

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pilot z elektryczną funkcją CPR dostępną za pomocą jednego przycisku? Dźwignia do mechanicznej regulacji funkcji CPR znajduje się w typowym miejscu, przy segmencie oparcia pleców.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.**

**Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym gładkimi, tworzywowymi, lekkimi panelami, po jednym panelu w każdym segmencie?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.**

**Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją zaawansowanej autoregresji dla segmentu pleców oraz autoregresją segmentu uda 85 mm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż proponowany parametr mieści się w granicach SIWZ.**

**Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w wygodne w obsłudze, tworzywowe, dzielone barierki boczne z możliwością ich niezależnego opuszczania lub podnoszenia, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża (również w pozycji siedzącej) i niewymagające zastosowania dodatkowych uzupełniających barierek w sekcji nóg?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w wygodne panele sterujące dla pacjenta umieszczone na wysokości wzroku w barierkach bocznych, w miejsce pilota dla pacjenta, który spadając łatwo ulega uszkodzeniom?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie nr 20**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w wygodny, przejezdny blat w miejsce tabletek nakładanych na barierki boczne? Jest to rozwiązanie bardziej samodzielne dla pacjenta i łatwiejsze w przechowywaniu i transporcie.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i dopuszcza propozycję Wykonawcy modyfikując jednocześnie SIWZ.**

**Pakiet nr 2 - Łóżko z ramą ortopedyczną – 1 szt.**

**Pytanie nr 21**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym gładkimi, tworzywowymi, lekkimi panelami, po jednym panelu w każdym segmencie?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie nr 22**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w estetyczne, tworzywowe koła o średnicy 150 mm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i dopuszcza propozycję Wykonawcy modyfikując jednocześnie SIWZ.**

**Pytanie nr 23**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża pozwalających na zastosowanie materaca 87 cm x 197 cm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i dopuszcza propozycję Wykonawcy modyfikując jednocześnie SIWZ.**

**Pytanie nr 24**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 85 x 195 cm, z możliwością przedłużania leża o 200 mm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie nr 25**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w mechanizmy regulacji wysokości, segmentu pleców i uda umieszczone w panelach sterujących w barierkach bocznych na wygodnej wysokości zarówno dla personelu, jak i dla pacjenta?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i dopuszcza propozycję Wykonawcy modyfikując jednocześnie SIWZ.**

**Pytanie nr 26**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją zaawansowanej autoregresji dla segmentu pleców oraz autoregresją segmentu uda 85 mm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż proponowany parametr mieści się w granicach SIWZ.**

**Pytanie nr 27**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w podwójną ramę ortopedyczną wykonaną ze stali nierdzewnej?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i dopuszcza propozycję Wykonawcy modyfikując jednocześnie SIWZ.**

**Pakiet nr 3 – Szafka przyłóżkowa – 28 szt.**

**Pytanie nr 28**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości całkowitej 520 mm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i dopuszcza propozycję Wykonawcy modyfikując jednocześnie SIWZ.**

**Pytanie nr 29**

Czy Zamawiający skoryguje tabelę parametrów dla szafki przyłóżkowej, ponieważ powtarza się w niej punktowany parametr, powodując ewentualne dwukrotne przyznanie 5 pkt. za tę samą funkcję? Chodzi o pkt. 8 i pkt.14, które mają takie samo brzmienie.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i dopuszcza propozycję Wykonawcy modyfikując jednocześnie SIWZ.**

**Pytanie nr 30**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową składającą się z dwóch szuflad, półki na prasę pomiędzy nimi, zamiast szuflady górnej i półki zamykanej drzwiczkami? Proponowane rozwiązanie jest wygodniejsze zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego, gwarantuje nieograniczony dostęp do każdego miejsca w szafce oraz łatwe czyszczenie dzięki odejmowanym tworzywowym wkładom w szufladach.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i dopuszcza propozycję Wykonawcy modyfikując jednocześnie SIWZ.**

**Pytanie nr 31**

Czy Zamawiający przyzna za szafkę złożoną z dwóch szuflad, opisaną w pytaniu nr 3, również 5 punktów za funkcjonalność i wygodę używania i dezynfekcji?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Uwaga:**

1. Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
2. Zmiany związane z pozytywnie udzieloną odpowiedzią wprowadzono czcionką koloru czerwonego.
3. Zamawiający wskazuje, iż przy składaniu oferty w formularzu ofertowym, w kolumnie „opis oferowanego przedmiotu zamówienia” należy, w przypadku braku modyfikacji formularza ofertowego, dokładnie określić oferowany parametr, a także powołać się na numer pozytywnie udzielonej odpowiedzi.

**Z poważaniem,**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy

*mgr Krystyna Barcik*