



Słupsk, dnia 06.11.2023 r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa sprzętu i akcesoriów oraz dzierżawa aparatu do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji”- nr postępowania 106/TP/2023**

Na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy ?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 3:**

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru Umowy następujących zapisów:  
„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy: CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY § 7 ust. 1 – 5 Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2,5% wartości niezrealizowanej części umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust. 1) zwłoki w dostawie.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1,5% czynszu dzierżawnego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie i zainstalowaniu przedmiotu dzierżawy.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości.

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy: Część IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 106/TP/2023 - Część nr 1 Dzierżawa aparatu do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji poz. 1:

Czy zamawiający dopuści pneumatyczny napęd noża – z dwoma liniami w tym jedną zasilającą linią pneumatyczną oraz drugą linią powrotną?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy: Część IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 106/TP/2023 - Część nr 1 Dzierżawa aparatu do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji poz. 5: Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości regulacji cyklu pracy noża, tj. czasu otwarcia i zamknięcia portu aspiracyjnego, niezależnie od ilości cięć ale w zamian z możliwością zastosowania noża podwójnie tnącego ?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy: Część IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 106/TP/2023 - Część nr 1 Dzierżawa aparatu do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji poz. 8: Czy zamawiający dopuści aparat z systemem utrzymującym stabilne ciśnienie w gałce ocznej polegającym na kontroli wartości podciśnienia i automatycznej kompensacji wartości infuzji w każdym momencie zabiegu ?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy: Część IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 106/TP/2023 - Część nr 1 Dzierżawa aparatu do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji poz. 10:

Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości regulacji przepływu w trybie witrektomii 20G ale za to z możliwością regulacji szybkości narastania podciśnienia oraz sposobu ładowania podciśnienia?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy: Część IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 106/TP/2023 - Część nr 1 Dzierżawa aparatu do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji poz. 11: Czy zamawiający dopuści aparat ze sztywną kasetą o pojemności 300 ml z możliwością opróżnienia kasety (wymagająca chwilowego wyjęcia kasety) podczas procedury zabiegowej?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy: Część IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 106/TP/2023 - Część nr 1 Dzierżawa aparatu do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji poz. 13: Czy zamawiający

dopuszcza aparat bez automatycznego rozpoznania rodzaju podłączonego światłowodu ale za to z możliwością podłączenia światłowodów typu dual oraz w rozmiarze 29G?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 11:**

Dotyczy: Część IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 106/TP/2023 - Część nr 1 Dzierżawa aparatu do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji poz. 17: Czy zamawiający dopuści aparat bez głowicy do fakoemulsyfikacji generującej ultradźwiękowy ruch końcówki w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej do osi głowicy z możliwością niezależnego ustawienia pracy w poszczególnych płaszczyznach - np. możliwość całkowitego wyłączenia ruchu wzdłużnego z zachowaniem ruchu poprzecznego do osi głowicy natomiast z głowicą generującą ultradźwiękowy ruch końcówki w płaszczyźnie wzdłużnej i posiadającą możliwość włączenia modulacji fali ultradźwiękowej zwiększającej bezpieczeństwo pracy głowicy?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 12:**

Dotyczy: Część IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 106/TP/2023 - Część nr 1 Dzierżawa aparatu do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji poz. 18: Czy zamawiający dopuści aparat z częstotliwością pracy głowicy do fakoemulsyfikacji (kHz) wynoszącą 28,5 kHz co zapobiega nadmiernemu wydzielaniu ciepła podczas pracy głowicy i znacząco zmniejsza ryzyko poparzeń endothelium rogówki?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 13:**

Dotyczy: Część IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 106/TP/2023 - Część nr 1 Dzierżawa aparatu do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji poz. 19: Czy zamawiający dopuści aparat z możliwością pracy w trybie pulsacyjnym (pulsów/sekundę) w szerszym zakresie niż wymagany czyli w zakresie od 1 do 250?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 14:**

Dotyczy: Część IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 106/TP/2023 - Część nr 1 Dzierżawa aparatu do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji poz. 20: Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości regulacji przepływu w trybie fakoemulsyfikacji ale za to z możliwością regulacji szybkości narastania podciśnienia oraz sposobu ładowania podciśnienia?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 15:**

Dotyczy: Część IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 106/TP/2023 - Część nr 1 Dzierżawa aparatu do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji poz. 22: Czy zamawiający dopuści aparat z wbudowanym laserem 532nm obsługiwany z jednego panelu dotykowego i z jednego, zintegrowanego przełącznika nożnego (brak konieczności przestawiania sterowników nożnych podczas zabiegu) o mocy 50-2000 mW?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 16:**

Dotyczy: Część IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 106/TP/2023 - Część nr 1 Dzierżawa aparatu do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji poz. 23:

Czy zamawiający dopuści aparat bez modułu pneumatycznego zasilania mikronarzędzi, np. mikronożyczek?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 17:**

Dotyczy: Część IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 106/TP/2023 - Część nr 1 Dzierżawa aparatu do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji poz. 24:

Czy zamawiający dopuści aparat bez funkcji automatycznego napełniania strzykawki gazem medycznym za pośrednictwem aparatu umożliwiającej wykonanie całej czynności napełnienia i śródzabiegowego podania do oka przez instrumentariuszkę czystą lub chirurga bez konieczności angażowania instrumentariuszki pomocniczej (niesterylnej)?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 18:**

Dotyczy: Część IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 106/TP/2023 - Część nr 1 Dzierżawa aparatu do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji poz. 25:

Czy zamawiający dopuści aparat wymagający chwilowego przerwania pracy noża do witrektomii oraz aspiracji (chwilowego wstrzymania zabiegu operacyjnego) na czas zmiany butelki z płynem infuzyjnym?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 19:**

Dotyczy: Część IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 106/TP/2023 - Część nr 1 Dzierżawa aparatu do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji poz. 26:

Czy zamawiający dopuści aparat z możliwością ręcznego przełączenia podawania płynu i powietrza przez kaniulę infuzyjną za pomocą przełącznika znajdującego się w wygodnej pozycji (tuż za linią infuzyjną)?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 20:**

Dotyczy: Część IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 106/TP/2023 - Część nr 1 Dzierżawa aparatu do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji poz. 32:

Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości zmiany wielkość refluku regulowanej liniowo przez operatora poprzez przełącznik nożny za to z możliwością wyboru spośród min. 3 różnych rodzajów refluku ?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 21:**

Dotyczy: Część IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 106/TP/2023 - Część nr 1 Dzierżawa aparatu do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji poz. 33:

Czy zamawiający dopuści aparat dający możliwość zapisu na urządzeniu USB (pendrive) informacji o poszczególnych zabiegach (np. ilość strzałów lasera, czas i średnia moc ultradźwięków, czas witrektomii) a następnie ich wydrukowania z urządzenia USB (pendrive)?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 22:**

Dotyczy: Część IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 106/TP/2023 - Część nr 1 Dzierżawa aparatu do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji poz. 35:

Czy zamawiający dopuści aparat z możliwością podłączenia zewnętrznego modułu pozwalającego na wyświetlanie aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie zewnętrznego monitora podłączonego do kamery w mikroskopie operacyjnym?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 23:**

Dotyczy: Część IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 106/TP/2023 - Część nr 2 – Dekalina / olej silikonowy poz. 1: Czy zamawiający dopuści fluorowany w 100% perfluorokarbon dziesięciowęglowy , gęstość: 1,93 g/cm sześcienny, współczynnik refrakcji: 1,31 ( 20°C), temperatura wrzenia:141 st. C., lepkość: 0,8 mPas (25 st. C), naprężenie powierzchniowe: 8,8 mBar w opakowaniu fiolka: 5ml, opakowanie zawiera strzykawkę i sterylną kaniulę 20G ?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 24:**

Dotyczy: Część IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 106/TP/2023 - Część nr 2 – Dekalina / olej silikonowy poz. 2: Czy zamawiający dopuści fluorowany w 100% perfluorokarbon dziesięciowęglowy , gęstość: 1,93 g/cm sześcienny, współczynnik refrakcji: 1,31 ( 20°C), temperatura wrzenia:141 st. C., lepkość: 0,8 mPas (25 st. C), naprężenie powierzchniowe: 8,8 mBar w opakowaniu fiolka: 7ml, opakowanie zawiera strzykawkę i sterylną kaniulę 20G ?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 25:**

Dotyczy: Część IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 106/TP/2023 - Część nr 2 – Dekalina / olej silikonowy poz. 3: Czy zamawiający dopuści sterylny i apirogeny w gotowych do użyci szklanych strzykawkach olej silikonowy: lepkość (25 st.C.) 1000 mPas, gęstość (22 st.C.) 0,98 g/cm sześcienny, wskaźnik refrakcji (20 st.C.) 1,4, objętość 10 ml ?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 26:**

Dotyczy: Część IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 106/TP/2023 - Część nr 4 – Roztwór płuczący / metyloceluloza, poz. 1: Czy zamawiający dopuści zrównoważoną sól fizjologiczną, sterylną (BSS) , stosowaną w okulistyce butelka plastikowa (o sztywnych ściankach) lub szklana 500ml umożliwiającą zawieszenie na statywie?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 27:**

Dotyczy: Część IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 106/TP/2023 - Część nr 4 – Roztwór płuczący / metyloceluloza, poz. 2: Czy zamawiający dopuści 2% metylocelulozę o właściwościach dyspersyjnych, masa cząsteczkowa 86 000 daltonów, Lepkość (5s -1) 3 200 mPa·s Osmolarność 265-300 mOsmol/l pH 6,8-7,6, Pojemność ampułkostrzykawką 2,5 ml, dołączona kaniula 23G ?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 28:**

Dotyczy: Część IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 106/TP/2023 - Część nr 1 Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji, poz. 2:

Czy zamawiający dopuści zestaw jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów, materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji o poniższym składzie:

**ZESTAW DO WYKONANIA PROCEDURY WITREKTOMII 23G**

– zestaw z kasetą kompatybilny z aparatem w składzie: kasetka 23G do procedury łączonej 1 szt.

- nóż do witrektomii 7500 cięć/min 1 szt.
  - oświetlacz prosty 23 Ga 1 szt.
  - linia ekstruzyjna 1 szt.
  - trokary 23Ga z zaworkami 3 szt.
  - kaniuła infuzyjna 1 szt.
  - obłożenie na panel przedni 1 szt.
  - Obłożenie na tacę aparatu 1 szt.
  - Obłożenie na pilot sterujący 1 szt.
  - 3-drożny zawór odcinający 1 szt.
  - zestaw do kroplówki 1 szt.
  - dodatkowe zatyczki do trokarów 3 szt.
  - komora testująca 1 szt.
  - zatyczka do kasety 1 szt.
  - osłonka na tip min. 1 szt.
  - łącznik (luer) typu male 1 szt.
  - spike do butelki 1 szt.
  - kluczyk do tipu 1 szt.
- kaniuła 27G - prosta 4 szt.
- obłożenie stolika instrumentarium, które jest jednocześnie opakowaniem pakietu 1 szt.
- obłożenie pacjenta 100x120 z 2 workami odpływowymi 1 szt.
- filtr do gazu 1szt.
- osłonka na oko 1 szt.
- miseczka min. 100 ml - 1 szt
- zestaw sączków odprowadzających płyn do worka 1 zest.
- strzykawka 20 ml 2 szt
- fartuch XL 1 szt.
- fartuch L 1 szt.
- oczniki 2 szt.
- gaziki 5x5 - 15 szt.
- gaziki 10x10 - 5 szt.
- przylepce 4 szt.
- strzykawka 3ml, 3-częściowa 4 szt.
- strzykawka 5ml, 3-częściowa 1 szt.
- rękawiczki (do fartuchów) 3 szt.
- patyczki do masażu portów po wyjęciu kaniuli 1zest.
- Gąbka lub ręczniczek do czyszczenia narzędzi 1 szt.
- mankiety na fotel operatora 2 szt.
- igła iniekcyjna 0,5 1 szt.
- igła iniekcyjna 0,4 1 szt.

- igła iniekcyjna 1,2 3 szt.
- igły iniekcyjne 0,8 2 szt.
- kaniula prosta z silikonową końcówką 23Ga 3 szt.
- zestaw do podawania oleju z kaniulą 23 G, 25G oraz kaniulą do odsysania oleju - 1 zestaw
- sonda do endolaseru 23Ga zagięta 1 szt.
- igła fletowa z silikonową końcówką 23 G - 1 szt
- mikrostrzałki 5 szt.
- rękawice chirurgiczne bezpudrowe- po jednej parze 7,0; 8,0; 2 pary 7,5?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 29:**

Dotyczy: Część IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 106/TP/2023 - Część nr 1 Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji, poz. 3:

Czy zamawiający dopuści zestaw jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów, materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji o poniższym składzie:

**ZESTAW DO WYKONANIA PROCEDURY WITREKTOMII 25 G**

-zestaw z kasetą kompatybilny z aparatem w składzie: kasetka 25G do procedury witrektomii

1 szt.

- nóż do witrektomii 7500 cięć/min 1 szt.
- oświetlacz prosty 25 Ga 1 szt.
- linia ekstruzyjna 1 szt.
- trokary 25Ga z zaworkami 3 szt.
- kaniula infuzyjna 1 szt.
- obłożenie na panel przedni 1 szt.
- Obłożenie na tacę aparatu 1 szt.
- Obłożenie na pilot sterujący 1 szt.
- 3-drożny zawór odcinający 1 szt.
- zestaw do kroplówki 1 szt.
- **• dodatkowe zatyczki do trokarów 3 szt.**
- zatyczka do kasety 1 szt.
- łącznik (luer) typu male 1 szt.
- spike do butelki 1 szt.

- kaniula 27G - prosta 4 szt.

- obłożenie stolika instrumentarium, które jest jednocześnie opakowaniem pakietu 1 szt.

- obłożenie pacjenta 100x120 z 2 workami odpywowymi 1 szt.

- osłonka na oko 1 szt.

- miseczka min. 100 ml - 1 szt

- zestaw sączków odprowadzających płyn do worka 1 zest.

- strzykawka 20 ml 2 szt

- fartuch XL 1 szt.

- fartuch L 1 szt.

- ocniki 2 szt.

- filtr do gaza 1 szt.

- gaziki 5x5 - 15 szt.

- gaziki 10x10 - 5 szt.
- przylepce 4 szt.
- strzykawka 3ml, 3-częściowa 4 szt.
- strzykawka 5ml, 3-częściowa 1 szt.
- ręczniki (do fartuchów) 3 szt.
- patyczki do masażu portów po wyjęciu kaniuli 1zest.
- gąbka lub ręczniczek do czyszczenia narzędzi 1 szt.
- mankiety na fotel operatora 2 szt.
- igła iniekcyjna 0,5 1 szt.
- igła iniekcyjna 0,4 1 szt.
- igła iniekcyjna 1,2 3 szt.
- igły iniekcyjne 0,8 2 szt.
- kaniula prosta z silikonową końcówką 25Ga 3 szt.
- sonda do endolaseru 25Ga zagięta 1 szt.
- Pęseta typu ILM 25G lub równoważna 1 szt.
- igła fletowa z silikonową końcówką 25 G - 1 szt
- mikrostrzałki 5 szt.
- rękawice chirurgiczne bezpudrowe- po jednej parze 7,0; 8,0; 2 pary 7,5?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 30:**

Dotyczy: CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY DZIERŻAWY

UMOWA DZIERŻAWY Nr 106/TP/2023 - dla Części nr 1 - § 3 pkt. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu przystąpienia do naprawy nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza czas przystąpienia do naprawy do 48 godzin roboczych, przy utrzymaniu czasu naprawy nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych

**Pytanie nr 31:**

Pytanie 1 dotyczy . Część 1 poz. 2, 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie możliwości złożenia oferty oraz dostawy zestawów operacyjnych opisanych w części 1 poz. 2, 3= z terminem ważności nie krótszym niż 3/4 nominalnego okresu ważności (tj. z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy). Dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy w przypadku zestawów, dla których nominalny termin ważności (od momentu zakończenia sterylizacji do końca okresu ważności zestawu) wynosi 12 miesięcy nie jest możliwe do realizacji. Wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia produkowane są poza granicami kraju i z uwagi na transport oraz inne względy logistyczne spełnienie powyższego wymogu nie możliwe. Dlatego bardzo proszę jak we wstępie.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Treść § 5 ust. 1 Wzoru Umowy: Treść ust. 1 dotyczący części nr 1: Wykonawca oświadcza, iż dostarczony towar posiada okres ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia jego dostawy, w poz. 2 i 3 asortyment z terminem ważności nie krótszym niż ¾ nominalnego okresu ważności. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia z terminem przydatności do użycia krótszym niż 12 miesięcy tylko w przypadku uzyskania przez Wykonawcę zgody Zamawiającego.

**Pytanie nr 32:**



Pytanie 2, dot. opis przedmiotu zamówienia część 1, dzierżawa aparatu, warunki gwarancji:  
Czy Zamawiający zgodzi się na: czas reakcji serwisu do 24 godzin roboczych od zgłoszenia awarii (zamiast: Czas reakcji serwisu – do 60 min. od chwili zgłoszenia).

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 33:**

Pytanie 3, dot. opis przedmiotu zamówienia część 1, dzierżawa aparatu, warunki gwarancji:  
Czy Zamawiający zgodzi się na: Czas przystąpienia do naprawy do 48 godzin roboczych, przy utrzymaniu czasu naprawy nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych (zamiast Czas przystąpienia do naprawy – do 24 godz. od chwili zgłoszenia)

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 34:**

Pytanie 4, dot. opis przedmiotu zamówienia część 1, dzierżawa aparatu, warunki gwarancji:  
Czy Zamawiający zgodzi się na: Możliwość zgłaszania awarii faxem/ mail'em przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu oraz przez kontakt telefoniczny w godzinach roboczych przez 5 dni w tygodniu (zamiast: Dostępność serwisu – ciągła, przez cały czas trwania umowy -możliwość zgłaszania awarii przez 24 godz. / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy).

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 35:**

Pytanie 5, dot. części 1, dzierżawa aparatu:

Czy Zamawiający dopuści aparat używany o roku produkcji 2016 , przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 36:**

Pytania odnośnie do treści projektu umowy zawartego w SWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na określenie wszystkich terminów w umowie w jednostkach (dniach/godzinach) roboczych?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie pracuje w weekendy ani w dni ustawowo wolne od pracy, wobec czego tylko w dni robocze może realnie wykonywać obowiązki wynikające z umowy, termin na realizację powinien zaś być tożsamy niezależnie od tego, kiedy rozpoczyna bieg.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 37:**

Pytania odnośnie do treści projektu umowy zawartego w SWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w treści §3 ust. 2 umowy, że Zamawiający zrealizuje umowę w min. 80% jej wartości i w tym zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o realizację umowy?

Uzasadnienie:

Zagwarantowanie Wykonawcy realizacji umowy na poziomie niższym niż 80% uniemożliwia mu racjonalne skalkulowanie oferty i należytą ocenę ryzyka, co byłoby niekorzystne dla każdej ze stron. W ww. zakresie Wykonawcy powinno służyć roszczenie o realizację umowy, bowiem w innym przypadku ochrona interesów Wykonawcy byłaby w zasadzie jedynie iluzoryczna.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 38:**

Pytania odnośnie do treści projektu umowy zawartego w SWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w treści §3 ust. 6-9 umowy, że prawo dokonania zakupu zastępczego i obciążenia Wykonawcy różnicą w cenie oraz naliczenia kar umownych będzie przysługiwało Zamawiającemu tylko w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę zaś kary będą należne tylko do czasu wykonania dostawy przez dostawcę zastępczego?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za okoliczności, na które nie ma wpływu i które nie są przez niego zawinione, wobec czego brak jest podstaw do tego, by ponosił koszty różnicy w cenie w każdym przypadku niedostarczenia zamówionych towarów. Co więcej zgodnie z art. 433 pkt 1 ustawy PZP Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za opóźnienie (a jedynie za zwłokę). Naliczanie kar umownych powinno też być dopuszczalne jedynie w okresie do chwili dostarczenia brakujących produktów przez podmiot trzeci w ramach dostawy zastępczej – w innym bowiem wypadku kary te byłyby naliczane do momentu osiągnięcia limitu umownego, co byłoby dla Wykonawcy krzywdzące i niesprawiedliwe.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 39:**

Pytania odnośnie do treści projektu umowy zawartego w SWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §5 ust. 5-6 projektu umowy, że:

1. czas rozpatrzenia reklamacji co do jakości towaru rozpocznie bieg z chwilą otrzymania od Zamawiającego reklamowanego asortymentu oraz zgłoszenia reklamacyjnego – oraz, że w takim samym terminie nastąpi skutek uznania reklamacji w przypadku braku odpowiedzi;
2. wymianie podlegać będą jedynie wadliwe towary dostarczone w ramach danej dostawy?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie ma możliwości rozpatrzenia reklamacji co do jakości towaru bez jego naocznego zbadania, wobec czego termin na jej załatwienie powinien rozpoczynać bieg dopiero z chwilą otrzymania nie tylko zgłoszenia reklamacyjnego, lecz także objętego zgłoszeniem towaru – w przeciwnym bowiem wypadku część terminu byłaby w zasadzie niemożliwa do wykorzystania. Co więcej, w przypadku wad, wymianie na wolne od wad powinny podlegać jedynie towary noszące wady – brak jest podstaw do wymiany całej dostaw w przypadku, gdy wady dotyczą tylko części asortymentu.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 40:**

Pytania odnośnie do treści projektu umowy zawartego w SWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z treści umowy terminu na wystawienie oraz na dostarczenie faktury Zamawiającemu przez Wykonawcę?

Uzasadnienie:

Terminy wystawiania faktur są regulowane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, które nie mogą być modyfikowane w drodze postanowień umownych. Wykonawca nie ma obowiązku wystawiać faktury w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W kwestii terminu doręczenia faktur należy zaś wskazać, że przepis art. 8a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przewiduje wprost zakaz regulowania ww. kwestii w umowie: Strony transakcji handlowej nie mogą

ustalać daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 41:**

Pytania odnośnie do treści projektu umowy zawartego w SWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §7 ust. 2-5 projektu umowy, że:

3. kara określona w ust. 2 będzie naliczana od wartości towaru niedostarczonego w terminie;
4. kara określona w ust. 3 zostanie obniżona do 1% wartości czynszu dzierżawnego;
5. kara określona w ust. 4 naliczana będzie od wartości towaru wadliwego i niewymienionego w terminie na wolny od wad;
6. kara określona w ust. 5 naliczana będzie od wartości towaru wadliwego i niewymienionego w terminie na wolny od wad;
7. kary umowne naliczane za każdy dzień będą naliczane nie dłużej niż przez okres 20 dni?

Uzasadnienie:

- Kary umowne powinny być naliczane w oparciu o wartość wadliwie zrealizowanej części umowy lub danego zamówienia – w przeciwnym wypadku byłyby niezasadnie zawyżone, co naraziłoby Wykonawcę na bezpodstawną szkodę.

- W ocenie Wykonawcy górny limit naliczania kar umownych powinien być ustanowiony dodatkowo osobno dla każdego uchybienia, tj. każdej zwłoki w realizacji zobowiązań. W przeciwnym wypadku jedno dłuższe uchybienie po stronie Wykonawcy mogłoby skutkować naliczeniem kary umownej przekraczającej wartość danego pojedynczego świadczenia.

- Wykonawca prosi też o obniżenie kar umownych – kary w kwotach proponowanych przez Zamawiającego są rażąco wygórowane, co skutkuje powstaniem po stronie Wykonawcy roszczenia o miarkowanie kar w przypadku sporu sądowego. Kara umowa nie może stanowić źródła wzbogacenia się jednej strony kosztem drugiej strony danego stosunku prawnego.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 42:**

Pytania odnośnie do treści projektu umowy zawartego w SWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie w §3 ust. 3 umowy, że zmiana ceny brutto spowodowana zmianą ustawowej stawki VAT nastąpi z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów prawa i nie wymaga zawarcia przez strony aneksu do umowy?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie ma wpływu na obowiązującą stawkę podatku VAT ani na zmianę przepisów regulujących jej wysokość, nie może też wystawić faktury z nieobowiązującą stawką, wobec czego prosi, by zmiana umowy w tym zakresie następowała bez konieczności wdrażania procedury informacyjnej wobec Zamawiającego i zawierania przez strony aneksu do umowy. Treść obowiązujących przepisów i zmian do nich stanowi wiedzę powszechną i nie wymaga szczegółowego informowania Zamawiającego przez Wykonawcę. Ponadto, Zamawiający mógłby celowo uchylać się od zawarcia aneksu do umowy po to, by Wykonawca był obciążony dodatkowymi kosztami, które powinny obciążać Zamawiającego.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 43:**

Pytania odnośnie do treści projektu umowy zawartego w SWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie w §8 ust. 3 umowy klauzul dot. rabatów, upustów i innych korzystniejszych warunków realizacji umowy?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie ma obowiązku oferować korzystniejszych warunków realizacji umowy ani zapewniać Zamawiającemu możliwości skorzystania z rabatów i upustów oferowanych przez producentów – oferta Wykonawcy stanowi najkorzystniejszą (zwycięską) ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest wynikiem szczegółowej analizy rynku i kalkulacji ryzyka – zarówno w zakresie obniżek, jak i podwyżek na rynku producenckim. Funkcję waloryzacji wynagrodzenia (zarówno na plus, jak i na minus) pełnią stosowne klauzule przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia w sytuacji zmiany kosztów realizacji umowy.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 44:**

Pytania odnośnie do treści projektu umowy zawartego w SWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §8 ust. 3 umowy, że:

1. zmiana cen umownych będzie dopuszczalna, gdy nastąpi zmiana cen materiałów lub kosztów na poziomie min. 4% w stosunku do wartości z chwili ustalenia ceny ofertowej;
2. łączna maksymalna wartość wzrostu wynagrodzenia wskutek waloryzacji zostanie określona na poziomie 15% wartości pierwotnego wynagrodzenia umownego?

Uzasadnienie:

- Określenie w umowie poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniającego strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia jest wymogiem wynikającym z art. 439 ust. 2 pkt 1 ustawy PZP, wobec czego Wykonawca prosi o uzupełnienie umowy w ww. zakresie.

- W ocenie Wykonawcy, aktualna treść projektu umowy nie zapewnia wystarczającego zabezpieczenia interesów stron, dlatego próg sumy wszystkich zmian w ramach stosowania ww. klauzuli powinien zostać podwyższony do 15%.

- Mając na względzie zmiany na rynku widoczne obecnie, wskazane przez Zamawiającego w treści projektu umowy parametry narażają Wykonawcę na szkodę. Należy także podkreślić, że ww. zmiany dotyczyć mają zarówno podwyżki, jak i obniżki cen – w zależności od sytuacji na rynku – w związku z czym ww. zmiany będą korzystne dla każdej ze stron umowy.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 45:**

Istotne postanowienia umowy dzierżawy

Czy Zamawiający zgodzi się na określenie wszystkich terminów w umowie w jednostkach (dniach/godzinach) roboczych?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie pracuje w weekendy ani w dni ustawowo wolne od pracy, wobec czego tylko w dni robocze może realnie wykonywać obowiązki wynikające z umowy, termin na realizację powinien zaś być tożsamy niezależnie od tego, kiedy rozpoczyna bieg.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 46:**

Istotne postanowienia umowy dzierżawy

Czy Zamawiający zgodzi się na zastrzeżenie w treści umowy, że Wykonawca:

1. będzie zobowiązany do naprawienia szkody powstałej podczas transportu, montażu lub instalacji przedmiotu zamówienia w budynku;
  2. uwzględnił w ofercie koszty serwisu (tj. przeglądy, naprawy, części zamienne, koszty związane z dostarczaniem i eksploatacją urządzenia zastępczego oraz koszty dojazdu);
- tylko w takim zakresie, w jakim nie są one spowodowane zawinionym postępowaniem Zamawiającego?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może ponosić kosztów wynikłych wskutek wadliwego postępowania Zamawiającego lub personelu Zamawiającego, wobec czego – dla zapewnienia ochrony swoich uzasadnionych i słusznym interesów – prosi o wprowadzenie do umowy zastrzeżenia j.w. Pozwoli to na zachowania równowagi kontraktowej stron, bez pokrzywdzenia Zamawiającego, przy jednoczesnym zabezpieczeniu Wykonawcy.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 47:**

Istotne postanowienia umowy dzierżawy

Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w treści projektu umowy, że Zamawiający zobowiązany jest do nieprzekazywania przedmiotu dzierżawy osobom trzecim – niezależnie od podstawy przekazania – oraz, że naprawi wszelkie ewentualne szkody wynikłe z naruszenia ww. obowiązku?

Uzasadnienie:

Dzierżawa stanowi posiadanie zależne, wobec czego Dzierżawca nie jest uprawniony do władania przedmiotem dzierżawy jak właściciel i dlatego też nie może samodzielnie decydować o jego przekazaniu do osób trzecich – taka czynność powinna być dopuszczalna jedynie w przypadku wyrażenia na to zgody przez Wykonawcę. Zamawiający powinien też naprawić wszystkie szkody powstałe wskutek naruszenia ww. zakazu.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 48:**

Istotne postanowienia umowy dzierżawy

Wykonawca prosi o wskazanie, czy Zamawiający przewiduje zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z obowiązkiem Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia szkolenia w ramach dzierżawy urzędnika – wraz z podaniem uzasadnienia oraz podstaw prawnych zajętą stanowiska.

Uzasadnienie:

W przypadku, gdy przeprowadzenie szkolenia, miałyby się wiązać z ujawnieniem danych osobowych personelu Zamawiającego, należy rozważyć, czy w niniejszym przypadku nie dojdzie do powierzenia przetwarzania danych osobowych – w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zostanie zawarta z Wykonawcą w razie zaistnienia potrzeby.

**Pytanie nr 49:**

Pytanie do część 1 poz 2 Zestaw do wykonania procedury witrektomii 23G:

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający w składzie nóż do witrektomii 10 tyś cięć/min oraz nie zawierający sondy do endolaser 23G, przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 50:**

Pytanie do część 1 poz 3 Zestaw do wykonania procedury witrektomii 25G

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający w składzie nóż do witrektomii 10tyś cięć/min, przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 51:**

Czy Zamawiający w Części 4 poz. 2 dopuści metylocelulozę o następujących parametrach: lepkość: 3.000-5.000 mPa.s, osmolarność: 270-400 mOsmol/kg, pH 6.8 – 7.6, z załączona kaniulą 23G?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 52:**

Dotyczy części nr 4 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie roztworu w sztywnej plastikowej butelce.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 53:**

Dotyczy części nr 5, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści również metylocelulozę o masie cząsteczkowej powyżej 80 000 Da, lepkości 5250-8750 mPas, pH: 6.8-7.6 z kaniulą 23G?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

  
**KIEROWNIK**  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
**Piotr Feszak**