



Grudziądz, dnia 03.09.2024 r.

ZP- 2167/24

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych oraz elektromedycyny dla Szpitalnego Sklepu Medycznego (znak sprawy Z/61/PN/24).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**dostawy sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych oraz elektromedycyny dla Szpitalnego Sklepu Medycznego**” (znak sprawy Z/61/PN/24) wpłynęło zapytanie do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1:

Zadanie 6 Dostawa sprzęt medyczny do pomiaru saturacji w warunkach domowych

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o następujących parametrach:

- *Dokładny pomiar saturacji (SpO2) oraz tętna*
- *Kompaktowy i prosty w obsłudze*
- *Status zużycia baterii i alarm niskiej mocy*
- *Niski pobór mocy, ponad 30 godzin ciągłej pracy na bateriach*
- *Dźwiękowe i wizualne alarmy niskiej saturacji (85%) oraz wysokiego (120bpm) i niskiego pulsu (50bpm)*
- *Wyświetlanie SpO2, PR, PI, krzywej pletyzmograficznej pulsu*
- *Automatyczne wyłączanie*

Pomiar saturacji (SpO2)

Zakres pomiaru 35%-100%

Dokładność pomiaru $\leq 3\%$ przy 70% -100%

<70%, nie określono

Rozdzielczość 1%

Alarm niskiej saturacji: 85% (domyślnie);, zakres alarmu 85-95%

Pomiar częstotliwości tętna (PR)





Zakres pomiaru 30 -240bpm

Dokładność pomiaru ± 2 bpm lub $\pm 2\%$ (w zależności od tego, która wartość jest większa)

Rozdzielczość 1bpm

Alarm Wysokiego pulsu: 120bpm (domyślnie), zakres alarmu 100-240 bpm

Niskiego pulsu: 50bpm (domyślnie), zakres alarmu 30-60 bpm

Wskaźnik perfuzji 0% -20%

Parametry

Zasilanie 2 x baterie AAA

Wymiary 66 × 36 × 33 mm

Wyświetlacz OLED o rozdzielczości 128x64px, 4 kierunki wyświetlania

Waga ok. 60g

Środowisko pracy

Temperatura 5-40°C

Wilgotność 30-80%

Ciśnienie atmosferyczne 70-106 kPa

Przechowywanie i transport

Temperatura -20°C-60°C

Wilgotność 10-95%

Ciśnienie atmosferyczne 50-107,4 kPa

Smycz do powieszenia na szyi.



Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 6 jak poniżej.**

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**dostawy sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych oraz elektromedycyny dla Szpitalnego Sklepu Medycznego**” (znak sprawy Z/61/PN/24), w następującym zakresie:



– w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 6 zastępując nową treścią Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 6 jak w załączeniu

Powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pozostaje bez zmian.

Wykonawca przy składaniu oferty powinien uwzględnić powyższą modyfikację poprzez:
złożenie wypełnionego dokumentu po modyfikacji

lub

naniesienie poprawek w ramach powyższej modyfikacji poprzez skreślenie i wpisanie właściwej treści lub dopisanie zmodyfikowanego opisu.