

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania

„Obsługa serwisowa systemu pośredniej radiografii cyfrowej AGFA, skanera CR 15-X wraz ze stacją technika CR NX” Znak sprawy: ZP/73/ZCO/2024

Działając zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ „Wzór umowy”, par. 8, ust. 1.

W załączniku nr 3 do SWZ „Wzór umowy”, par. 8 ust. 1 Zamawiający piszę, że: „Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2027/745 w sprawie wyrobów medycznych albo rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (o ile dotyczy) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, oraz zgodnie z instrukcjami serwisowymi urządzeń oraz zaleceniami producenta, w szczególności co do zakresu przeprowadzania przeglądów, konserwacji i kontroli bezpieczeństwa oraz czynności, które powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób, mienia i bezpieczeństwo pożarowe”.

W nawiązaniu do powyższego prosimy o potwierdzenie, czy oznacza to, że przegląd ma być wykonany przez serwisanta posiadającego aktualny certyfikat producenta uprawniający go do świadczenia usług w przedmiotowym zakresie odnoszącym się do systemu pośredniej radiografii cyfrowej CR15-X produkcji Agfa NV.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe lecz nie wymaga.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Uwaga: Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić składane formularze zgodnie z udzielonymi odpowiedziami i adekwatnie do oferowanych produktów.

Kierownik Zamawiającego

Dyrektor
Marzena Kula