

Pakiet 3 - Rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane

Załącznik nr 1.3

Lp	Opis	Ilość	J.m.	Cena jedn.netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [zł]	Producent, Nazwa oferowanego materiału	Klasa wyrobu medycznego	Numer deklaracji zgodności
1	Rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane o zewnętrznej powierzchni mikroteksturowanej. Kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, mankiet rolowany, AQL 0,65, średnia grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,17 mm, na mankiecie 0,15 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 14 N, sterylizowane radiacyjnie, średni poziom protein <20 µg/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne papier-folia, raport laboratorium niezależnego potwierdzający brak podrażnień i uczuleń. Długość min. 260- 280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Opakowanie 50-70 par. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Rozmiary 6-8,5. godne z normami EN 455, EN 420/EN ISO 21420, EN388 lub równoważne- norma , przebadane zgodnie z ASTM F1671 lub równoważne. Parametry rękawicy (długość, grubość, AQL) potwierdzone badaniami nie starszymi niż 2 lata.	50 000	para	1,35 zł	67 500,00 zł	8%	91 125,00 zł	Semperit Investments Asia Pte Ltd / Sempermed Classic	IIa	Deklaracja Zgodności z dn. 19.10.2023 r. ważna bezterminowo
RAZEM					67 500,00 zł		91 125,00 zł			

W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie do złożenia próbek na potwierdzenie zgodności oferty z wymaganymi parametrami

Formularz opatrzony podpisem elektronicznym