

ZZOZ/ZP/76/2/2019

**Informacja o wpłynięciu pytań do zapytania ofertowego
na dostawę materiałów sterylizacyjnych dla ZZOZ w Wadowicach**

W związku z wpłynięciem pytań do zapytania ofertowego na dostawę materiałów sterylizacyjnych dla ZZOZ w Wadowicach, znak: 45/RC/ZP/ZZOZ/2019, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 – do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr – poz. 2-10

Prosimy o dopuszczenie rękawów o następującej charakterystyce: Papier o gramaturze 60g. Wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 630 mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza nie mniej niż 8,0 $\mu\text{m}/\text{Pa}^*\text{s}$, nie zwilżalność wodą nie mniej niż 35 s, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie nie mniej niż 320 kPa, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie na mokro nie mniej niż 140 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,1 k N/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,3 k N/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 k N/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 k N/m, brak zawartości ołowiu i innych metali ciężkich oraz substancji toksycznych. Folia wielowarstwowa (min. 5-warstwowa), o grubości 53 +/- 5 μm , zgrzewalna w temperaturze 180°C +/- 5°C. Wymagania ogólne: napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni $\geq 100 \text{ mm}^2$, jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno-higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 867-5 i ISO 11607, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednorazowego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 2 – do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr – poz. 11-16

Prosimy o dopuszczenie papierów o wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym 0,5 kN/m. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 3 – do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr – poz. 17-18

Prosimy o dopuszczenie włóknin o wytrzymałości na rozciąganie na rozdarcie 1350mN w kierunku walcowania oraz 2050 mN w kierunku poprzecznym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice> do dnia 10.10.2019r. do godziny 10.00.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **dniu 10.10.2019 r. godz. 10.30**

*Dyrektor
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wadowicach*

Beata Szafraniec

Otrzymują:
<https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>
1 x a/a.