

Zamawiający:

Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana

ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański

Wyjaśnienia III

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym bez negocjacji** na **dostawę materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek i innych materiałów do pielęgnacji pacjentów.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: ustawa PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Pakiet nr 1, Poz. Nr 24 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawów plastrów hypoalergicznym z elastycznej przezroczystej błony półprzepuszczalnej odpornej na wodę i brud, trzy rozmiary w opakowaniach zawierających 20 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga „Zestaw plastrów wodoodpornych z odpornej na brud i wodę folii, różne rozmiary** pakowanych a 40 szt. Jednocześnie zgodnie z SWZ :*

„Zamawiający w poz. nr 24 dopuszcza możliwość zaferowania hypoalergicznego plastra z opatrunkiem wykonanego z folii polietylenowej, odpornego na wodę i brud, w różnych rozmiarach. Zamawiający w pozycji nr 24 dopuszcza możliwość zaferowania plastrów w opakowaniach zawierających nie mniej niż 24 szt. i nie więcej niż 40 szt. - z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. W przypadku ilości ułamkowej opakowania, wynikającej z odpowiedniego przeliczenia, należy zaokrąglić „w górę” do pełnego opakowania”.

Pytanie nr 2. Pakiet nr 1, Poz. Nr 26 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawów plastrów wykonanych z wodoodpornej folii z mikroperforacją, chroniących ranę przed zabrudzeniem. W opakowaniu a’ 20 szt. znajdują się dwa rozmiary: 19 mm x 72 mm i 16mm x 57 mm.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

Pytanie nr 3. Pakiet nr 5, Poz. Nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania jednorazowych śliniaków będących wyrobem medycznym z zastosowaniem stawki VAT 8%? Pozostałe parametry śliniaków bez zmian.

Odpowiedź: *Zamawiający w pakiecie nr 5 poz. nr 2 wymaga aby zaferowane śliniaki były wyrobem medycznym. Dla wyrobu medycznego prawidłową stawką VAT jest stawka 8%.*

Pytanie nr 4. Pakiet 1, poz. 17-22. Czy Zamawiający dopuszcza zaferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

Pytanie nr 5. Pakiet 1, poz. 17-19. Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blisterze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: *Tak, zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 08.11.2021 r. (odpowiedź na pytanie nr 6).*

Pytanie nr 6. Pakiet 1, poz. 21-22. Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blisterze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: *Tak, dopuszcza.*

Pytanie nr 7. Pakiet 1, poz. 3-4,8-19,21-22,25. Czy zamawiający wydzieli poz.3-4,8-19,21-22,25 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to: **16.11.2021 r. godz. 9:00**, termin otwarcia ofert to: 16.11.2021 r. godz. 9:30. Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 15.12.2021 r.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.