



AG-DŁ-2240/23/03/20

**Otrzymują wszyscy  
uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia do siwz**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) do zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. **„Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych:” sprawy AG-2240-23-20.**

Dotyczy zadania 1 – modele anatomiczne - Trener do cewnikowania pęcherza moczowego – 2 szt.

Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego - Trenera do cewnikowania pęcherza moczowego, który nie posiada funkcji sygnału ostrzegawczego po wprowadzeniu cewnika do pochwy oraz nie ma możliwości przedłużenia nóg a w zamian posiada dodatkową funkcję umożliwiającą wykonanie lewatywy z użyciem płynu oraz dodatkową funkcję umożliwiającą zdemontowanie modułu genitaliów z tułowia i założenia ich na pozoranta w celu treningu pozycjonowania i komunikacji z pacjentem w czasie zabiegu. Prośbę swoją motywujemy tym, że wymagania specyfikacji w tym punkcie jednoznacznie wskazują na konkretnego dostawcę, który jest jedynym dystrybutorem na Polskę, uniemożliwiając innym wykonawcom wzięcie udziału w postępowaniu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie równoważnego fantom, zgodnie z przedstawionym opisem przez wykonawcę.

Wyjaśnienia stanowią integralną część siwz. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27.10.2020 r. godz. 10:00.

**(-) Dorota Łuczowska**  
Starszy specjalista ds. administracji