



**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**  
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków do dezynfekcji, diagnostyki, wapna sodowanego wraz z najmem robota do dezynfekcji emitującego promieniowanie UVC, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.26.2022**

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz 137 ust.1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.poz.1129 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 56: Pakiet 4 poz. 8** W związku z wycofaniem preparatu opisanego w/w pozycji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu do mycia rąk w procedurze higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Formuła oparta na APG (alkilopoliglikozyd). Dzięki zawartości specjalnie dobranych środków powierzchniowo-czynnych dokładnie myje, jednocześnie pielęgnując skórę. Kosmetyk, opakowanie butelka 500 ml.

**Pytanie nr 57: Pakiet 5 poz. 1,2** Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli pod słowem „biobójczy” czy to, że opisany produkt ma posiadać działanie bójcze czy rejestracje jako produkt biobójczy? W przypadku jeśli chodzi o rejestracje to prosimy o dopuszczenie produktu leczniczego. Z wiedzy oferenta preparat opisany w/w pozycjach jest produktem leczniczym.

**Odpowiedź na pytanie nr 56 - 57: Tak. Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 58: Pakiet 5 poz. 5** Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli preparat w opakowaniu o pojemności 250 ml. Z wiedzy oferenta preparat opisany w/w pozycjach nie występuje w opakowaniu 450 ml.

**Odpowiedź na pytanie nr 58: Tak, zaszła omyłka, należy wycenić opakowanie o pojemności 250 ml.. Zamawiający modyfikuje opis SWZw zakresie pakietu nr 5 poz. 5, który otrzymuje brzmienie:**

5	Płyn do dezynfekcji skóry, antyseptyki błon śluzowych i ran, oparzeń, oka, chorób skóry z infekcją i superinfekcją; w składzie PVP-I 75 mg/ml bez alkoholu; spektrum: B, Tbc, F, V, S, pierwotniaki; produkt leczniczy	250 ml	szt.	220		
---	--	--------	------	-----	--	--

**Pytanie nr 59: Pakiet 5 poz. 7** W związku z wycofaniem maści opisanej w/w pozycji w opakowaniu 250 g prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do wyceny maści w opakowaniu 100 g z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 59: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę 13 szt po 100g**

**Pytanie nr 60: Pakiet 5 poz. 7** W związku z aktualizacją dokumentacji preparatu opisanego w/w pozycji prosimy o dopuszczenie preparatu działającego na B ( w tym MRSA), Tbc, V, F, pierwotniaki. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 60: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 61: Pakiet 7 poz. 4** W związku z wycofaniem opisaną w w/w pozycji saszetki na 1l roztworu roboczego prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny saszetki (100 ml) na 5 l roztworu roboczego. Na bazie dwutlenku chloru z połączenia roztworów: 5% roztworu kwasu cytrynowego 50 ml i 2,1% roztworu chlorku sodu 50 ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ. W przypadku zgody na powyższe prosimy Zamawiającego o wskazanie ilości saszetek do wyceny.

**Odpowiedź na pytanie nr 61: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę 1450 opakowań po 100ml.**

**Pytanie nr 62: Pakiet 7 poz. 5** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekują wyceny 40 kompletów (4 butelki 3,78 l + 60 szt pasków) zgodnie z obecnym zapisem czy oczekuje łącznie 40 butelek a' 3,78 L + 60 szt. pasków testowych na 4 opak. płynu.

**Odpowiedź na pytanie nr 62: Tak, Zamawiający oczekuje 40 kompletów (4 butelki 3,78 L + paski testowe 60 szt )**

**Pytanie nr 63: Pakiet 8 poz. 1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SWZ w opakowaniu 350 ml z atomizerem z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem ilości do pełnych opakowań w górę.

**Odpowiedź na pytanie nr 63:Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę 2143 szt po 350 ml z kompatybilną pompką.**

**Pytanie nr 64: Pakiet 8 poz. 3** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SWZ w opakowaniu 350 ml z atomizerem z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem ilości do pełnych opakowań w górę.

**Odpowiedź na pytanie nr 64:Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę 250 szt. po 350 ml z kompatybilną pompką.**

**Pytanie nr 65: Pakiet 9 poz. 1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni na bazie etanolu 55%, IV rzędowego związku amonowego (propionian), bez aldehydu, fenolu i chloru. Spektrum działania B (MRSA), Tbc, F, V w czasie do 5 minut. W opakowaniu 5 l.

**Pytanie nr 66: Pakiet 9 poz. 2** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni na bazie etanolu 55%, IV rzędowego związku amonowego (propionian), bez aldehydu, fenolu i chloru. Spektrum działania B (MRSA), Tbc, F, V w czasie do 5 minut. W opakowaniu 1 l.

**Pytanie nr 67: Pakiet 11 poz. 1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny chusteczek o następującym spektrum bójcym : B,F,V,S (CL. Difficile), Tbc w czasie do 5 min. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 65 - 67:Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 68: Pakiet 13 poz. 1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do preparatu gotowego do użycia w formie pianki do dezynfekcji powierzchni na bazie QACs, bez alkoholu, aldehydu, fenolu, chloru. Spektrum działania: B, F, Tbc, V(HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Noro). Opakowanie 750 ml ze spryskiwaczem pianowym z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem ilości do pełnych opakowań w górę.

**Odpowiedź na pytanie nr 68:Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę 1067 szt. po 750 ml z kompatybilnym spryskiwaczem.**

**Pytanie nr 69: Pakiet 13 poz. 1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do preparatu gotowego do użycia w formie pianki do dezynfekcji powierzchni na bazie etanolu, 2-propanolu, QACs oraz glukoprotaminy bez zawartości aldehydu, fenolu, chloru. Spektrum działania: B, F, Tbc, V(HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Papova). Opakowanie 750 ml ze spryskiwaczem pianowym z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem ilości do pełnych opakowań w górę.

**Odpowiedź na pytanie nr 69: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 70: Pakiet 13 poz. 2** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do preparatu w pianie do wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych i chirurgicznych. Doskonała kompatybilność materiałowa. W składzie czwartorzędowy węgiel amonowy, bez alkoholu, aldehydu, fenolu. Spektrum działania: B,Tbc,F,V (HIV,HBV,HCV, Herpeswirus). Opakowanie 750 ml ze spryskiwaczem pianowym z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem ilości do pełnych opakowań w górę.

**Odpowiedź na pytanie nr 70: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę 267 szt. po 750 ml z kompatybilnym spryskiwaczem.**

**Pytanie nr 71: Pakiet 17 poz. 1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparat spełniający wszystkie zapisy SWZ w opakowaniu 750 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem ilości do pełnych opakowań w górę.

**Odpowiedź na pytanie nr 71: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę 347 szt. po 750 ml z kompatybilnym spryskiwaczem.**

**Pytanie nr 72: Pakiet 27 poz. 1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny chusteczek o następującym spektrum bójcym : B,F,V w czasie do 5 min. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 72: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 73: Pytanie do SWZ dot. rozdział V** Prosimy o modyfikację zapisu w rozdziale V punkt 1 ppkt 3) **przypadku wyrobów medycznych** ( pakiet 2-35)– oświadczenie wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany **wyrób medyczny** (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu - jeżeli dotyczy - (zgodnie z art. 138 ustawy z dnia 9 maja 2022r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 974).

**Odpowiedź na pytanie nr 73:zapisy SWZ bez zmian..**

**Pytanie nr 74: Pytanie do SWZ dot. rozdział XX** Prosimy o wyjaśnienia czy pod zapisem „ termin ważności” Zamawiający ma na myśli termin ważności zgodnie z dokumentacją produktu czy termin ważności produktu od terminu dostawy do szpitala. .

**Odpowiedź na pytanie nr 74: Od terminu dostawy.**

**Pytanie nr 75: Dot. §8 ust.2 umowy załącznik nr 3.1 do SWZ – pakiet 1** Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w zakresie §8 ust. 1 na następujący:

- 2. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w §10 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania. Różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego towaru z umowy.*

**Odpowiedź na pytanie nr 75: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 76 Dot. §7 ust.2 umowy załącznik nr 3.2 do SWZ- pakiet 2-34**

- 2. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w §10 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania. Różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego towaru z umowy.*

**Odpowiedź na pytanie nr 75: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 76: Dot. umowy załącznik nr 3.1 do SWZ – pakiet 1 oraz umowy załącznik nr 3.2 do SWZ- pakiet 2-34**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umów poprzez dodanie zapisu następującej treści:

**SILA WYŻSZA**

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów zastępczych.
6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

**Odpowiedź na pytanie nr 76: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.**

**W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).**

/- z up. Komendanta Szpitala,  
Piotr Strąk – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych