

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/40/20

Sucha Beskidzka, dnia 08.07.2020r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu medycznego (łóżka szpitalne, aparat do elektrokoagulacji, pompy infuzyjne, aparat EKG)", znak sprawy: ZOZ.V.010 /DZP/40/20

Pakiet nr 4 - Aparat EKG

1. W związku z dostawą aparatu EKG prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?
2. Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?
3. W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu EKG z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

Odp. Zamawiający nie wymaga podłączenia aparatu do systemu RIS/PACS.

z poważaniem:

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Boczowski

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek