

Wrocław, dnia 28.09.2023r.

Numer sprawy: LOG.271.37.2023

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Dostawa odczynników laboratoryjnych do oznaczania hemoglobiny glikowanej wraz z dzierżawą analizatora*”.

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław działając jako Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na zadane do niniejszego postępowania pytania:

Pytanie nr 1:

Dotyczy punktu nr 10 - Biorąc pod uwagę, że badanie hemoglobiny glikowanej nie jest zlecane do wykonania w trybie cito, czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie punktu 10 z SWZ lub dopuszcza realizację funkcji Random Access poprzez zapauzowanie zleconych badań i dostawienie dodatkowej próbki? W przypadku takiego postępowania czas na uzyskanie wyniku dodatkowego nie powinien przekroczyć 10 min.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza realizację funkcji Random Access poprzez zapauzowanie zleconych badań i dostawienie dodatkowej próbki.

Pytanie nr 2:

Dotyczy punktu nr 15 - W związku z tym, iż wskazywane zapotrzebowanie badań to ok. 50 próbek dziennie czy Zamawiający dopuszcza czas wykonania jednego testu - 3 minuty? Czas ten umożliwia by średnie dzienne obciążenie instrumentu pozostawało na poziomie 2,5-3 godzin.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza zaferowania analizatora z czasem wykonania jednego testu w 3 minuty.

Pytanie nr 3:

Dotyczy punktu nr 18 - Czy Zamawiający zgadza się na drukarkę termiczną będącą dedykowanym elementem wyposażenia instrumentu i przystosowaną do współpracy z instrumentem, która nie stanowi integralnej części instrumentu?.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie takiego rozwiązania.

Pytanie nr 4:

Dotyczy punktu nr 28 - Ponieważ parametr ten nie wpływa na jakość wydawanego wyniku, a częstsza wymiana kolumny i odczynników minimalizuje możliwość utraty stabilności odczynników czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia punktu 28 na:

"Żywotność kolumny:

pow. 400 iniekcji - 10pkt.

do 400 iniekcji - 0 pkt." lub usunięcie go z SWZ?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający pozostawia parametr, określony w poz. 28 załącznika nr 3 pn. Zestawienie parametrów bezwzględnie wymaganych dla odczynników i sprzętu do oznaczania hemoglobiny glikowanej, bez zmian.

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”