



Wrocław, 18.03.2022r.

4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.10.2022

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz 137 ust.1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.poz.2019 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 8: Dotyczy pakietu nr 5- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 5 plastikowych probówek do pomiaru czasu krzepnięcia krwi zawierających 3 aktywatory (Celit, Kaolin i Kryształki Szkła) dzięki czemu błąd pomiaru ACT spada z 11,9% aż do 3,5% w porównaniu z probówkami standardowymi.

Probówki są kompatybilne z urządzeniami Hemochron 401 oraz Hemochron Response.

Probówki są pakowane w opakowanie zbiorcze – 50 szt., ilość opakowań 57.

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający dopuszcza: 5 plastikowych probówek do pomiaru czasu krzepnięcia krwi zawierających 3 aktywatory (Celit, Kaolin i Kryształki Szkła) z odpowiednim przeliczeniem ilości po zmianie ilości testów w opakowaniu zbiorczym z 95 na 50*

Nazwa Pakietu	Nr pakietu	Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość
PAKIET 5 - Testy ACT 33140000-3	5.		Testy ACT, czasu reakcji na heparynę (HRT), czasu reakcji na protaminę (PRT), próby dawki heparyny (PDAO). Szklana probówka zamykana korkiem plastikowym (różne kolory w zależności od rodzaju testu). Substancja czynna dla testu ACT – ziemia okrzemkowa, HRT – celite / kaolin, PRT – celite / kaolin, PDAO – celit / kaolin. Probówki znaczone kodem kreskowym pozwalającym szybko ocenić rodzaj badania i datę ważności probówki . Probówki pakowane w opakowanie zbiorcze zabezpieczające przed uszkodzeniem; opakowanie: 95 testów	op.	30 (<i>op=95 testów</i>) (*57 w przypadku: op= 50szt)

Pytanie nr 9: Pakiet nr 11 – Mikrocewnik, cewnik, przewodnik - Czy Zamawiający dokona modyfikacji i wydzieli z **pakietu nr 11 pozycję nr 2-prowadniki hydrofilne**, tworząc z tej pozycji oddzielny podpakiet lub wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje pakietu nr 11?

Pytanie nr 10: Pakiet nr 11 – Mikrocewnik, cewnik, przewodnik - Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 Zamawiający dopuści złożenie oferty na przewodniki hydrofilne z pakietu nr 11 (poz.2) o następujących parametrach:

- Średnice: 0,018”, 0,025”, 0,032”, 0,35”, 0,038”,
- Dostępna długość ściętej końcówki rdzenia (taper): regular=3 cm,
- końcówka prosta, zagięta 45 stopni,

- Dostępny prowadnik typu STIFF z dwoma końcówkami roboczymi, jedna zagięta standard i druga prosta typu soft,
- w poliuretanie bez dodatkowo zatopionych nitek wolframowych,
- dostępne w wersji o standardowej sztywności oraz sztywnej STIFF,
- dostępne w opcji z kształtowalną końcówką,
- Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 9 -10 : Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

*Z upoważnienia Komendanta
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SP ZOZ we Wrocławiu
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych - Piotr Strąk*